

**UOC Provveditorato ed Economato**

ID 16D010 - Procedura aperta per la fornitura di materiale di consumo e processori automatici per l'allestimento di preparati istologici per l'Azienda Ospedaliera di Padova.

**RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE**

	<b>QUESITI</b>	<b>RISPOSTE</b>
1	In riferimento alla richiesta del disciplinare in cui viene riportato che "la sottoscrizione della garanzia deve essere apposta in calce con sigla, timbro e generalità del sottoscrittore indicando la qualifica che attesti i poteri di firma", si chiede di confermare che è possibile presentare un file elettronico con apposizione di firma digitale dell'istituto bancario che rilascia il documento stesso.	Si conferma
2	in relazione al Rif 3) FORNITURA DI BIO-CASSETTE PER ISTOLOGIA PREIMPILATE si chiede di specificare più dettagliatamente quanto richiesto, e se tali cassette devono essere utilizzate per una specifica stampante di cassette	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassette preimpilate per inclusione di campioni istologici per stampanti Leica IP-C</li> <li>- Preimpilate con nastro adesivo sul lato e con coperchi attaccati.</li> <li>- Cassette per inclusioni istologiche in paraffina di tipo universale, dotate di un doppio sistema di chiusura che garantisce una perfetta tenuta durante la processazione.</li> <li>- Presenza di superfici rugose presenti per facilitare l'identificazione</li> <li>- Le cassette devono essere compatibili con i sistema di archiviazione Bio-Optica (Bio Block, Istobloc, colortecche e grandi archivi a cassettera) e con i più comuni sistemi di archiviazione presenti sul mercato.</li> <li>- In ottemperanza alla direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, ogni singola cassetta possiede la marcatura CE.e IVD</li> <li>- Modalità di smaltimento: da smaltire secondo le normative vigenti.</li> </ul>

**Padova, 15 novembre 2017**

  
Il R.U.P.  
Emanuele Mognon