



Padova, 19/01/2024

Oggetto: ID GARA 24A002 fornitura di un congelatore a discesa programmata per la conservazione di campioni biologici umani in sacche, paillettes e fiale per il laboratorio della Clinica di Oncoematologia Ped. Lab. TMO. **Richiesta chiarimenti 2**

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 2

1	Spett.le Ente, in riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede il seguente chiarimento: in relazione alle seguenti specifiche tecniche “possibilità di alloggiamento di:” - Paillettes da 0,25 ml almeno 600 orizzontali e 250 verticali - Paillettes da 0,5 ml almeno 600 - Fiale da 2 ml almeno 700 - Sacche da 50 ml almeno 20 - Sacche da 250 ml almeno 10 - Sacche da 500 ml almeno 10. Si chiede conferma se la fornitura è da ritenersi inclusiva dei sopracitati arredi. In caso di risposta negativa, si chiede di indicare quali siano necessari nello specifico.	<i>Per il criocongelatore richiesto, si richiede la possibilità di alloggiamento di tali arredi; di conseguenza gli arredi non devono essere inclusi nell’offerta.</i>
2	Buongiorno, si chiede di indicare a cosa si riferisca la seguente specifica: accuratezza +/- (0,3 + 0,005 x TM)? Inoltre, al fine di formulare al meglio una proposta rispondente alle Vs. esigenze si chiede gentilmente una proroga della scadenza di 7 giorni.	<i>Per “accuratezza” si intende la precisione della temperatura della camera indicata. La precisione varia con la temperatura della camera. Ad esempio, se la camera indica 0 °C, la temperatura reale è nell’intervallo ± 0,3 °C. Ad una temperatura indicata di -100 °C, la temperatura reale è compresa tra -99,65 e -100,35 °C (100 ± 0,35). Si comunica che è stata prorogata la scadenza.</i>

A rettifica del fabbisogno si comunica che la fornitura richiesta è di n. 2 congelatori.

Chiarimenti aggiornati al 19/01/2024

Il Direttore della
UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Elena Serafin

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI