



U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID 22A049 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

TERMINE PRESENTAZIONE DOCUMENTI: ore 12.00 del giorno 30/08/2022

STRUMENTO INVIO DOCUMENTI: Piattaforma SINTEL (www.ariaspa.it)

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.

1. Oggetto

Fornitura di frigoemoteca dell'Azienda Ospedale – Università Padova e di n. 1 frigofarmaci +4 per reparti dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

2. Caratteristiche tecniche

Si richiede la fornitura di n. 1 **frigoemoteca** da inserire in una nicchia.

Le dimensioni di seguito elencate sono vincolanti:

- Altezza massima 200 cm;
- Larghezza massima 60 cm;
- Profondità massima 60 cm.
- Porta in vetro con serratura a chiave. - Dotato di cassette estraibili montati su guide scorrevoli, in acciaio inox. - Illuminazione interna con luce a led. - Isolamento spessore minimo 40 mm, privi di CFC e HCFC. - Temperatura di esercizio +4, campo di lavoro da 0°C a 10°C. - Impianto frigorifero tropicalizzato. - Ventilatori ad alta efficienza. - Sbrinamento automatico. - Termostato di sicurezza. - Refrigerazione ventilata con temperatura uniforme. - Termostato di sicurezza. - Interno in plastica antibatterica e antiabrasione. - Display alfanumerico (indicazione della T al decimo di °C). - Controllo elettronico digitale con allarme audiovisivo di temperatura min/max, di mancanza corrente e di porta aperta. - Registrazione automatica degli eventi di allarmi con visualizzazione a display. - Rintracciabilità degli eventi di allarme, della loro durata e della temperatura massima raggiunta. - Registratore grafico di temperatura su disco settimanale. - Certificazione I.Q. e O.Q. - Dotato di foro passante. CONSEGNA AL PIANO. PRODOTTO CERTIFICATO DIRETTIVA 93/42/CEE DISPOSITIVO MEDICO II a. Conformità a CEI EN 61326-1, CEI EN 61010-1 e Norma DIN 58345 Conformità Direttive Macchine 2006/42/CE. Conformità Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE. Conformità Compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE. Conformità al Regolamento F-GAS n°517/2014. Certificazione CE. Il Costruttore dell'apparecchiatura deve possedere le seguenti certificazioni: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007

Si richiede la fornitura di n. 1 frigo per farmaci:

Frigorifero per farmaci +4°C 350 litri (± 50) anta cieca

- Temperatura operativa +4°C.
- Impianto frigorifero tropicalizzato.
- Capacità 350 (+/- 50) litri.

- Dimensioni esterne massime: larghezza 70cm x profondità 70 cm x altezza 190cm.
- Mobile esterno ed interno in lamiera di acciaio preverniciata.
- Interno e spigoli interni arrotondati.
- Anta vetrata.
- Chiusura con chiave.
- Almeno n.5 ripiani a griglia
- Controllo elettronico digitale a microprocessore con display alfanumerico retroilluminato LCD (con l'indicazione della T al decimo di °C) e registrazione temperature.
- Registrazione automatica degli eventi di allarmi con visualizzazione a display.
- Allarme di temperatura minima e massima, acustico-visivo.
- Allarme porta aperta acustico-visivo.
- Allarme rottura sonda (il frigorifero deve continuare a funzionare comunque).
- Termostato di sicurezza.
- Foro passante (con tappo) per eventuale sonda temperatura in teleassistenza
- Kit ruote pivottanti.
- Alimentazione 230V 50Hz.
- Conformità a CEI EN 61326-1, CEI EN 61010-1
- Conformità Direttive 2006/42/CE - 2014/30/CE - 2014/35/CE - 2011/65/CE(RoHS) - 2012/19/CE
- Conformità al Regolamento F-GAS n°517/2014
- Certificazione CE.

Si invita a specificare se il prezzo indicativo è comprensivo di manutenzione full risk per il periodo di garanzia.

L'Azienda Ospedaliera di Padova utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "SINTEL". Verranno prese in considerazione solo le manifestazioni pervenute tramite tale piattaforma.

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma "SINTEL". Per poter presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, il fornitore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) all'indirizzo internet www.ariaspa.it, nell'apposita sezione "Registrazione". La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l'obbligo di presentare la manifestazione d'interesse, né alcun altro onere o impegno.

La presente indagine viene altresì pubblicata, al fine di massimizzarne la pubblicità, sul sito web dell'Azienda Ospedale-Università Padova nella sezione Bandi e Gare; tuttavia le manifestazioni di interesse dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma SINTEL.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al **numero verde 800.116.738**.

Le imprese interessate dovranno fornire:

- scheda tecnica del prodotto, indicante costruttore, anno di prima commercializzazione, modello, descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della macchina, accessori, eventuali opzioni disponibili, certificazioni CE dell'apparecchiatura conforme alle Direttive di pertinenza, CND, numero di repertorio, non firmata digitalmente;
- eventuale materiale di consumo dedicato, diverso da quello richiesto al punto 5;

- proposta commerciale di massima (Prezzo di listino e percentuale di sconto indicativa), come da allegato D;
- tempi di consegna dell'apparecchiatura, dal momento del ricevimento dell'ordine.

Si precisa che tale indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di tecnologie o prodotti con le caratteristiche indicate o di tecnologie o prodotti funzionalmente equivalenti. L'operatore economico che intende presentare istanza dovrà segnalare le caratteristiche che differiscono da quelle indicate nelle caratteristiche minime richieste e dare evidenza dell'equivalenza.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare all'eventuale successiva procedura negoziata (nel caso di procedure in economia) anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare Nicoletta Pegoraro ai seguenti indirizzi: telefono 049/821.4611, tramite posta elettronica a nicoletta.pegoraro@aopd.veneto.it

Il Direttore della
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Elena Serafin

