

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DITTE VARIE

OGGETTO: ID 23E036 – Fornitura di PILE E BATTERIE per i fabbisogni dell'Azienda Ospedale-Università Padova: Lettera chiarimenti n.1.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste pervenute:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	<p><u>Quesito 1</u></p> <p>Ho visto che sull'elenco dei prodotti da offrire su ognuno è elencata la marca. Bisogna offrire solamente la marca richiesta, oppure si possono offrire prodotti di marche diverse ma con uguali o superiori caratteristiche?</p>	<p><u>Risposta</u></p> <p>Le batterie dei marchi richiesti sono state testate dalla UOS Ingegneria Clinica per specifiche apparecchiature. Sono quindi preferibili i marchi indicati per ciascun riferimento; nel caso in cui vengano offerte pile e batterie di marchi diversi ma con uguali o superiori caratteristiche dovranno essere valutate e testate dalla UOS Ingegneria Clinica prima dell'accettazione.</p>

Distinti saluti

Il RUP
Dr.ssa Antonella Dai Prà

