



U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DITTE VARIE

Oggetto: ID GARA 24A107 INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 1 LAVASTRUMENTI PER L'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA - **lettera chiarimenti 1.**

In riferimento alla gara in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	<i>Sono a chiedere maggiori informazioni per configurare al meglio la lavavetreria. Essendo disponibili diversi cestelli avrei bisogno di sapere che tipo di vetreria andrete a lavare in modo da offrire la configurazione più ottimale possibile.</i>	La lavastumenti nuova dovrebbe avere queste misure L60x P60x H82 in quanto lo spazio è delimitato ed è già presente un'altra lavastumenti. Dovrebbe avere due ripiani per appoggiare i cestelli, allego foto dei porta cestelli 

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Dai Prà
[firmato digitalmente]