

Delibera del Direttore Generale n. 623 del 04/04/2024

OGGETTO: ID 23A057 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili delle piastre e degli ambulatori endoscopici dell'Azienda Ospedale-Università Padova. Aggiudicazione gara

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si aggiudica la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili delle piastre e degli ambulatori endoscopici dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** riferisce:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 674 del 31/03/2023 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili delle piastre e degli ambulatori endoscopici dell'Azienda Ospedale Università Padova.

A seguito dell'apertura della busta amministrativa, come da Verbale 14/07/2023 e dal Verbale di verifica soccorso istruttorio del 01/08/2023, tutte le ditte sono ammesse alla fase successiva di gara.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 08/08/2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti.

La Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ha redatto appositi verbali per ogni attività svolta, sedute riservate del 14/06/2023, del 12/10/2023, del 13/11/2023 e del 08/02/2024. I relativi verbali sono custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:

~ i lotti 1-2 risultano aggiudicabili;



- ~ non sono state presentate offerte tecniche per il lotto 3;
- ~ la ditta BIOH FILTRAZIONE SRL è esclusa dal lotto 1 in quanto non raggiunge il punteggio minimo di 42 punti previsto nei documenti di gara;
- ~ le ditte vengono ammesse alla fase successiva di gara;

Pertanto, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stato comunicato che l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica sarebbe avvenuta in seduta riservata, così come stabilito nel Disciplinare di gara, in data 14/03/2024.

L'Autorità di gara dichiara deserto il lotto 3 e procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica delle ditte ammesse ai lotti 1-2:

Lotto 1: Allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili delle piastre e degli ambulatori (Piastra Endoscopica OSA, Piastra Endoscopica Giustiniano, Piastra Endoscopica Monoblocco)

CIG: 97615459C2

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE	Percentuale di ribasso
1^	Cantel Medical	€ 878.352,00	70,00	30,00	100,00	41%
2^	Steelco S.p.a.	€ 1.232.894,36	62,93	24,07	87,00	17%
3^	Nuova Farmec	€ 892.428,60	53,81	29,82	83,63	40%
Esclusa	BIOH Filtrazione S.r.l. non ha raggiunto il punteggio tecnico minimo					

Si precisa che tutte le offerte risultano inferiori all'importo a base d'asta (€ 1.485.000,00 I.V.A. esclusa).

Lotto 2: Allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili delle piastre e degli ambulatori (Piastra Endoscopica Pneumologica, Ambulatori ORL Giustiniano, Ambulatori ORL Policlinico)

CIG: 9761551EB4

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE	Percentuale di ribasso
--------	-------	---------	---------------	--------------	--------	---------------------------



1 [^]	Cantel Medical	€ 416.136,00	70,00	30,00	100,00	27%
2 [^]	Nuova Farmec	€ 425.297,60	57,92	29,55	87,47	26%

Si precisa che l'offerta risulta inferiore all'importo a base d'asta (€ 571.500 I.V.A. esclusa).

Dal momento che l'offerta della ditta Cantel Medical (Italy) per il lotto 1 ha realizzato sia i quattro quinti dei punti relativi al prezzo che i quattro quinti dei punti relativi alla qualità, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà cura della Stazione Appaltante richiedere alla ditta sopraindicata la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto.

A seguito della documentazione inviata dalla ditta Cantel Medical (Italy) non sono stati riscontrati elementi tali da ritenere l'offerta non congrua, come risulta dal Verbale del 26/03/2024 agli atti presso questa Unità Operativa.

Si propone, quindi, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l'allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili delle piastre e degli ambulatori endoscopici dell'Azienda Ospedale Università Padova.

Viene approntata la presente deliberazione avendo presente quanto previsto dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e servizi in particolare dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive

modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze del Verbale del 14.03.2024 relativo all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e del verbale del 26/03/2024 relativo alla verifica dell'anomalia dell'offerta, allegati al presente atto;
2. di aggiudicare, sulla base di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili delle piastre e degli ambulatori endoscopici dell'Azienda Ospedale Università Padova:
 - ~ Lotto 1 alla ditta Cantel Medical per l'importo complessivo pari a € 878.352,00 IVA esclusa;
 - ~ Lotto 2 alla ditta Cantel Medical per l'importo complessivo pari a € 416.136,00 IVA esclusa;
3. di subordinare in ogni caso tale aggiudicazione alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 quale condizione sospensiva, in caso di esito negativo della verifica suddetta;
4. di prendere atto che la stipula del conseguente contratto avverrà, se ed in quanto divenuta efficace l'aggiudicazione, nella forma di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che i Codici Identificativi di Gara (CIG), della presente procedura di gara sono: 97615459C2 Lotto 1, 9761551EB4 Lotto 2;
6. di dare atto che l'importo complessivo di € 1.579.263,16 I.V.A. inclusa sarà imputato per i rispettivi anni di competenza al conto di costo n. 40040201 "Canoni di noleggio - area sanitaria" per € 885.705,36 e al conto di costo 400101080103 "Dispositivi medici altro" per 693.557,80;
7. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il P.I. Veronese Stefano

della UOS Ingegneria clinica;

8. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati sul Sito istituzionale dell'Azienda tramite la piattaforma informatica Inforall;
9. di delegare il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente Deliberazione.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID 23A057 GARA PER L'ALLESTIMENTI DI SALE PER IL RICONDIZIONAMENTO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI PER LE PIASTRE E GLI AMBULATORI ENDOSCOPICI DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA.

VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA

Il giorno 14/03/2024 presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Viale della Navigazione Interna 38, 35129 - Padova, il Seggio di gara nominato con nota prot. n. 0046636 del 12/07/2023 (costituito dalla dott.ssa Maria Elena Serafin, in qualità di presidente e dal Rag. Fabio Moro in qualità di teste e verbalizzante), procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica della procedura in oggetto.

Si precisa che:

- A seguito dell'apertura della busta amministrativa, come da Verbale 14/07/2023 e dal Verbale di verifica soccorso istruttorio del 01/08/2023, tutte le ditte sono ammesse alla fase successiva di gara;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 08/08/2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;
- la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ha redatto appositi verbali per ogni attività svolta, sedute riservate del 04/09/2023, del 12/10/2023, del 13/11/2023 e del 08/02/2024. I relativi verbali sono custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:
 - il lotto 3 risulta deserto in quanto non sono pervenute offerte, i lotti 1 e 2 risultano aggiudicabili;
 - la ditta BIOH Filtrazione Srl, per il lotto 1, non ha raggiunto il punteggio tecnico minimo previsto nei documenti di gara, e di conseguenza non viene ammessa al prosieguo della presente procedura di gara;
 - le ditte Cantel Medical (Italy), per i lotti 1 e 2, Nuova Farmec S.r.l., per il lotti 1 e 2, e Steelco S.p.a., per il lotto 1, vengono ammesse alla fase successiva di gara;
- pertanto, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stato comunicato che l'apertura della busta

telematica contenente l'offerta economica sarebbe avvenuta in seduta riservata, così come stabilito nel Disciplinare di gara, in data 14/03/2024.

L'Autorità di gara procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica delle ditte ammesse.

Lotto 1: Importo a base d'asta € 1.485.000,00 I.V.A. esclusa

CIG: 97615459C2

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 [^]	Cantel Medical	€ 878.352,00	70,00	30,00	100,00
2 [^]	Steelco S.p.a.	€ 1.232.894,36	62,93	24,07	87,00
3 [^]	Nuova Farmec	€ 892.428,60	53,81	29,82	83,63
Esclusa	BIOH Filtrazione S.r.l. non ha raggiunto il punteggio tecnico minimo				

Lotto 2: Importo a base d'asta € 571.500 I.V.A. esclusa

CIG: 9761551EB4

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 [^]	Cantel Medical	€ 416.136,00	70,00	30,00	100,00
2 [^]	Nuova Farmec	€ 425.297,60	57,92	29,55	87,47

Lotto 3:

CIG: 97248239CE

Lotto deserto in quanto non sono pervenute offerte.

Dal momento che le offerte della ditta Cantel Medical (Italy) per i lotti 1 e 2 hanno realizzato sia i quattro quinti dei punti relativi al prezzo che i quattro quinti dei punti relativi alla qualità, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà cura della Stazione Appaltante richiedere alla ditta sopraindicata la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto

Il verbale della seduta non tiene luogo di contratto anche se l'offerente rimane giuridicamente vincolato sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la stessa non vincolerà la stazione appaltante fino a che non sarà aggiudicata definitivamente la gara a seguito idonee verifiche della completezza dell'offerta e stipulato idoneo contratto nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.


Viene redatto il presente Verbale, composto da n. 3 (tre) facciate e n. 4 Allegati rappresentati da: Verbale n. 1 del 04/09/2023, Verbale n. 2 del 12/10/2023, Verbale n. 3 del 13/11/2023 e Verbale n. 4 del 08/02/2024 della Commissione Giudicatrice, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

Autorità di gara: Dott.ssa Maria Elena Serafin

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Teste e
verbalizzante: Rag. Fabio Moro

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI



VERBALE NR 1

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA PROCEDURA PER L'ALLESTIMENTO DI SALE PER IL RICONDIZIONAMENTO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA

ID GARA N. – 23A057

Il giorno 04.09.2023 alle ore 13:30 per via telematica tramite collegamento *Google Meet* si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili dell'Azienda Ospedale-Università Padova, espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 08.08.2023, è così composta:

Presidente:	Dr. Andrea Luigi Camillo Carobbio	UOC Otorinolaringoiatria
Componenti:	Dr. Andrea Barin	Piastra Endoscopica Digestiva e Respiratoria
	Dr. Corrado Lucchini	UOC Gastroenterologia OSA
	Ing. Nicola Cataudella	UOS Ingegneria Clinica
	P.i. Mauro Panzera	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

PREMESSO CHE:

- La fornitura di cui trattasi è composta da tre lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che entro i termini previsti hanno presentato offerta per la gara in oggetto le ditte:
 - Nuova Farmec S.r.l.;
 - Cantel Medical S.r.l.;
 - Bioh Filtrazioni S.r.l.;
 - Steelco S.p.a.;

- Rileva che non sono state presentate offerte per il lotto n. 3 dedicato all'ambulatorio ORL OSA - Terapia Intensiva OSA - Sala Operatoria Chirurgia Pediatrica.

LA COMMISSIONE

- stabilisce le modalità e i tempi dei lavori della Commissione:
 - 1° step: verifica dei requisiti minimi dei dispositivi offerti sulla base della documentazione tecnica presentata.
 - 2° step: richiesta presentazione dei lay-out delle ditte, se necessario.
 - 3° step: attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal capitolato. I punteggi tecnici definitivi verranno attribuiti e condivisi dalla Commissione nell'ultima seduta dei lavori.

Considerata la quantità della documentazione tecnica da verificare e la disponibilità di tempo dei componenti viene concordato che il prossimo incontro della commissione sarà il giorno 12 ottobre.

La Commissione termina i lavori alle 14:00

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dr. Andrea Luigi Camillo Carobbio	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr. Andrea Barin	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr. Corrado Lucchini	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Ing. Nicola Cataudella	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
P.I. Mauro Panzera	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

VERBALE NR 2

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA PROCEDURA PER L'ALLESTIMENTO DI SALE PER IL RICONDIZIONAMENTO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA

ID GARA N. – 23A057

Il giorno 12.10.2023 alle ore 09:00 per via telematica tramite collegamento Google Meet si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili dell'Azienda Ospedale-Università Padova, espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 08.08.2023, è così composta:

Presidente:	Dr. Andrea Luigi Camillo Carobbio	UOC Otorinolaringoiatria
Componenti:	Dr. Andrea Barin	Piastra Endoscopica Digestiva e Respiratoria
	Dr. Corrado Lucchini	UOC Gastroenterologia OSA
	Ing. Nicola Cataudella	UOS Ingegneria Clinica
	P.I. Mauro Panzera	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

PREMESSO CHE:

- La fornitura di cui trattasi è composta da tre lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constatata la presenza di tutti i componenti;

LA COMMISSIONE

- procede alla verifica dei requisiti minimi delle offerte tecniche ricevute dalle ditte, con il seguente esito:

Lotto 1

Ditta	Esito
Nuova Farmec S.r.l.	Conforme
Cantel Medical S.r.l.	Conforme
Bioh Filtrazioni S.r.l.	Conforme
Steelco S.p.a.	Conforme

Lotto 2

Ditta	Esito
Nuova Farmec S.r.l.	Conforme
Cantel Medical S.r.l.	Conforme

- rileva la necessita di organizzare con le ditte partecipanti un incontro al fine della presentazione delle offerte tecniche;

La Commissione termina i lavori alle 10:30

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dr. Andrea Luigi Camillo Carobbio	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr. Andrea Barin	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr. Corrado Lucchini	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Ing. Nicola Cataudella	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
P.I. Mauro Panzera	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

VERBALE NR 3

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA PROCEDURA PER L'ALLESTIMENTO DI SALE PER IL RICONDIZIONAMENTO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA

ID GARA N. – 23A057

Il giorno 13.11.2023 alle ore 14:00 presso la sala riunioni della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili dell'Azienda Ospedale-Università Padova, espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 08.08.2023, è così composta:

Presidente:	Dr. Andrea Luigi Camillo Carobbio	UOC Otorinolaringoiatria
Componenti:	Dr. Andrea Barin	Piastra Endoscopica Digestiva e Respiratoria
	Dr. Corrado Lucchini	UOC Gastroenterologia OSA
	Ing. Nicola Cataudella	UOS Ingegneria Clinica
	P.I. Mauro Panzera	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

PREMESSO CHE:

- La fornitura di cui trattasi è composta da tre lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constatata la presenza della dott.ssa Mariella Facco in temporanea sostituzione del Dott. Corrado Lucchini;

LA COMMISSIONE

- dopo un breve incontro, procede con gli incontri organizzati con le ditte partecipanti:
 - -Cantel lotto 1-2 h. 14-15:00;
 - -Nuova Farmec lotto 1-2 h. 15-16:00;
 - -Bioh Lotto 1 h. 16-16:30;
 - -Steelco Lotto 1 h. 16:30-17:00

La Commissione termina i lavori alle 17:15

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dr. Andrea Luigi Camillo Carobbio	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr. Andrea Barin	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Ing. Nicola Cataudella	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
P.I. Mauro Panzera	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

VERBALE NR 4

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA PROCEDURA PER L'ALLESTIMENTO DI SALE PER IL RICONDIZIONAMENTO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA

ID GARA N. – 23A057

Il giorno 08.02.2023 alle ore 11:00 si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'allestimento di sale per il ricondizionamento degli endoscopi flessibili dell'Azienda Ospedale-Università Padova, espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 08.08.2023, è così composta:

Presidente:	Dr. Andrea Luigi Camillo Carobbio	UOC Otorinolaringoiatria
Componenti:	Dr. Andrea Barin	Piastra Endoscopica Digestiva e Respiratoria
	Dr. Corrado Lucchini	UOC Gastroenterologia OSA
	Ing. Nicola Cataudella	UOS Ingegneria Clinica
	P.I. Mauro Panzera	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

PREMESSO CHE:

- La fornitura di cui trattasi è composta da tre lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;

LA COMMISSIONE

- procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute come da schemi allegati;

La Commissione termina i lavori alle 13:00

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dr. Andrea Luigi Camillo Carobbio	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr. Andrea Barin	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr. Corrado Lucchini	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Ing. Nicola Cataudella	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
P.I. Mauro Panzera	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

LOTTO 1	Criteri di valutazione della qualità	Tipologia criterio	Punteggi	Punteggio	Coef.	Motivazione	Punteggio	Coef.	Motivazione	Punteggio	Coef.	Motivazione	Punteggio	Coef.	Motivazione
Pompe	La valutazione verterà sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle pompe. ad esempio : - praticità all'utilizzo - sistema sicuro di sanificazione della pompa (es. alta disinfezione/autoclave) - se integrata al lavello	D	5	3	0,6 - Buono	Redotta praticità di utilizzo in quanto assente connettore unico per tutto il processo I tubi esterni sono autoclavabili e removibili. La pompa è integrata al lavello	5	1 - Ottimo	Connettore unico che segue tutto il processo che riduce la manipolazione dell'endoscopio, permette di ridurre la possibilità di contaminazione, aumentando la sicurezza dell'attività. Pompa integrata al lavello. Circuito di autosterilizzazione, circuito sanificabile in autoclave.	4	0,8 - Molto buono	Connettore unico ma componibile permette di ridurre la possibilità di contaminazione, aumentando la sicurezza dell'attività, tuttavia il connettore componibile risulta meno pratico. Pompa integrata al lavello. Presenze cibo per l'Auto-Sanificazione.	5	1 - Ottimo	Tutto il processo che riduce la manipolazione dell'endoscopio permette di ridurre la possibilità di contaminazione, aumentando la sicurezza dell'attività. Pompa integrata al lavello. Circuito di autosterilizzazione, circuito sanificabile in autoclave.
Lavendoscopi	La valutazione verterà su ergonomia e praticità d'uso delle lavendoscopi tra cui: - Facilità di caricamento degli endoscopi, della sostituzione delle banche e di impialzazione - Caratteristiche del display	D	5	2	0,4 - Discreto	Laborioso il caricamento degli endoscopi in quanto l'endoscopio deve essere collegato al fondo del lavello tramite i diversi connettori presenti. Display unico per due macchine nel caso della macchina a doppia vasca. Contenuta dimensione del display	4	0,8 - Molto buono	Molto buona facilità di caricamento ottima grandezza del display	1	0,2 - Molto buono	L'utilizzo del giorno rende difficoltosa l'apertura la chiusura manuale rende poco sicura l'operazione per la contaminazione. Contenuta dimensione del display	4	0,8 - Molto buono	ottima facilità di caricamento Contenuta dimensione del display
Armedi	La valutazione verterà sulle caratteristiche tecniche e funzionali degli armedi ad esempio : - Durata della conservazione superiore ai 7 giorni - Segnalazione dello stato degli endoscopi - Modalità di alloggiamento degli endoscopi - Numero degli endoscopi alloggiabili - Dimensioni - Sistema di filtrazione - Lampade germicide	D	8	3,2	0,4 - Discreto	- Durata superiore a 7 giorni. - Segnalazione stato endoscopi presente nel monitor - stoccaggio verticale espone a un rischio di contaminazione maggiore durante l'istallazione e il caricamento dello strumento. - Alloggiabili n. 9 endoscopi - Dimensione: 890x 217xh 685p mm - Utilizza gas compresso. filtri: HEPA classe H14 da 0,2 µm - Lampade UV - Non necessita di aria medicale	0,4 Molto buono	0,8 - Molto buono	- facilità di caricamento degli endoscopi - facilità di sanificazione - display adeguato alla funzione	4	0,6 - Buono	- Durata superiore a 7 giorni - Segnalazione stato endoscopi con led - stoccaggio orizzontale - Alloggiabili n. 8 endoscopi - Dimensione contenuta - Filtri pneumatico per aria compressa - 0,01 µm - Assenti lampade germicide - non necessita di aria medicale	4,8	0,6 - Buono	- facilità di caricamento degli endoscopi - facilità di sanificazione - display adeguato alla funzione
Armedi	La valutazione verterà su ergonomia e praticità d'uso degli armedi ad esempio : - Facilità di caricamento degli endoscopi - Facilità di sanificazione - Caratteristiche del display	D	4	1,6	0,4 - Discreto	- Difficoltà nel caricamento degli endoscopi, tre punti di contatto/irrigaggio - difficoltà di sanificazione, necessario togliere gli strumenti per procedere ad una sanificazione - display adeguato alla funzione	4	1 - Ottimo	- facilità di caricamento degli endoscopi - facilità di sanificazione - display adeguato alla funzione	4	0,8 - Molto buono	- Durata superiore a 7 giorni - Segnalazione stato endoscopi presente nel monitor - stoccaggio orizzontale - numero elevato che espone al rischio di interomporre attività nel caso di fermo macchina. - Altezza 2090 mm, si rievava lo zoccolo nella parte finale dell'armadio. - L'endoscopio alloggiato nel punto più alto è inferiore alla h. 2090 mm - Dimensione contenuta: - 720x 610x 2090h - Filtri HEPA classe H14 0,2 µm - Presente lampada germicida - Non necessita di aria medicale	3,2	0,8 - Molto buono	- Discreta facilità di caricamento - facilità di sanificazione - display adeguato alla funzione

Software	La valutazione verterà sulle caratteristiche tecniche e funzionali del software ad esempio: - Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida	D	5	5	0,8 - Molto buono	Molto buona intuitività e interfaccia software come da documentazione tecnica	- Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida	5	1 - Ottimo	Molto buona intuitività e interfaccia software come da documentazione tecnica	- Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida	5	1 - Ottimo	Molto buona intuitività e interfaccia software come da documentazione tecnica	- Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida	5	1 - Ottimo	Molto buona intuitività e interfaccia software come da documentazione tecnica	- Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida
	La valutazione verterà sulle caratteristiche dell'interfaccia software ad esempio sulla facilità di utilizzo e intuitività	D	3	2,4	0,8 - Molto buono	Molto buona intuitività e interfaccia software come da documentazione tecnica	- Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida	5	1 - Ottimo	Molto buona intuitività e interfaccia software come da documentazione tecnica	- Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida	5	1 - Ottimo	Molto buona intuitività e interfaccia software come da documentazione tecnica	- Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida	5	1 - Ottimo	Molto buona intuitività e interfaccia software come da documentazione tecnica	- Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida
Organizzazione del lay-out dei locali	La valutazione verterà sul lay-out proposto cioè, compatibilmente con gli spazi disponibili, dotazioni, organizzazione dei locali, il flusso di lavoro e l'organizzazione dei percorsi sporco/pulito.	D	18	3,6	0,2 - APERTURA SUPERIORE AL MINIMO	MONOBLOCCO	-separazione sporco/pulito ok solo per ambulatorio 9, non garantito per l'ambulatorio 8, in quest'ultimo caso è necessario fermare l'attività dell'ambulatorio 9 per procedere al lavaggio dello strumento	14,4	0,8 - Molto buono	MONOBLOCCO	-non garantito il percorso, non è necessario l'interruzione di attività dell'ambulatorio 9 per il lavaggio dello strumento utilizzato nell'ambulatorio 8.	10,8	0,5 - Buono	MONOBLOCCO	-non garantito il percorso, non è necessario l'interruzione di attività dell'ambulatorio 9 per il lavaggio dello strumento utilizzato nell'ambulatorio 8. + angolo smussato di 45° banco lavoro - apertura armadio -compartimento dalla colonna -uscita con strumenti puliti difficile in quanto disponibile solo 60cm dall'armadio alla colonna, altrimenti non viene rispettata la separazione percorso sporco/pulito	14,4	0,8 - Molto buono	MONOBLOCCO	-Separazione nella tra area sporca e pulito.
						GIUSTINIANEO	-Armagli grandi dimensioni -Organizzazione inesplicita attuale -necessario passare davanti agli armadi per raggiungere alcune lavendoscopi, una è aderente ad un armadio. Flusso di lavoro compromesso per dimensioni apparecchiature. Nessuna separazione percorso sporco e pulito			GIUSTINIANEO	+ armadi passanti + carrello semovibile + gestione spazio per ulteriore armadi/bancata/bancarello (due pareti disponibili) Ottimo flusso di lavoro			GIUSTINIANEO	+armadi passanti -unica parete da dedicare ad ulteriore punto di appoggio/stoccaggio +massimizzato separazione percorso sporco pulito grazie a barriere architettoniche Ottimo flusso di lavoro			GIUSTINIANEO	+macchine passanti +piano di appoggio +lavandino -radio spazio per ulteriore punto di appoggio/stoccaggio -passante possibilità di collocare una scrivania Ottimo flusso di lavoro

Assistenza tecnica e formazione	Verrà valutato il servizio di assistenza tecnica e formazione offerti per tutta la durata contrattuale	D	4	1,6	0,4 - Discreto	<ul style="list-style-type: none"> - tecnico specializzato in loco entro 6 (sei) ore lavorative dalla chiamata. - se fermo macchina ha una durata superiore ai 2 (due) giorni solari, verrà fornito un "muletto" -altezzatura equivalente- - i periodi previsti di chiusura del servizio per ferie e festività comprenderanno tutti i giorni festivi secondo calendario. Le ferie dei tecnici disponibili saranno organizzate in modo da poter garantire una reperibilità continua. 	3,2	0,8 - Medio	Gli interventi on site saranno eseguiti entro 4 ore lavorative dalla chiamata, con la sola esclusione dei giorni festivi. In caso di interventi che richiedano un fermo macchina superiore a 4 giorni lavorativi oppure se si rendesse necessario ritardare l'apparechiatura o per interventi non risolvibili in loco sarà messa a disposizione un'apparechiatura analoga (muletto) con le stesse caratteristiche funzionali fino al completo ripristino della funzionalità. Teleassistenza disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30	61,40	70,00	47,20	53,81	4	1 - <i>Ultimo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - apparecchiature sostituite in caso di fermo macchina superiori a quattro giorni lavorativi dalla chiamata. - chi, relativamente ai periodi previsti di chiusura del servizio per ferie/festività, Stelco garantisce sempre la presenza di personale tecnico di assistenza per l'intero anno lavorativo; entro 1 ora lavorativa dalla chiamata, -disponibilità delle parti di ricambio per 20 (venti) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura -servizio telefonico di assistenza 24h/7 giorni/7. 				
Punteggio Totale						34,20	ESCLUSA		61,40	70,00	47,20	53,81	4	1 - <i>Ultimo</i>	55,20	62,83				
Punteggio Totale										70	ESCLUSA		61,40	70,00	47,20	53,81	4	1 - <i>Ultimo</i>	55,20	62,83

LOTTO 2		CANTEL MEDICAL (ITALY)				NUOVA FARMEC S.R.L.			
Criteri di valutazione della qualità		Triptologia	Punteggio	Punteggio	Coef.	Motivazione	Motivazione		
Pompe	La valutazione verterà sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle pompe, ad esempio : - praticità all'utilizzo - sistema sicuro di sanificazione della pompa (es. alta disinfezione/autoclave) - se integrata al lavello	D	5	5	1 - <i>Ottimo</i>	4	0,8 - <i>Molto buono</i>	Connettore unico che segue tutto il processo che riduce la manipolazione dell'endoscopio, permette di ridurre la possibilità di contaminazione, aumentando la sicurezza dell'attività. Pompa integrata al lavello. Circuito di autosanificazione, circuito sanificabile in autoclave.	Connettore unico ma componibile permette di ridurre la possibilità di contaminazione, aumentando la sicurezza dell'attività, tuttavia il connettore componibile risulta meno pratico. Pompa integrata al lavello Presente ciclo per l'Auto-sanificazione.
	La valutazione verterà sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle lavaendoscopi ad esempio : - Immersione completa - Durata del ciclo inferiore a 25 minuti - Range di temperature di funzionamento - Possibilità di scegliere diversi cicli e di escludere una o più fasi del ciclo - Dimensione e forma della vasca - Indipendenza delle vasche	D	13	13	1 - <i>Ottimo</i>	7,8	0,6 - <i>Buono</i>	Non presenta immersione completa. Durata del ciclo inferiore a 25 minuti. Range di temperature di funzionamento 40°, aumentato rischio formazione calcare Possibilità di scegliere diversi cicli Buona dimensione della vasca Indipendenza delle vasche	
	La valutazione verterà su ergonomia e praticità d'uso delle lavaendoscopi tra cui: - Facilità di caricamento degli endoscopi, della sostituzione delle taniche e di impostazione - Caratteristiche del display	D	5	4	0,8 - <i>Molto buono</i>	1	0,2 - <i>APPENA SUPERIOR E AL MINIMO</i>	Molto buona facilità di caricamento ottima grandezza del display	Apertura mediante utilizzo di gonfio Chiusura manuale. Contenuta dimensione del display
Lavaendosco pi	La valutazione verterà sulle caratteristiche tecniche e funzionali del materiale di consumo ed in particolare : - Taniche facili da maneggiare - Inodore - Taniche con pescante integrato	D	5	4	0,8 - <i>Molto buono</i>	5	1 - <i>Ottimo</i>	Taniche facili da maneggiare Tanica con pescante integrato	
Armadi	La valutazione verterà sulle caratteristiche tecniche e funzionali degli armadi ad esempio : - Durata della conservazione superiore ai 7 giorni - Segnalazione dello stato degli endoscopi - Modalità di alloggiamento degli endoscopi - Numero degli endoscopi alloggiabili - Dimensioni - Sistema di filtrazione - Lampade germicide	D	8	6,4	0,8 - <i>Molto buono</i>	4,8	0,6 - <i>Buono</i>	- Durata superiore a 7 giorni - Segnalazione stato endoscopi con led - stoccaggio orizzontale - Alloggiabili n. 8 endoscopi - Dimensione contenuta 190H*60L*54p - Filtro pneumatico per aria compressa 0,01 µm - Assenti lampade germicide - non necessita di aria medicale	- Durata superiore a 7 giorni - Segnalazione stato endoscopi presente nel monitor - stoccaggio orizzontale - Alloggiabili n. 12 endoscopi, numero elevato che espone al rischio di interrompere attività nel caso di fermo macchina - Altezza 2090 mm, si rievava lo zoccolo nella parte finale dell'armadio. - L'endoscopio alloggiato nel punto più alto e inferiore alla h. 2090 mm - Dimensione contenuta: 720p*610*2090h - Filtro HEPA classe H14 0,2 µm - Presente lampada germicida - Non necessita di aria medicale

	La valutazione verterà su ergonomia e praticità d'uso degli armadi ad esempio : - Facilità di caricamento degli endoscopi - Facilità di sanificazione - Caratteristiche del display	D	4	4	1 - <i>Ottimo</i>	- facilità di caricamento degli endoscopi - facilità di sanificazione - display adeguato alla funzione	4	1 - <i>Ottimo</i>	- facilità di caricamento degli endoscopi - facilità di sanificazione - display adeguato alla funzione																								
Software	La valutazione verterà sulle caratteristiche tecniche e funzionali del software ad esempio: - Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida	D	5	5	1 - <i>Ottimo</i>	- Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida	5	1 - <i>Ottimo</i>	- Completezza delle 7 fasi del reprocessing - Possibilità di implementazioni successive di fasi previste da aggiornamenti di linee guida																								
	La valutazione verterà sulle caratteristiche dell'interfaccia software ad esempio sulla facilità di utilizzo e intuitività	D	3	2,4	0,8 - <i>Molto buono</i>	Molto buona intuitività e interfaccia software come da documentazione tecnica.	2,4	0,8 - <i>Molto buono</i>	Molto buona intuitività e interfaccia software come da documentazione tecnica																								
Organizzazione e del lay-out dei locali	La valutazione verterà sul lay-out proposto che, compatibilmente con gli spazi disponibili, ottimizzi l'organizzazione dei locali, il flusso di lavoro e l'organizzazione dei percorsi sporco/pulito.	D	18	14,4	0,8 - <i>Molto buono</i>	Policlinico	Ambulatori ORL Giustiniano	14,4	0,8 - <i>Molto buono</i>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Piastra Endoscopica Pneumologica</td> </tr> <tr> <td>+tre armadi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flusso di lavoro non compromesso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+separato percorso sporco pulito</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">+ le attrezzature sono posizionate in un unico locale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- flusso di lavoro ridotto a causa dello ridotto spazio di mobilità tra armadio e lavello</td> </tr> <tr> <td colspan="2">+buona organizzazione dei percorsi sporco pulito</td> </tr> <tr> <td colspan="2">+due lavaendoscopi permette di garantire le urgenze.</td> </tr> </table>	Piastra Endoscopica Pneumologica		+tre armadi		Flusso di lavoro non compromesso		+separato percorso sporco pulito		+ le attrezzature sono posizionate in un unico locale		- flusso di lavoro ridotto a causa dello ridotto spazio di mobilità tra armadio e lavello		+buona organizzazione dei percorsi sporco pulito		+due lavaendoscopi permette di garantire le urgenze.								
						Piastra Endoscopica Pneumologica																											
+tre armadi																																	
Flusso di lavoro non compromesso																																	
+separato percorso sporco pulito																																	
+ le attrezzature sono posizionate in un unico locale																																	
- flusso di lavoro ridotto a causa dello ridotto spazio di mobilità tra armadio e lavello																																	
+buona organizzazione dei percorsi sporco pulito																																	
+due lavaendoscopi permette di garantire le urgenze.																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Piastra Endoscopica Pneumologica</td> </tr> <tr> <td>+disponibile locale per stoccaggio accessori (precedente Deposito/pulito) + armadi passati</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flusso di lavoro non compromesso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+completamente separato percorso sporco pulito</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">- armadio posizionato in ambulatorio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">+ piano di appoggio nella stanza dei lavaendoscopi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- flusso di lavoro compromesso in quanto lo strumento pulito deve essere riposto nell'armadio presente in ambulatorio, locale non pulito.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- poca organizzazione dei percorsi sporco/pulito, lo strumento pulito viene riposto in un ambiente di lavoro, quindi non pulito</td> </tr> <tr> <td colspan="2">+piano di appoggio</td> </tr> </table>	Piastra Endoscopica Pneumologica		+disponibile locale per stoccaggio accessori (precedente Deposito/pulito) + armadi passati		Flusso di lavoro non compromesso		+completamente separato percorso sporco pulito		- armadio posizionato in ambulatorio		+ piano di appoggio nella stanza dei lavaendoscopi		- flusso di lavoro compromesso in quanto lo strumento pulito deve essere riposto nell'armadio presente in ambulatorio, locale non pulito.		- poca organizzazione dei percorsi sporco/pulito, lo strumento pulito viene riposto in un ambiente di lavoro, quindi non pulito		+piano di appoggio		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Piastra Endoscopica Pneumologica</td> </tr> <tr> <td>+completamente separato percorso sporco pulito</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">- armadio posizionato in ambulatorio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">+ piano di appoggio nella stanza dei lavaendoscopi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- flusso di lavoro compromesso in quanto lo strumento pulito deve essere riposto nell'armadio presente in ambulatorio, locale non pulito.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- poca organizzazione dei percorsi sporco/pulito, lo strumento pulito viene riposto in un ambiente di lavoro, quindi non pulito</td> </tr> <tr> <td colspan="2">+piano di appoggio</td> </tr> </table>	Piastra Endoscopica Pneumologica		+completamente separato percorso sporco pulito		- armadio posizionato in ambulatorio		+ piano di appoggio nella stanza dei lavaendoscopi		- flusso di lavoro compromesso in quanto lo strumento pulito deve essere riposto nell'armadio presente in ambulatorio, locale non pulito.		- poca organizzazione dei percorsi sporco/pulito, lo strumento pulito viene riposto in un ambiente di lavoro, quindi non pulito		+piano di appoggio	
Piastra Endoscopica Pneumologica																																	
+disponibile locale per stoccaggio accessori (precedente Deposito/pulito) + armadi passati																																	
Flusso di lavoro non compromesso																																	
+completamente separato percorso sporco pulito																																	
- armadio posizionato in ambulatorio																																	
+ piano di appoggio nella stanza dei lavaendoscopi																																	
- flusso di lavoro compromesso in quanto lo strumento pulito deve essere riposto nell'armadio presente in ambulatorio, locale non pulito.																																	
- poca organizzazione dei percorsi sporco/pulito, lo strumento pulito viene riposto in un ambiente di lavoro, quindi non pulito																																	
+piano di appoggio																																	
Piastra Endoscopica Pneumologica																																	
+completamente separato percorso sporco pulito																																	
- armadio posizionato in ambulatorio																																	
+ piano di appoggio nella stanza dei lavaendoscopi																																	
- flusso di lavoro compromesso in quanto lo strumento pulito deve essere riposto nell'armadio presente in ambulatorio, locale non pulito.																																	
- poca organizzazione dei percorsi sporco/pulito, lo strumento pulito viene riposto in un ambiente di lavoro, quindi non pulito																																	
+piano di appoggio																																	



U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID 23A057 GARA PER L'ALLESTIMENTO DI SALE PER IL RICONDIZIONAMENTO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI PER LE PIASTRE E GLI AMBULATORI ENDOSCOPICI DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA.

VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

Il giorno 26/03/2024 presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Viale della Navigazione Interna 38, 35129 - Padova, il Seggio di gara nominato con nota prot. n. 0046636 del 12/07/2023 (costituito dalla dott.ssa Maria Elena Serafin, in qualità di presidente e dal Rag. Fabio Moro in qualità di teste e verbalizzante), procede all'analisi della documentazione presentata dalla ditta Cantel Medical, ai fini delle opportune verifiche dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Preso atto ed esaminata la documentazione sopra citata, non si riscontrano elementi tali da ritenere l'offerta non congrua.

Si conferma pertanto l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Cantel Medical, come da Verbale del 14/03/2023, agli atti presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Viene redatto il presente verbale, composto da una facciata sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

Autorità di gara:	Dott.ssa Maria Elena Serafin	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Teste e verbalizzante:	Rag. Fabio Moro	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 4/4/2024

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°24 fogli (incluso il presente) della delibera n. 623 del 4/4/2024 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
