

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DIAGNOSTICA DELL'AUTOIMMUNITÀ' - ID 15D040

ID SINTEL 135306528

CHIARIMENTI

	QUESITI	RISPOSTE
1	requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale, si chiede di specificare il periodo di riferimento ad esempio ultimi 3 esercizi (2018 - 19 - 20)	Per il periodo di riferimento degli ultimi 3 esercizi si deve fare riferimento agli anni 2018-2019-2020
2	Sul disciplinare di gara si indica che il contributo ANAC, da pagare, è di € 200, che sembra essere calcolato sull'intero importo di gara.	Per errore è stato indicato un contributo ANAC sull'intero importo di gara. Si è provveduto a modificare i documenti Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale e Capitolato d'Oneri, nel prospetto a pag. 2 di ogni documento, integrando la colonna relativa al contributo per singolo lotto. Si prega di considerare valida la documentazione pubblicata in data 2.3.2021.
3	capacità economica finanziaria non è specificato un importo annuo di riferimento pari ad esempio al valore del lotto d'interesse - e comunqueè sufficiente ad esempio dichiarare che è un'azienda da poco costituita e che non ha disponibili le informazioni per il periodo richiesto - si ritiene necessario ricorrere all'avvalimento dei requisiti?	L'importo delle forniture analoghe all'oggetto di gara non dovrà essere inferiore ad un terzo dell'importo complessivo posto a base d'asta per singolo lotto per il quale la ditta intende partecipare. Non saranno ammesse alla procedura le concorrenti che non soddisfano tale requisito.
4	DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA ALLE DITTE CONCORRENTI" (pag. 22) e precisamente all'indicazione che tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana: In base a quanto sopra, si richiede gentilmente che nel caso in cui	Si conferma la presentazione delle certificazioni in lingua inglese corredate da traduzione e dichiarazione di conformità ai sensi del DPR 445.

U.O.S. Gare e Contratti - Dirigente Responsabile: Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: gare e contratti

Tel. 049/8216085 - E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

	vengano offerti strumenti e prodotti, il cui fabbricante ha sede all'estero, possano essere allegate le certificazioni CE e ISO in lingua inglese corredate da traduzione e dichiarazione, ai sensi del DPR 445 (prodotte dall'operatore economico), di conformità alla lingua originaria.	
5	Lotto 1 - Al fine di calcolare correttamente le quantità da offrire, si chiede di specificare: a) sedute giornaliere è da intendersi 5/6 o 6/7 e su quanti giorni lavorativi totali? b) sedute settimanali - n. settimane/anno	Per favorire la maggior comprensione possibile delle richieste, si allega tabella esplicativa (ALLEGATO 1: RISPOSTA QUESITO 5)
6	Vs. rif.: Capitolato Speciale - Lotto 1 - Caratteristiche del sistema gestionale di settore Domanda: si chiede conferma che la caratteristica "gestione di gruppi patologici" debba essere intesa come la possibilità da parte del software di ricevere dal LIS l'eventuale quesito clinico che accompagna la richiesta, rendendolo successivamente consultabile dall'operatore all'interno dell'applicativo.	Si conferma che si intende la possibilità di estrapolare eventuali informazioni cliniche presenti nella richiesta per consentire la classificazione dei pazienti da parte dell'operatore nell'applicativo.
7	Vs. rif.: Capitolato Speciale - Lotto 1 – pag. 6 "Caratteristiche dei reagenti con tecnica IFI" – esame "anticorpi anti-mitocondrio, anti-muscolo liscio e anti-parete gastrica (AMA, ASMA, APCA, LKM)" Domanda: per la ricerca dell'esame sopra citato, è indicato che il substrato previsto debba essere composto da sezioni di rene, fegato e stomaco di topo; nella colonna relativa alle caratteristiche del substrato si fa riferimento invece ad un "tessuto murino". In considerazione di questo dettaglio si chiede conferma che sia consentita la proposta di un tessuto composto da sezioni di rene, fegato e stomaco di ratto.	Si conferma che è consentita la proposta di sezioni sia di topo sia di ratto, classificabili entrambi come "tessuto murino".
8	Vs. rif.: Capitolato Speciale - Lotto 2 - Caratteristiche dei reagenti con tecnica IFI Domanda: si chiede conferma, al fine di poter formulare la nostra migliore proposta tecnica, che per la caratteristica oggetto di valutazione "completezza del pannello di test attualmente erogati nella diagnostica di terzo livello" per la voce miocardite autoimmune possa essere considerato rispondente a tale caratteristica l'offerta di un substrato contenente muscolo striato e cardiaco di primate in un unico pozzetto.	Si conferma che la proposta tecnica di un substrato costituito da muscolo striato e da muscolo cardiaco di primate in un unico pozzetto risponde alle specifiche richieste.
9	Vs. rif.: Capitolato Speciale - Lotto 3 - Caratteristiche dello strumento	

U.O.S. Gare e Contratti - Dirigente Responsabile: Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: gare e contratti

Tel. 049/8216085 - E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

	<p>Domanda 1: si chiede conferma che per rispettare la caratteristica minima al punto 3 "RICONOSCIMENTO CODICE A BARRE DEI CAMPIONI (INTERLIVED 2 DI 5) TRAMITE LETTORE INTEGRATO", lo strumento proposto debba essere dotato di un lettore di codice a barre integrato all'interno del piano di lavoro ed in grado di riconoscere positivamente il codice a barre delle provette al loro inserimento.</p>	<p>Si conferma che si richiede che lo strumento abbia un lettore di codice a barre integrato per il riconoscimento delle provette al loro inserimento nell'alloggiamento previsto.</p>
10	<p>Vs. rif.: Capitolato Speciale - Lotto 3 - Caratteristiche dello strumento</p> <p>Domanda 2: Si chiede conferma che per rispettare la caratteristica minima al punto 4 "LETTURA DEI RISULTATI IN AUTOMAZIONE", lo strumento proposto debba essere in grado di leggere le strip di immunoblot alla fine del processo di incubazione in completa automazione, senza nessun intervento da parte dell'operatore e senza l'utilizzo di apparati di lettura esterni.</p>	<p>Si conferma che è richiesta la lettura dei risultati col maggior grado di automazione possibile.</p>
11	<p>Vs. rif.: Capitolato Speciale - Lotto 3- Caratteristiche dei reagenti</p> <p>Domanda 1: per l'esame "ANTICORPI ANTI ISTONI" si chiede conferma che possa essere offerto un test con metodica immunoblot contenente, oltre all'antigene istoni, anche altri antigeni quali, a titolo esemplificativo, nucleosomi e dsDNA.</p>	<p>Si conferma.</p>
12	<p>Vs. rif.: Capitolato Speciale - Lotto 3- Caratteristiche dei reagenti</p> <p>Domanda 2: per la caratteristica test di conferma per autoanticorpi presenti nelle miositi, al fine di formulare la nostra migliore proposta tecnica, si chiede conferma che la presenza nel prodotto offerto di un numero superiore di ulteriori antigeni patologia specifici rispetto a quelli indicati (TIF1γ, SAE1, NXP-2, MDA-5, OJ) possa essere considerata caratteristica tecnica funzionale oggetto di valutazione.</p>	<p>Si conferma che sarà valutata l'offerta di un numero superiore di antigeni rispetto a quelli indicati per profili di patologia specifici.</p>
13	<p>Vs. rif.: Capitolato Speciale - Lotto 3- Caratteristiche dei reagenti</p> <p>Domanda 3: per la caratteristica test di conferma per anticorpi presenti nella sclerodermia/anti antigeni nucleolari, al fine di formulare la nostra migliore proposta tecnica, si chiede conferma che la presenza nel prodotto offerto di un numero superiore di ulteriori antigeni patologia specifici rispetto a quelli indicati (Fibrillarina, NOR-90, Th/To) possa essere considerata caratteristica</p>	<p>Si conferma che sarà valutata l'offerta di un numero superiore di antigeni rispetto a quelli indicati per profili di patologia specifici.</p>

U.O.S. Gare e Contratti - Dirigente Responsabile: Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: gare e contratti

Tel. 049/8216085 - E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

	tecnica funzionale oggetto di valutazione.	
14	<p>Vs. rif.: Capitolato Speciale - Lotto 1- Sistema gestionale</p> <p>Domanda: Si richiede se eventuale richiesta formale per ulteriori specifiche sul sistema informativo di laboratorio debba essere inviata a questo Spettabile Ente o all'Azienda fornitrice del sistema Siemens Healthcare Diagnostics.</p>	Qualsiasi richiesta di chiarimento o informazione va inviata tramite la piattaforma Sintel nel campo "comunicazioni della procedura".
15	<p>Vs. rif.: Disciplinare di gara – pag. 5 – BUSTA AMMINISTRATIVA – “Documentazione amministrativa 1” “1) Istanza di partecipazione alla gara (Allegato A), firmata digitalmente e bollata [...]”</p> <p>Vs. rif.: Disciplinare di gara – pag. 6 – BUSTA AMMINISTRATIVA – “Documentazione amministrativa 2” “1) Imposta di bollo relativa all'istanza di partecipazione, ai sensi del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972: il concorrente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento secondo le modalità telematiche previste (F24, bonifico bancario, etc) e caricare la relativa ricevuta. In alternativa potrà procedere al caricamento della marca da bollo invalidata”</p> <p>Domanda: si chiede conferma che l'imposta di bollo (resa tramite F24 o bonifico bancario o caricamento della marca da bollo invalidata) sia da rendere esclusivamente per il punto 1 della documentazione amministrativa 2, senza dover apporre alcuna marca da bollo sull'istanza di partecipazione (Allegato 1).</p>	La marca da bollo citata nella documentazione amministrativa 2 si riferisce alla marca da bollo relativa all'istanza (allegato A) citata nella documentazione amministrativa 1. Sono le diverse modalità di apporre la marca da bollo.
16	in riferimento al documento "Istanza di Partecipazione alla gara" (Allegato A) si chiede gentilmente conferma che con l'apposizione delle marche da bollo (debitamente annullate) sul documento sopracitato, non sia necessario effettuare un altro pagamento di imposta di bollo attraverso F24 o bonifico bancario ecc..	Si conferma che l'imposta di bollo citata nel documento Disciplinare di gara si riferisce alla marca da bollo relativa all'istanza
17	<p>Vs. rif.: Capitolato Speciale – “DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA ALLE DITTE CONCORRENTI” - pag. 23 - punto 5</p> <p><i>“Numero di iscrizione al Repertorio Nazionale dei dispositivi medici e classe di rischio per ogni prodotto offerto. Se il prodotto non è iscritto nel Repertorio Nazionale secondo il decreto del 21/12/2009, la ditta concorrente dovrà fornire la Dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione ed</i></p>	Si conferma che il riferimento normativo è il D.Lgs. 332/2000 e successive modifiche ed integrazioni e la dichiarazione da rendere deve fare riferimento alle norme ivi contenute

U.O.S. Gare e Contratti - Dirigente Responsabile: Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: gare e contratti

Tel. 049/8216085 - E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

	<p>informazione previsti dall'art. 13 D.Lgs. 46/1997 nelle modalità previste dal decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009 e delle corrispondenti previsioni del D.Lgs. 507/1992 (art. 7 bis), come modificati dal D.Lgs. 37/2010"</p> <p>Domanda: trattandosi di IVD (dispositivi medico-diagnostici in vitro), il riferimento normativo è il D.Lgs. 332/2000 e successivo Decreto del 23/12/2013, pertanto si chiede se la dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di comunicazione e informazione sia da rendere in riferimento a queste norme.</p>	
18	<p>Vs. rif.: Capitolato Speciale – “DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA ALLE DITTE CONCORRENTI” - pag. 22 - punto 1</p> <p><i>“[...] Ciascun requisito minimo o elemento qualitativo descritto dovrà poter trovare riscontro nella documentazione tecnica ufficiale (schede tecniche, manuali d’uso, documenti a corredo delle certificazioni, ecc.) e il fornitore si rende disponibile a fornire i singoli riscontri in caso di richiesta da parte dell’amministrazione”</i></p> <p>Domanda: Si fa presente che alcune caratteristiche minime dei lotti sono prettamente progettuali e non fanno parte di documentazione ufficiale come schede tecniche/manuali, o non vengono ben esplicitate come richiesto dal capitolato tecnico. Al fine di meglio rappresentare la richiesta di risposta alle caratteristiche minime, si chiede se sia possibile esporre le caratteristiche tecniche in questione sottoforma di relazione progettuale unica.</p>	<p>Si conferma la possibilità di esporre le caratteristiche tecniche non presenti in schede tecniche o manuali in una relazione progettuale specifica.</p>
19	<p>In riferimento al Disciplinare di gara - Documentazione amministrativa 2 -2) Documento di garanzia provvisoria</p> <p>Si chiede di confermare se il documento di garanzia provvisoria possa essere presentato firmato digitalmente da persona munita di comprovati poteri di firma, e non con la sottoscrizione apposta in calce con sigla, timbro e generalità del sottoscrittore.</p>	<p>Si conferma che la documentazione dovrà essere firmata nelle forme previste dai documenti di gara</p>
20	<p>In riferimento al Capitolato Speciale - Documentazione tecnica 1-, al punto -1) Criteri di valutazione.</p> <p>si chiede se sia possibile raggruppare in un unico documento, sottoscritto dal legale rappresentante e reso ai sensi del 445/2000, tutte le voci relative ai criteri qualitativi di ciascun lotto di interesse. In questo modo sarà agevolata la lettura da parte della</p>	<p>NO, non si ritiene utile</p>

U.O.S. Gare e Contratti - Dirigente Responsabile: Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: gare e contratti

Tel. 049/8216085 - E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

	<p>commissione oltre a garantire la corretta consequenzialità logica delle risposte prodotte da ciascun concorrente. In caso affermativo si chiede di prevedere e indicare un numero congruo di pagine per la realizzazione del sopraindicato documento.</p>	
21	<p>In riferimento alla voce del Capitolato Speciale, Documentazione tecnica 1, alla frase -Ciascun requisito minimo o elemento qualitativo descritto dovrà poter trovare riscontro nella documentazione tecnica ufficiale (schede tecniche, manuali d'uso, documenti a corredo delle certificazioni, , ecc.)??,</p> <p>si chiede se sia possibile redigere una relazione progettuale, sottoscritta dal legale rappresentante e reso ai sensi del 445/2000, che tenga conto di tutte le caratteristiche minime essenziali, per il lotto di interesse, dove inserire, puntualmente e sinteticamente, i riferimenti ai requisiti minimi richiesti. In questo modo sarà possibile agevolare sia la ricerca sia la lettura, da parte della commissione tecnica, del materiale allegato da ciascuna concorrente. In caso affermativo si chiede di valutare e indicare un numero congruo di pagine per poter rispondere in maniera adeguata a tale progetto.</p>	NO, non si ritiene utile
22	<p>Capitolato pagina 8 di numero 2 strumentazioni ELISA, si chiede di confermare che, ai fini del miglioramento del work flow del servizio, sia possibile fornire una configurazione comprendente 1 strumentazione basata su tecnologia in chemiluminescenza automatica ad accesso random con caricamento in continuo dei campioni, e 1 strumentazione ELISA come da richiesta capitolare</p>	<p>In occasione dell'indagine di mercato sono pervenute, per il lotto n.4, offerte relative solo a sistemi diagnostici costituiti da analizzatori per tecniche immunometriche (ELISA). Se nel frattempo sono state sviluppate soluzioni migliorative con tecnologie diverse dall'ELISA, si ritiene utile l'invio di nuove progettualità rispondenti ai requisiti capitolari.</p> <p>Di conseguenza, poiché nella stesura del punteggio di qualità (Criteri qualitativi) del lotto 4, non è stata considerata questa opzione, verrà valutata la congruità dell'offerta rispetto ai criteri di valutazione esplicitati ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "Caratteristiche tecnico-funzionali riguardanti le apparecchiature": la possibilità di gestire kit diagnostici di aziende diverse per quanto attiene la strumentazione ELISA 2) "Caratteristiche tecnico-funzionali riguardanti i reagenti": reagenti pronti all'uso e dotati di riconoscimento codice a barre per l'applicazione su tutte le strumentazioni offerte
23	<p>Con riferimento al chiarimento sul periodo di esercizio (2018-2019-2020), considerato che la norma prevede approvazione dei bilanci in data successiva alla presentazione della</p>	Si conferma quanto da voi proposto

U.O.S. Gare e Contratti - Dirigente Responsabile: Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: gare e contratti

Tel. 049/8216085 - E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

	<p>procedura, si chiede di confermare che per il 2020 possa essere indicato sia per fatturato globale che per specifico il fatturato provvisorio e quindi non consolidato rispetto al bilancio che sarà oggetto di approvazione, contestualmente al fine di poter fornire documentazione a comprova nel rispetto di quanto previsto dal DL 56/2016 di fornire anche i dati dell'anno 2017.</p>	
24	<p>Relativamente al lotto 1 e al lotto 5: 1.Si chiede di specificare se la frequenza di esecuzione giornaliera è da considerarsi su 5 o 6 giorni alla settimana. 2. Si chiede di specificare se nella stima dei test da eseguire in un anno sono inclusi anche calibratori, controlli e titolazioni.</p>	<p>1.-Per il lotto 1 vedere allegato 1 risposta quesito 5. Per il lotto 5 invece prevista una frequenza giornaliera su 5 giorni/settimana.</p> <p>2. -Nella stima del numero di test per anno sono incluse le titolazioni e controlli per i test in immunofluorescenza indiretta (lotto1). Per il lotto 5, calibratori e controlli non sono inclusi</p>
25	<p>in riferimento al quesito n.1 pubblicato relativo al periodo di riferimento per i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale, poichè la nostra società non ha ancora approvato il bilancio 2020, si chiede di specificare se è possibile fare riferimento al periodo 2017-2018-2019.</p>	<p>Vedere risposta al quesito 23</p>
26	<p>a pagina 3 del Disciplinare di gara è specificato che: "Per il presente appalto sono state rilevate spese dovute ad attività interferenziali pari ad € 2.270,82.", mentre a pagina 9 è indicato: "2) indicare nell'apposito campo Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto (Oneri della sicurezza e Costo del personale), il valore dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" che si presume siano pari a zero.</p> <p>Si precisa che tali costi sono diversi dai costi afferenti l'attività di impresa che devono essere indicati nel modello di Offerta Economica (allegato D);"</p> <p>Si richiede di voler chiarire cortesemente le due versioni riguardanti i costi derivanti da "interferenze".</p>	<p>L'importo di € 2.270,82 fa riferimento ad attività interferenziali non soggette a ribasso. Nel Disciplinare a pag. 9 il punto 2) si deve considerare come refuso.</p>
27	<p>A pagina 5 del Disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 1, è richiesto al punto 1 "Istanza di partecipazione alla gara (Allegato A), firmata digitalmente e bollata.....", mentre a pagina 6, sempre del Disciplinare, è indicato IN DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 2 "1) Imposta di bollo relativa all'istanza di partecipazione....."; si richiede di chiarire se l'imposta di bollo deve essere assolta</p>	<p>Vedere risposta quesito 15</p>

U.O.S. Gare e Contratti - Dirigente Responsabile: Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: gare e contratti

Tel. 049/8216085 - E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

	mediante l'apposizione di marca da bollo sull'istanza come richiesto in DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 1, oppure se può essere assolta mediante il pagamento con F24 o in alternativa con caricamento della marca da bollo invalidata, come richiesto in IN DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 2.	
28	Inoltre, si richiede se il valore dell'imposta di bollo è di 16 Euro ogni 4 pagine, oppure 16 Euro indipendentemente dal numero di pagine dell'istanza	L'imposta di bollo pari a € 16 va messa indipendentemente dal numero di pagine
29	In riferimento al Lotto 4 in merito alle caratteristiche strumentali del punto 5 (Esclusione di contaminazioni tra reagenti e campioni: l'area reagenti e l'area campioni dovranno avere un sistema per il prelievo e la dispensazione dedicato). E' possibile considerare equivalente un sistema che dopo ogni fase di lavoro è in grado di lavare l'ago mediante l'uso di sostanze, come l'acido solforico, che eliminano le eventuali contaminazioni?	Sarà considerato in valutazione come equivalente il sistema descritto purchè garantisca l'assenza di carryover e contaminazione tra campioni e reagenti: devono essere prodotte evidenze
30	Lo Schema offerta economica - Allegato D può essere modificato/integrato? Si chiede di chiarire se in offerta economica sono previsti canoni di noleggio e assistenza tecnica	Si. Lo schema di offerta economica deve essere implementato di tutti i dati relativi alla formulazione dell'offerta (comprese le strumentazioni e i canoni di noleggio e assistenza tecnica)
31	Si chiede di confermare l'accettazione di materiale in sconto merce.	E' possibile offrire prodotti accessori in sconto merce e la loro quotazione sarà pari a 0.
32	Nel Disciplinare di gara viene indicato di inserire in offerta economica il prezzo complessivo offerto con due cifre decimali mentre nell'Allegato D Schema offerta economica sono indicati max 5 decimali: si chiede di specificare quanti decimali devono essere indicati.	Devono essere indicati 5 decimali nell'offerta economica.
33	In riferimento al Lotto 4 avremmo la necessità di chiedere se il numero dei test per i farmaci biologici è totale e quindi comprensivo di eventuali campioni in doppio	Sono richiesti un minimo di 8 kit/anno per i tests Infliximab e anti-Infliximab; sono richiesti un minimo di 4 kits/anno per ciascun restante test sui farmaci biologici.
34	Lotto 4 (tabella a pagina 9): per l'antigene fecale di H pylori si chiede la possibilità di offrire, come alternativa ad un sistema di amplificazione del segnale colorimetrico, un sistema basato su un anticorpo coniugato con isoluminolo aggiunto alla reazione e in grado di rilevare il segnale luminoso emesso, proporzionale alla concentrazione dell'antigene fecale H pylori presente.	Si, se la soluzione proposta risulta migliorativa rispetto ai requisiti capitolari: fornire evidenze

U.O.S. Gare e Contratti - Dirigente Responsabile: Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: gare e contratti

Tel. 049/8216085 - E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

35	Si richiede per il lotto 4 se il numero di test si riferisce ai soli campioni oppure ai campioni + controlli e calibratori	Il numero totale di tests si riferisce a campioni+controlli+calibratori
----	--	---

Aggiornato in data 17/3/2021

Il Sostituto Responsabile
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Ing. Francesca Menotto



U.O.S. Gare e Contratti - Dirigente Responsabile: Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: gare e contratti

Tel. 049/8216085 - E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

ALLEGATO 1: RISPOSTA QUESITO 5

Lotto 1 - Al fine di calcolare correttamente le quantità da offrire, si chiede di specificare:

a) sedute giornaliere è da intendersi 5/6 o 6/7 e su quanti giorni lavorativi totali?

b) sedute settimanali - n. settimane/anno

Per favorire la maggior comprensione possibile delle richieste, si allega di seguito tabella esplicativa

ESAME	Substrato	Numero determinazioni anno	Frequenza di esecuzione	Chiarimenti
Anticorpi anti nucleo, ANA	Cellule HEp-2	20000	Giornaliera	2 sedute giornaliere per 5 gg/7 (da lun a ven) + 1 seduta giornaliera per 1 g/7 (sab)
Anticorpi anti mitocondrio, muscolo liscio, anti LKM e anti parete gastrica (AMA; ASMA, APCA, LKM)	Sezioni di rene, fegato e stomaco di topo	15000	Giornaliera	2 sedute giornaliere per 5 gg/7 (da lun a ven) + 1 seduta giornaliera per 1 g/7 (sab)
Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA)	Neutrofili fissati	5000 etanolo 1800 formalina	Giornaliera	1 seduta giornaliera per 6 gg/7 (da lun a sab) per etanolo + circa 1 seduta giornaliera per 2 gg/7 (in base a richieste)
Anticorpi anti DNA Nativo	Crithidia Luciliae	4500	Giornaliera	1 seduta giornaliera per 6 gg/7 (da lun a sab)
Anticorpi anti endomisio (EMA)	Esofago di scimmia, terzo distale	600	Settimanale	1 seduta settimanale per 52 settimane