

UOC Provveditorato ed Economato

Fornitura di SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI TOSSICOLOGICI SU DIVERSE MATRICI - ID 15D077

ID SINTEL 102527741

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

	QUESITI	RISPOSTE
1	Nel capitolato speciale è riportato "la strumentazione e i materiali devono essere conformi alla Direttiva Europea 98/79 relativa ai Dispositivi Diagnostici in Vitro. Vi chiediamo se prendete in considerazione anche strumentazione, per il lotto n. 2, che non ha la certificazione I.V.D.	Per il lotto numero 2 verranno presi in considerazione anche strumentazioni che non hanno la certificazione IVD.
2	Possesso dell'autorizzazione all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo dall'Agenzia delle Entrate si chiede se è sufficiente indicare solo la dicitura con i riferimenti sul documento o è necessaria una copia della suddetta autorizzazione o altra documentazione.	E' possibile inviare una copia dell'autorizzazione
3	In riferimento alle caratteristiche minime richieste per lo spettrometro di massa a singolo quadrupolo, in particolare per il sistema da vuoto con pompa diffusiva da 90lt/min, Vi chiediamo se accettate portate inferiori opportunamente dimensionate che garantiscano comunque il funzionamento ottimale del quadrupolo.	Si laddove il funzionamento ottimale del quadrupolo venga comunque garantito e dimostrato
4	In riferimento ai tempi di assistenza tecnica, trattandosi di strumentazione scientifica e non di apparecchiature medicali salva vita o assistenziali, Vi chiediamo di ridefinire i tempi di intervento da 24 ore inclusi sabato e festivi in: 72 ore dall'apertura della chiamata e n. 5 gg. lavorativi per la risoluzione del guasto.	Il requisito non è essenziale per la strumentazione offerta nel lotto 2 (gascromatografo)
5	Nella sezione "OPZIONE" a pagina 7 del capitolato speciale vengono richiesti 3.200 test/annuo di TEICOPLANINA come "opzione di fornitura" Successivamente nei criteri di valutazione, paragrafo "modalità di attribuzione dei punteggi del lotto 1", al punto 20 pagina 14, viene attribuito al possesso del suddetto test un punteggio di qualità. Si evidenzia che in una gara d'appalto 70 qualità e 30 prezzo, l'attribuzione di un punteggio di qualità ad un parametro OPZIONALE (nello specifico solo per tale parametro 5 punti), determina un vantaggio nell'offerta economica alla ditta in grado	Il parametro opzionale è stato rivalutato considerando le osservazioni fatte. Di conseguenza non verrà attribuito nessun punteggio di qualità al suddetto test, mentre si richiede una valutazione economica dichiarata dello specifico test (costo dei reagenti) che però non verrà tenuta in considerazione nell'attribuzione del punteggio economico.

	<p>di offrirlo. Si chiede pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di rivalutare tale parametro OPZIONALE nell'attribuzione dei punteggi - di precisare se l'offerta dovrà riportare il valore economico di un parametro richiesto come opzionale e, nel caso, come tale valore influirà nell'attribuzione del punteggio economico. 	
6	<p>A pag. 15 del capitolato speciale, criteri di valutazione, viene indicato quanto segue:” non verranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore al punteggio minimo anche per uno solo dei criteri indicati nella tabella sopra riportata pena esclusione”. Si chiede di rendere esplicito quale sia il valore numerico del punteggio minimo di qualità al di sotto del quale le ditte non verranno ammesse all’apertura delle offerte economiche.</p>	<p>Poiché il punteggio minimo è posto uguale a zero, non verrà esclusa nessuna Azienda per il punteggio di qualità.</p>
7	<p>Capitolato Speciale pag. 15 - “Documentazione tecnica richiesta alle ditte concorrenti” punto 2. Criteri di valutazione <i>Per ogni voce della tabella dei criteri qualitativi sopra riportati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - un documento, che contenga una dichiarazione relativa alle caratteristiche dell’offerta presentata e che consenta di individuare i pregi ed i benefici e i principi progettuali del prodotto offerto rispetto allo specifico parametro di valutazione (es: 10 documenti Lotto 1 + 9 documenti lotto 2, ecc.). - Ciascun documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante e reso ai sensi del 445/2000 - Ciascun documento non dovrà superare le 3 facciate in formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola. <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Si richiede se sia possibile produrre, in riferimento al paragrafo sopra, un unico documento riportante le risposte alle 23 voci (es. LOTTO 1) dei criteri di valutazione rispettando il numero di facciate di ognuna e la formattazione richiesta</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> In ogni caso si chiede sia possibile allegare una sola carta d'identità ai fini della 445/2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In merito al quesito posto si conferma che è possibile produrre un unico documento riportante le risposte ai criteri di valutazione rispettando il numero di facciate di ognuna e la formattazione richiesta ➤ E' possibile allegare una sola carta d'identità ai fini della 445/2000

Aggiornato il 15.11.2018

Per il RUP
Dott.ssa Antonella Dai Prà

