

UOC Provveditorato ed Economato

**Fornitura di SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI TOSSICOLOGICI SU DIVERSE
MATRICI - ID 15D077**

ID SINTEL 102527741

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

	QUESITI	RISPOSTE
1	Nel capitolato speciale è riportato "la strumentazione e i materiali devono essere conformi alla Direttiva Europea 98/79 relativa ai Dispositivi Diagnostici in Vitro. Vi chiediamo se prendete in considerazione anche strumentazione, per il lotto n. 2, che non ha la certificazione I.V.D.	Per il lotto numero 2 verranno presi in considerazione anche strumentazioni che non hanno la certificazione IVD.

Aggiornato il 26/10/2018

Per il RUP
Dott.ssa Antonella Dai Prà
