

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Padova, 14/05/2018

ID GARA 16P060 – Fornitura di Sistema automatizzato per riempimento di sacche NPT e relativo materiale di consumo dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

**RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE**

	QUESITI	RISPOSTA
1	Si richiede se si può inserire all'interno dell'Allegato D oltre all'importo del materiale opzionale anche il relativo dettaglio di prodotti	Si.
2	Nella documentazione di gara come versamento ACPV sono indicati € 35,00 generando il CIG risultano € 70,00	Trattasi di errore materiale nell'indicare l'importo del CIG, si richiede di provvedere al pagamento per l'importo di € 70,00.
3	Richiesta firma digitale punto 2) pag 19 del capitolato speciale 2) Dettaglio offerta senza prezzi firmato digitalmente e siglato dal sottoscrittore : si devono firmare digitalmente e siglare con firma olograta tutti i documenti tecnici	Si richiede di apporre la firma digitale alla cartella zippata che contiene i documenti.
4	Al fine di offrire l'idonea quantità di consumabili da utilizzare si chiede di specificare se le 350 giornate lavorative annue citate a pag. 2 del capitolato speciale (nonché a pag. 3 del disciplinare di gara e a pag. 2 del capitolato d'oneri) coinvolgono l'utilizzo contemporaneo di entrambe le macchine riempitrici richieste, o altrimenti si richiede di indicare le giornate di lavoro presunte dell'una e dell'altra separatamente.	Le giornate lavorative annue, indicate nel capitolato, presuppongono la disponibilità presso l'UOC Farmacia di due macchine riempitrici per le quali si stima un utilizzo complessivo di 350 sessioni lavorative.
5	Nella tabella CARATTERISTICHE RICHIESTE AL SOFTWARE PER INTEGRAZIONI CON IL SISTEMA AZIENDALE (pag. 5), cosa si deve intendere con "Il Sistema dovrà essere un sistema aperto ..."? si deve intendere che il sistema deve essere Open source?	Non è necessario che il sistema sia Open Source. Per aperto si intende l'utilizzo di protocolli di comunicazione standard.
6	Nella tabella CARATTERISTICHE SOFTWARE: INTEGRAZIONI SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE (pag. 17 Firma digitale), cosa si intende con "Possibilità di firmare digitalmente la documentazione prodotta"? Si intende la prescrizione o anche altri documenti (ES. etichette prodotte dalla farmacia, ecc. ...)? In tal caso potreste dare un elenco dei documenti che volete siano firmati digitalmente?	Si intende, almeno inizialmente, la possibilità di firmare la prescrizione ed il documento contenente il reale contenuto della sacca prodotta.
7	Nella tabella CARATTERISTICHE SOFTWARE: INTEGRAZIONI SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE (pag. 17 Firma digitale), si parla sia di firma remota sia di firma con smart card, è possibile la scelta da parte nostra della tipologia di firma?	Attualmente le scelte aziendali prevedono soltanto la modalità di firma remota, per il quale in caso di aggiudicazione forniremo le specifiche tecniche di implementazione.

8	Nella tabella CARATTERISTICHE SOFTWARE: INTEGRAZIONI SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE (pag. 17 Firma digitale), si parla sia di remota sia di firma con smart card, potrebbe presentarsi una situazione in cui alcuni utenti utilizzino la firma remota ed altri quella con smart card?	Vedi risposta punto 7
9	Nella tabella CARATTERISTICHE SOFTWARE: INTEGRAZIONI SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE (pag. 17 Firma digitale), si parla di firma con smart card, per gestire questo tipo di firma si renderebbe necessario installare un programma sul PC dell'utilizzatore per interfacciare la smart card con la nostra web application, ma al punto 1 dei VINCOLI STRUTTURALI – LINEE GUIDA REQUISITI PER APPLICAZIONI (pag. 5) è riportato : "..., senza la necessità di installare software aggiuntivo sulle postazioni client" sarebbe quindi possibile, nel caso in questione, installare il programma sul PC dell'utilizzatore?	Vedi risposta punto 7
10	Nella tabella CARATTERISTICHE SOFTWARE: INTEGRAZIONI SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE (pag. 17 Tracciabilità), è scritto "...La sacca dovrà quindi riportare le informazioni del paziente, del codice di ricovero o accesso ambulatoriale, della data/ora di somministrazione prevista e quant'altro necessario per l'identificazione univoca della prescrizione/somministrazione, sia in formato leggibile che in formato barcode", tutte le informazioni richieste devono essere presenti, oltre che in formato leggibile, anche all'interno del barcode?	Non è necessario che tutte le informazioni siano presenti in un unico bar code. E' richiesto che tutte le informazioni necessarie alla identificazione univoca della sacca siano presenti in formato leggibile e che le informazioni, che saranno identificate come "chiave di somministrazione" per il sistema informativo aziendale, siano presenti anche in formato barcode.
11	In VINCOLI STRUTTURALI – LINEE GUIDA REQUISITI PER APPLICAZIONI (pag. 5) si parla di protocollo SSL, il Certificato sarà gestito internamente dalla vs Azienda dobbiamo provvedere noi? Nel caso di gestione da parte nostra, deve essere obbligatorio un certificato emesso da un CA riconosciuto a livello Mondiale?	Il certificato sarà fornito dall'Azienda Ospedaliera.
12	ASSISTENZA TECNICA (Pag. 12) cosa si intende compreso nel "supporto alla gestione de controllo di qualità" richiesto?	Si intende nel senso di assistenza al servizio utilizzatore al fine di migliorare le prestazioni delle riempitrici nell'ambito della proprio organizzazione.

  
 Il Dirigente della  
 U.O.C. Provveditorato ed Economato  
 Dott.ssa Antonella Dai Prà