

**UOC Provveditorato ed Economato**

ID 17P096 - Procedura aperta per la fornitura di cartucce monouso per la raccolta dei liquidi biologici aspirati e relativi accessori per i fabbisogni dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

**RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE**

	<b>QUESITI</b>	<b>RISPOSTE</b>
<b>1</b>	All'interno del capitolato speciale, relativamente al materiale di consumo, indicate fra gli altri: manovuotometri con regolatore di flusso. Distinguendoli chiaramente dai regolatori di vuoto, considerato il mano vuotometro un dispositivo atto a misurare la pressione negativa, visto l'impiego del materiale oggetto di gara, prettamente in mabito di aspirazione e quindi depressione/vuoto, possiamo considerare quanto richiesto come vuotometri e rubinetto on/off?	Vanno considerati vuotometri non solo on/off ma anche con regolazione di vuoto.
<b>2</b>	I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da minimizzare , durante la normale utilizzazione prevista e in caso di primo guasto, i rischi di incendio o di esplosione. Si considereranno con particolare attenzione i dispositivi la cui destinazione comporta l'esposizione a sostanze infiammabili o a sostanze che possono favorire un processo di combustione?	Sicuramente in sala ci possono essere liquidi infiammabili. La Commissione valuterà in base alle caratteristiche contenute nel Capitolato Speciale.
<b>3</b>	Nella documentazione tecnica da richiedere alle ditte concorrenti del capitolato speciale pag. 14 si fa riferimento alla Dichiarazione del Delta del grado di aspirazione prima e dopo la cartuccia (perdita di carico dovuta al filtro antibatterico e alla valvola di ritegno). Si richiede quindi un parametro di riferimento di tale misurazione in quanto la stessa sarà oggetto di valutazione qualitativa al punto 4 della tabella dei criteri di valutazione della qualità riportata a pag. 13 con un valore attribuito da zero a otto punti.	La Commissione di Gara valuterà in base alle indicazioni del Capitolato Speciale. Non è specificata un' Unità di misura, che deve intendersi libera.
<b>4</b>	A pag. 5 del Disciplinare di gara viene richiesta l'imposta di bollo relativa all'istanza di partecipazione. A pag. 4 punto 1) del disciplinare viene richiesta istanza di partecipazione bollata. Si chiede conferma che è sufficiente apporre n. 1 marca da bollo ogni 4 facciate sull'istanza di partecipazione da inserire nella documentazione amministrativa 1 punto 1)	Si conferma l'apposizione di un'unica marca da bollo sull'istanza di partecipazione.

5	Si chiede conferma di poter presentare Depliant, certificazioni di qualità, Ce e dichiarazioni di conformità in lingua originale (inglese)	Come richiesto a pag 14 del capitolato speciale le schede tecniche, deplianti illustrativi, certificazioni di qualità, ecc, dovranno essere presentati in lingua italiana.
6	A pag. 4 del Disciplinare di gara è richiesto il fatturato annuo specifico. Chiediamo importo da dimostrare come fatturato specifico (DGUE parte IV B 2a) e gli anni di riferimento. Nel caso in cui non sia possibile presentare il fatturato annuo specifico richiesto e di conseguenza le forniture principali quale requisito di capacità tecnica/professionale, in quanto linea di recente acquisizione, si richiede di poter rispondere al requisito di capacità economico finanziaria con altro mezzo di prova.	Si richiede di indicare il fatturato specifico fino ad un massimo di tre anni precedenti alla data di pubblicazione della gara.
7	Nella documentazione tecnica da richiedere alle ditte concorrenti del capitolato speciale pag. 14 si fa riferimento alla Documentazione analisi dei fumi prodotti alla distribuzione del prodotto (cartucce) sottoscritto dalla ditta (certificato da un laboratorio esterno con i prodotti di combustione emessi). Si chiede di confermare che la parola distribuzione è un mero refuso e si intendeva la parola incenerimento o distruzione in osservanza della normativa sui dispositivi medici 93/42/CEE, come riportato nei requisiti generali alla progettazione e costruzione.	Si conferma che la parola distribuzione è un mero refuso. Il termine corretto è distruzione.

**Padova, 19/10/2018**

Il Dirigente  
Dott.ssa Antonella Dai Prà