

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Padova, 14 LUG. 2017

Modulo Gare Beni di Consumo/fm  
Tel. 049 8212814 - Fax 049 8216983

Oggetto: ID 17Q014 - Procedura negoziata per la fornitura di impianti dentali per l'Azienda Ospedaliera di Padova – **Risposta alla richiesta di chiarimenti**

<b>Domanda:</b> Nel capitolato speciale si dice che dovranno essere presentate almeno 3 tipologie diverse di impianti: significa che l'offerta dovrà essere per 1350 pezzi in totale o per 1350 pezzi di ciascun tipo?	<b>Risposta:</b> L'offerta dovrà essere presentata per 1350 pezzi, che rappresenta il fabbisogno per il periodo di 36 mesi (riferimento 1)
<b>Domanda:</b> Dovendo presentare tre tipi di impianti, allegato B e D dovranno essere distinti per ciascun tipo di impianto? Inoltre in merito al punto 3 della busta documentazione amministrativa al paragrafo II "dichiarazione riportante quanto di seguito richiesto": Può essere fatta una dichiarazione riportante tutti i punti, su carta semplice intestata?	<b>Risposta:</b> Una riga per ogni tipologia di impianto. Può essere presentata una unica dichiarazione che contenga tutti i punti richiesti. Il documento dovrà essere caricato in formato pdf, non serve sia firmato digitalmente, ed inserito in una cartella in formato zip (pagina 5 del disciplinare di gara)
<b>Domanda:</b> Il rif. 2 del lotto di gara sono Viti-tappo relativi al rif. 1; le viti tappo nella nostra sistemica sono incluse nelle confezioni degli impianti: come dobbiamo presentare l'offerta, visto che all'Allegato D viene richiesto il prezzo unitario di ogni riferimento? Possiamo offrire questa voce a € 0?	<b>Risposta:</b> Per il riferimento 2 non dovrà essere indicato il prezzo, specificando in maniera molto chiara che il prezzo delle viti-tappo è incluso nel prezzo degli impianti (riferimento 1)
<b>Domanda:</b> Il rif. 5 del lotto di gara sono "Stabilizer per dima": intendete pin di fissaggio?	<b>Risposta:</b> Sì
<b>Domanda:</b> Nella nostra sistemica, sia i pin di fissaggio che i modellini per dima sono inclusi nella dima stessa: come dobbiamo presentare l'offerta, visto che all'Allegato D viene richiesto il prezzo unitario di ogni riferimento? Possiamo offrire queste voci a € 0?	<b>Risposta:</b> Per i riferimenti 5 e 6 non dovrà essere indicato il prezzo, specificando in maniera molto chiara che il prezzo dei pin di fissaggio e dei modellini per dima è incluso nel prezzo delle dime chirurgiche da 3 impianti
<b>Domanda:</b> Fra la documentazione tecnica chiedete una	<b>Risposta:</b> Non intendiamo avvalerci del conto deposito

“Proposta di programma di gestione degli impianti in giacenza”: intendete avvalervi di vendita tradizionale o di conto deposito?	ma di impianti in conto vendita, pertanto il programma deve gestire le scadenze di impianti di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Padova
<b>Domanda:</b>	<b>Risposta:</b>
Fra la documentazione tecnica chiedete una “Dichiarazione di disponibilità a ridimensionare il diametro dell’impianto verso la corrispondente piattaforma protesica o impiantare”: potreste chiarire ulteriormente cosa intendete?	Sono riferite al concetto di Switching Platform
<b>Domanda:</b>	<b>Risposta:</b>
A pag. 9 del disciplinare di gara chiedete di compilare l’Allegato D in base ad un elenco di indicazioni: 1) si chiede di indicare nell’apposito campo “Offerta economica” il prezzo complessivo offerto del lotto; 2) si fa inoltre riferimento ad un campo denominato “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto (Oneri della sicurezza e Costo del personale)”. In entrambi i casi non riusciamo a vedere tali campi nell’Allegato D. Potreste darci delucidazioni?	Trattasi di appositi campi che vengono creati dalla piattaforma Sintel
<b>Domanda:</b>	<b>Risposta:</b>
Le dime, gli stabilizzatori e i modelli non sono dispositivi medici possiamo inserirli ma alcune richieste non sono applicabili ad esempio CND, N. iscrizione al repertorio etc. come ci comportiamo?	E’ sufficiente precisare che per alcuni prodotti non può essere indicato CND, numero repertorio etc. in quanto non rientrano tra i dispositivi medici (es.: dispositivi customizzati)
<b>Domanda:</b>	<b>Risposta:</b>
Proposta di un programma di gestione degli impianti in giacenza, cosa si intende, quale tipologia di documento necessita ai fini della gara che cosa dobbiamo monitorare?	La ditta deve/può proporre un programma per la gestione delle scadenze degli impianti con possibilità di sostituzione come precisato dai documenti di gara
<b>Domanda:</b>	<b>Risposta:</b>
Dichiarazione di disponibilità a ridimensionare il diametro dell’impianto verso la corrispondente piattaforma protesica o impiantare, si intende lo switching platform?	Si
<b>Domanda:</b>	<b>Risposta:</b>
In riferimento all’Allegato B, vorremmo chiarimenti riguardo la compilazione della colonna F (Tipologia impianti): nell’esempio indicate “tonda, quadrata”; visto che alla colonna I (morfologia corpo impiantare) chiedete già la forma, potreste esplicitare cosa chiedete alla colonna F?	Si intende verificare se la ditta che si presenta alla gara ha più di un impianto nel suo catalogo. Paradossalmente una ditta potrebbe avere un unico tipo di impianto con diametri e lunghezze diverse

  
 Il Direttore  
 UOC Provveditorato ed Economato  
 Ing. Emanuele Mognon