

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Padova, 17 LUG. 2017.

Modulo Gare Beni di Consumo/fm
Tel. 049 8212814 - Fax 049 8216983

Oggetto: ID 17Q014 - Procedura negoziata per la fornitura di impianti dentali per l'Azienda Ospedaliera di Padova – **Risposta alla richiesta di chiarimenti**

Domanda:	Risposta:
Al punto II Dichiarazione...., primo paragrafo, viene richiesta la disponibilità a fornire un numero imprecisato di "Kit di connessione". Potreste gentilmente indicarci cosa intendete per "Kit di connessione"?	Per Kit di connessione intendiamo un Kit in cui sono presenti i cacciaviti per la rimozione delle viti tappo e l'inserimento delle viti di guarigione. In aggiunta sempre in dotazione con il Kit di connessione, i monconi protesici di prova che possono essere utilizzati dall'odontoiatra, per la scelta del pilastro protesico più corretto

Il Direttore
UOC Provveditorato ed Economato
Ing. Emanuele Mognon

