

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Padova, - 2 AGO. 2017

Modulo Gare Beni di Consumo/fm  
Tel. 049 8212814 - Fax 049 8216983

Oggetto: ID 17Q038 - Procedura negoziata per la fornitura di apparecchi ortodontici e gnatologici per l'Azienda Ospedaliera di Padova – **Risposta alla richiesta di chiarimenti**

<b>Domanda:</b> Allegato B? Potete specificare cosa si intende per comp. X, Y e Z?	<b>Risposta:</b> Trattasi di esempio, l'Allegato deve riportare il prezzo del dispositivo principale (es.: riferimento 1 il Bite Block) ed il prezzo dei singoli componenti che compongono il dispositivo principale che sommato tra di loro deve dare il prezzo del dispositivo principale
<b>Domanda:</b> Nell'Allegato B, sono riportate solo le prime 3 voci, ma anche per le voci da 4 a 72 vanno inseriti i 3 prezzi con comp. X, Y e Z?	<b>Risposta:</b> Certo, per tutti i 72 riferimenti deve essere riportato il prezzo del dispositivo principale ed il prezzo dei singoli componenti
<b>Domanda:</b> Allegato B? Nel primo N.B. si fa riferimento ad Allegato C, trattasi di refuso?	<b>Risposta:</b> Sì, trattasi refuso. Si deve intendere Allegato B
<b>Domanda:</b> Campionatura, la placca di Boston deve essere realizzata con arco resinato o no?	<b>Risposta:</b> La placca di Boston deve essere resinata anteriore
<b>Domanda:</b> Campionatura, notiamo che il Twin Block di Clark su capitolato tecnico allegato 2 la voce è la 58 e non la 59? Propulsore mandibolare su capitolato tecnico allegato 2 la voce è la 60 e non la 61	<b>Risposta:</b> Si conferma che il riferimento corretto per il dispositivo Twin Block di Clark è il 58 per il dispositivo di avanzamento mandibolare per il trattamento pazienti OSAS è il 60
<b>Domanda:</b> Avremmo bisogno di sapere se per la campionatura dobbiamo seguire qualche specifica tecnica. L'espansore tipo Hass, con vite da disgiuntore o vite per placca? Propulsore mandibolare per pazienti OSA, con vite disgiuntore o barra trans palatale? Placca	<b>Risposta:</b> Per quanto riguarda le campionature: - L'apparecchio di espansione di Hass deve avere la vite per placca - Il propulsore mandibolare per pazienti OSAS deve avere le due strutture in resina (arcata superiore e arcata

di Boston, devono essere realizzate campionatura sia della placca con arco resinato che della placca di Boston tradizionale?

inferiore) raccordate da pistoni telescopici laterali  
- La placca di Boston deve essere resinata anteriore

Il Direttore  
UOC Provveditorato ed Economato  
Ing. Emanuele Mognon

