

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Padova, 11 SET. 2017

Modulo Gare Beni di Consumo/fm
Tel. 049 8212814 - Fax 049 8216983

Oggetto: ID 17Q038 - Procedura negoziata per la fornitura di apparecchi ortodontici e gnatologici per l'Azienda Ospedaliera di Padova – **Risposta alla richiesta di chiarimenti**

Domanda:	Risposta:
Codesta S.A. ha pubblicato in data 2/8/2017 la seguente risposta di chiarimenti: "Il propulsore mandibolare per pazienti OSAS deve avere le due strutture in resina (arcata superiore e arcata inferiore) raccordate da pistoni telescopici laterali", si chiede conferma che si tratta dell'apparecchio IST (Scheu Dental).	L'apparecchio IST va benissimo ma anche apparecchi simili che abbiano lo stesso principio di funzionamento: due strutture in resina raccordate da pistoni telescopici

Il Direttore
UOC Provveditorato ed Economato
Ing. Emanuele Mognon

