

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Padova, 7 FEB. 2018

Modulo Gare Beni di Consumo/fm
Tel. 049 8212814 - Fax 049 8216983

Oggetto: ID 17Q102 - Procedura negoziata telematica per la fornitura di "Dispositivi protesici impiantabili custom made e modelli stereo litografici per la ricostruzione del massiccio facciale" per l'Azienda Ospedaliera di Padova – **Risposta alle richieste di chiarimenti**

Domanda: E' possibile emettere una sola cauzione provvisoria per più lotti, oppure ogni lotto deve avere la propria cauzione provvisoria	Risposta: E' possibile costituire una cauzione provvisoria che comprenda più lotti
Domanda: Non è specificato il tipo di materiale delle protesi del Rif. n. 1 e n. 2 del lotto 1, le protesi possono essere in Titanio o in Peek	Risposta: Si rimanda ai documenti modificati pubblicati in data 07/02/2018 sulla piattaforma telematica e sul sito aziendale
Domanda: Relativamente al lotto n. 2, si chiede cortesemente di voler meglio ed esattamente specificare le caratteristiche tecniche che differenziano il Rif. 4 del Rif. 5. In particolare si chiede di voler chiarire se al Rif. 4 vengano richieste placche in titanio con splint occlusali intermedi e finali o se solo con uno dei due (ed in tale ipotesi specificare quale); mentre rispetto al Rif. 5, si chiede di voler confermare che la progettazione dovrà essere comprensiva degli splint occlusali intermedi e finali	Risposta: Le placche richieste al Rif.to 4 dovranno essere in titanio con splint occlusali intermedi e finali. Mentre per il Rif.to 5 la progettazione non dovrà essere comprensiva degli splint occlusali intermedi e finali
Domanda: Con riferimento alla campionatura, si evidenzia una discrepanza tra le descrizioni dei lotti/Rif. riportate nel paragrafo relativo appunto alla "CAMPIONATURA" a pag. 5 del Capitolato Speciale e quelle invece presenti nel Disciplinare di gara. In particolare, nel Capitolato Speciale, per il Lotto 1 – Rif. 1, si specifica che "il campione dovrà prevedere la progettazione e il modello con protesi mandibolare di ricostruzione mandibolare destra includente il condilo mandibolare e la regione sinfisaria", protesi non corrispondente	Risposta: Si rimanda ai documenti modificati pubblicati in data 07/02/2018 sulla piattaforma telematica e sul sito aziendale

alla descrizione presente nel Disciplinare di gara, dove al Lotto 1 – Rif. 1 si legge “Protesi mandibolari personalizzate per la sostituzione di segmenti ossei”. Si chiede pertanto di voler cortesemente verificare e confermare le descrizioni corrette

Il Dirigente
UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonella Dai Prà

