

**UOC Provveditorato ed Economato**

**Padova, 2/5/2019**

**Oggetto: ID GARA 18A001** - Fornitura di Sistemi per videoendoscopia flessibile per l'Azienda Ospedaliera di Padova.

**RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE**

	<b>QUESITI</b>	<b>RISPOSTE</b>
1	La caratteristica richiesta per il Videocolonscopio "angolo di visione 170°" è richiesta a pena di esclusione oppure valori differenti verranno comunque valutati?	I valori sono indicativi e non a pena esclusione. I sistemi verranno valutati con i criteri stabiliti.
2	La caratteristica richiesta per il VideogastroscoPIO transnasale: "diametro canale operatore da 2,2 mm" è richiesta a pena di esclusione oppure valori differenti verranno comunque valutati?	I valori sono indicativi e non a pena esclusione. I sistemi verranno valutati con i criteri stabiliti.
3	La caratteristica richiesta per il Videocolonscopio standard: "distanza focale da 2 a 100 mm" è richiesta a pena di esclusione oppure valori differenti verranno comunque valutati?	I valori sono indicativi e non a pena esclusione. I sistemi verranno valutati con i criteri stabiliti.
4	LOTTO nr. 1 RIF. 1 si chiede conferma della necessità di archiviazione sia di immagini che di filmati direttamente sul sistema di videoendoscopia essendo quest'ultima una caratteristica unica che individua un singolo produttore e, nel caso la registrazione dei filmati fosse una funzionalità necessaria, che questa possa essere effettuata con un sistema di registrazione esterno	La stazione appaltante si riferisce anche a sistemi di archiviazione esterna.
5	Specificare quali integrazioni con i sistemi informativi ospedalieri sono necessarie	Per quanto riguarda la possibilità di integrazione con i sistemi informativi aziendali (protocolli HL7 bi-direzionale e Dicom) si intende la possibilità di trasmettere segnali e/o immagini con protocolli HL7 e

		Dicom al fine di eventuali successive integrazione con i sistemi informativi aziendali ( per esportazione dati/immagini/filmati, integrazione anagrafiche, gestione worklist,...).
--	--	--

**Aggiornato al 2/5/2019**

Il Dirigente della  
UOC Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Elisabetta Penazzo

