

**UOC Provveditorato Economato e
Gestione della Logistica**

Padova, 13 novembre 2019

ID GARA n. 18A150 - Procedura negoziata per la fornitura di Sistema analisi del movimento.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

	RICHIESTA	RISPOSTA
1	<p>Nel Capitolato Speciale - Condizioni di fornitura Formazione viene richiesto quanto segue: "Nel corso del periodo di garanzia e del periodo di assistenza tecnica, la ditta dovrà procedere con integrazioni alla formazione, secondo le esigenze che verranno manifestate dai Responsabili delle Unità Operative interessate, anche a copertura del personale in turn-over". Si chiede se è prevista una valutazione dell'effettiva necessità di somministrare formazione da parte della ditta aggiudicataria.</p>	<p>La richiesta è mirata a chiedere la disponibilità della ditta qualora successivamente alla formazione in fase di collaudo per turn over del personale si rendesse necessario procedere con un ulteriore fase di formazione.</p>
2	<p>Nel Capitolato speciale - Criteri di Valutazione- Sistema per elettromiografia, viene richiesto quanto segue: "Predisposizione sonde per utilizzo in ambienti diversi dalla routine clinica". Si chiede di fornire una spiegazione più dettagliata del tipo di predisposizione delle sonde.</p>	<p>Si richiede che il sistema sia utilizzabile anche al di fuori del laboratorio di Analisi del Movimento e che, quindi, sia possibile utilizzarlo anche in modalità stand-alone. Inoltre, le tecnologie moderne prevedono la possibilità di utilizzare gli elettromiografi di superficie anche in ambiente non ambulatoriale (vedi campi sportivi, in acqua, ecc.), o per protocolli riabilitativi per cui sia richiesto al paziente di allontanarsi dalla zona in cui è posto il ricevitore. Questo per garantire la possibilità di utilizzare la sensoristica per ogni tipo di progetto o di ricerca clinica che la UOC di Riabilitazione Ortopedica vorrà intraprendere.</p>

3	<p>Nel Capitolato speciale - Criteri di Valutazione- Sistema per elettromiografia, viene richiesto quanto segue: "Possibilità di utilizzare l'elettromiografo anche per elaborazione dati di base". Si chiede di fornire una spiegazione più dettagliata su cosa si intende per elaborazioni dati di base.</p>	<p>Verrà valutata la possibilità di utilizzare il software proprietario dell'elettromiografo per alcune elaborazioni di base dei segnali e preparare il dato acquisito per il report finale e/o per un check di cosa si sta acquisendo. Costituiscono validi esempi di quanto richiesto la possibilità di calcolare la trasformata di Fourier dei segnali acquisiti, operazioni di filtraggio (parametri variabili) e rettifica del segnale.</p>
4	<p>Nel Capitolato Speciale - Documentazione tecnica da richiedere alle ditte concorrenti Documentazione tecnica 2 viene richiesto quanto segue: Schede di Sicurezza per tutti i prodotti offerti. Si richiede se tali Schede di sicurezza sono obbligatorie.</p>	<p>Le schede di sicurezza non sono obbligatorie.</p>

Aggiornato in data 13 novembre 2019

Il Dirigente
 U.O.C. Provveditorato, Economato e
 Gestione della Logistica
 Dott.ssa Francesca Menotto

