

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

INDAGINE CONOSCITIVA ID 18A152 ACQUISIZIONE N. 1 ECOGRAFO PER LA U.O.C. CHIRURGIA EPATOBILIARE Azienda Ospedaliera di Padova

TERMINE PRESENTAZIONE DOCUMENTI: ore 12:00 del giorno 27.03.2019

STRUMENTO INVIO DOCUMENTI: Piattaforma SINTEL (www.arca.regione.lombardia.it)

Questa Azienda Sanitaria intende avviare un'indagine conoscitiva preliminare all'acquisto della sotto indicata apparecchiatura:

N. 1 ECOGRAFO PER LA U.O.C. CHIRURGIA EPATOBILIARE dell'Azienda Ospedaliera di Padova

Caratteristiche Tecniche

- Batteria ricaricabile integrata per il facile spostamento da una sala all'altra senza dover spegnere l'apparecchiatura;
- Tutte le sonde completamente lavabili e rapidamente sterilizzabili per immersione in ragione dell'elevato turn-over di sala operatoria;
- Possibilità di poter beneficiare dell'utilizzo di mezzo di contrasto per l'identificazione di noduli epatici, altrimenti non visibili;
- Telecomando wireless sterilizzabile che incorpora le funzioni di controllo dell'ecografo per la gestione dello stesso direttamente dal campo operatorio;
- Sonda intraoperatoria per ecografia intraoperatoria laparoscopica: convex multifrequenza larga banda indicativamente da 4 a 12 MHz con array dei cristalli orientabile in 4 direzioni attraverso comandi integrati sull'impugnatura, completa di foro guida per manovre interventistiche o trattamenti in radio frequenza con ago che rientra nel campo della sonda;
- Sonda intraoperatoria convex per ecografia intraoperatoria laparotomia: convex, multifrequenza larga banda indicativamente da 5 a 14 Mhz con forma a "T";
- Sonda intraoperatoria biplanare convex multifrequenza larga banda indicativamente da 5 a 14 Mhz, con immagini biplanari in tempo reale;
- Sonda convex per ecografia addominale, multifrequenza larga banda da 2 a 6 Mhz, abilitata a seconda armonica tissutale, abilitata a mezzo di contrasto;
- Tutte le sonde devono poter essere sterilizzate in STERIS, STERRAD, o per immersione totale connettore compreso e devono poter gestire mezzi di contrasto di ultima generazione. Devono essere abilitate ad elastosonografia e schermate da radiofrequenze. Dovrebbero avere la possibilità di montare kit guida ago per biopsie o per trattamenti intraoperatori in radiofrequenza/microonde per continuare a vedere l'immagine ecografica e la modificazione del tessuto durante lo stesso trattamento in radiofrequenza o microonde.
- indicare se l'apparecchiatura necessita di materiale di consumo esplicitando il materiale e il costo.

Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o RTI, e comunque qualsiasi soggetto che rientra nell'art. 45 D.Lgs n. 50/2016, per i quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e che abbiano presentato manifestazione di interesse nei tempi e nelle modalità di seguito indicate

L'Azienda Ospedaliera di Padova utilizza il Sistema di intermediazione telematica, denominato "SINTEL".

La presente indagine viene altresì pubblicata, al fine di massimizzarne la pubblicità, sul sito web dell'Azienda Ospedaliera di Padova nella sezione Bandi e Gare; tuttavia le manifestazioni di interesse dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma SINTEL.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al **numero verde 800.116.738**.

Le imprese interessate dovranno fornire:

- manifestazione di interesse, a firma del rappresentante legale o di un procuratore, come da modello allegato
- Scheda tecnica del prodotto;
- Proposta commerciale di massima (Prezzo di listino e percentuale di sconto indicativa)
- Riferimenti delle principali strutture sanitarie italiane e europee in cui la tecnologia in oggetto è disponibile e visionabile (max 5 riferimenti);
- Tempi di consegna medi delle apparecchiature dal momento dell'aggiudicazione della fornitura e tempi di assistenza standard e su chiamata

Si precisa che tale indagine di mercato, ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori da consultare discrezionalmente.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare all'eventuale successiva procedura negoziata (nel caso di procedure in economia) anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare Nicoletta Pegoraro telefono 0498214611 posta elettronica a nicoletta.pegoraro@aopd.veneto.it.

Il Dirigente

U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Elisabetta Penazzo



Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALIERA - PADOVA
www.sanita.padova.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Il/La sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
in qualità di _____
della Ditta _____
con sede legale in: via/piazza _____ Comune _____
Prov. _____
Codice fiscale _____ Partita IVA _____
Tel. n. _____ Fax n. _____
Indirizzo mail ufficio gare _____ Pec _____

Manifesta il proprio interesse a partecipare all'indagine conoscitiva preliminare per la fornitura

Acquisizione n. 1 ecografo da destinare alla U.O.C. Chirurgia Epatobiliare.

Si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad inviare eventuali comunicazioni relative alla procedura in oggetto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____ o al seguente numero di fax _____.

Letto confermato e sottoscritto.

(Luogo e data) _____

FIRMA
(per esteso)

N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, pena l'esclusione dalla procedura.