

---

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

**ID 18P042 – PROCEDURA APERTA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI EMOSTATICI E COLLE CHIRURGICHE PER L’AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA.**

**VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA**

L’anno 2023(duemilaventitre) il giorno 13(tredici) del mese di gennaio alle 11,30 in Padova, Viale della Navigazione Interna, 38 presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, ha luogo la seduta pubblica via google meet per l’apertura delle offerte economiche delle ditte partecipanti alla gara in oggetto indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 566 del 04/05/2020.

Il seggio di gara nominato con nota prot. n. 1195 del 09/01/2023, è costituito da:

- Dott.ssa Antonella Dai Prà, in qualità di autorità di gara,
- Dott.ssa Angela Scaggiante, in qualità di teste e verbalizzante.

Hanno inviato richiesta di partecipare le seguenti ditte:

- Medical Instruments S.p.a. nella persona della Dott.ssa Carla Minarini, rappresentante legale della ditta;
- B. Braun Milano S.p.a. nella persona del Dr. Mattia Gotta, Regional Sales Manager, giusta delega conferita in data 11/01/2023;
- Baxter S.p.A. nella persona del Sig. Vincenzo Rubino, giusta delega del 12/01/2023;
- Johnson & Johnson Medical S.p.A. nella persona del Dott. Lorenzo Carparelli, dott. Massimo Bagnardi e dott.ssa Mariasilvia Checchin, giusta procura conferita in data 08/08/2022;
- GEM Srl nella persona della Sig.ra Elena Sciacqua, giusta delega conferita in data 12/01/2023;

La ditta Medical S.p.a. risulta essersi collegata, ma il seggio di gara non è riuscito a identificare

la persona collegata, viene pertanto considerata come semplice uditore.

Alla seduta, inoltre, risulta collegata come uditore anche la dott.ssa Elisabetta Samassa ditta - Johnson & Johnson Medical S.p.A..

Si precisa che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 999 del 09/06/2021, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse, come da verbali del 10/12/2020 e del 18/02/2021 pubblicati nella procedura sintel e nel sito aziendale;
- la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ha redatto per ogni attività svolta, sedute riservate del 23/07/2021, 26/10/2021, 03/05/2022, 26/10/2022 e 23/12/2022. I relativi verbali sono custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:

<b>Lotto 1</b>	Gem S.r.l.							
	<b>70</b>							
<b>Lotto 2</b>	Baxter S.p.a.	Medical Instruments S.p.a.						
	<b>70</b>	<b>Esclusa</b>						
<b>Lotto 3</b>	Jotec							
	<b>70</b>							
<b>Lotto 4</b>	Assut Europe	B. Braun Milano S.p.a.	Effebe Hospital Srl	Fermed	Johnson & Johnson Medical S.p.a.	Mascia Brunelli S.p.a.	Medical spa	Svas Biosana
	<b>Esclusa</b>	<b>Esclusa</b>	<b>Esclusa</b>	<b>Esclusa</b>	<b>70</b>	<b>Esclusa</b>	<b>Esclusa</b>	<b>Esclusa</b>
<b>Lotto 5</b>	Assut Europe	B. Braun Milano S.p.a.	Effebe Hospital Srl	Fermed	Johnson & Johnson Medical S.p.a.	Neuromed	Medical spa	Svas Biosana
	<b>Esclusa</b>	<b>54</b>	<b>Esclusa</b>	<b>Esclusa</b>	<b>70</b>	<b>Esclusa</b>	<b>Esclusa</b>	<b>Esclusa</b>

<b>Lotto 6</b>	Baxter S.p.a.	Johnson & Johnson Medical S.p.a.					
	<b>70</b>	<b>Esclusa</b>					
<b>Lotto 7</b>	Assut Europe	B. Braun Milano S.p.a.	Bio Sud Medical System Srl	Fermed			
	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>Esclusa</b>	<b>Esclusa</b>			
<b>Lotto 8</b>	Assut Europe	B. Braun Milano S.p.a.	Effebe Hospital Srl	GI.MI Medical	Johnson & Johnson Medical S.p.a.	Mascia Brunelli S.p.a.	Svas Biosana
	<b>50</b>	<b>Offerta ritirata</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>52</b>	<b>54</b>

- tramite piattaforma Sintel, il 19/12/2022 è stata richiesta alle ditte ammesse alla fase successiva di gara conferma dell'offerta presentata;
- con nota protocollata n. 0001761 del 11/01/2023 la ditta GI.MI Medical non conferma l'offerta presentata per il lotto 8;
- le restanti ditte confermano le offerte presentate.

Si procede, pertanto, all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica con i seguenti esiti:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 66.750,00 (rif. 1 € 60.000,00, rif. 2 € 6.750,00)

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Gem S.r.l.	€ 66.750,00	70	00	70

LOTTO 2 – Importo a base d'asta € 87.750,00 (rif. 1 € 36.450,00, rif. 2 € 51.300,00)

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Baxter S.p.a.	€ 87.750,00	70	00	70

LOTTO 3 – Importo a base d'asta € 302.910,00 (rif. 1 € 114.750,00, rif. 2 € 188.160,00)

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Jotec	€ 301.680	70	30	100

LOTTO 4 – Importo a base d'asta € 736.484,00 (rif. 1 € 139.102,00, rif. 2 € 274.032,00, rif. 3 €

13.440,00, rif. 4 € 309.910,00)

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Johnson & Johnson Medical S.p.a.	€ 541.604,70	70	30	100

LOTTO 5 – Importo a base d'asta € 1.211.889,00 (rif. 1 € 110.289,00, rif. 2 € 1.101.600,00)

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Johnson & Johnson Medical S.p.a.	€ 1.092.825,00	70	18,83	88,83
2^	B. Braun Milano S.p.a.	€ 444.112,20	54	30	84

LOTTO 6 – Importo a base d'asta € 248.220,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Baxter S.p.a.	€ 233.100,00	70	30	100

LOTTO 7 – Importo a base d'asta € 21.000,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Assut Europe	€ 18.600,00	70	30	100

L'offerta della ditta B Braun Milano S.p.a. risulta essere maggiore della base d'asta. La ditta viene, pertanto, esclusa dalla procedura.

LOTTO 8 – Importo a base d'asta € 28.800,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Mascia Brunelli S.p.a.	€ 21.600,00	52	29,46	81,46
2^	Svas Biosana	€ 26.100,00	54	23,05	77,05
3^	Effe Hospital Srl	€ 21.060,00	47	30	77
4^	Johnson & Johnson Medical S.p.a.	€ 28.800,00	70	00	70
5^	Assut Europe	€ 28.440,00	50	13,93	63,93

Il verbale della seduta non tiene luogo di contratto anche se l'offerente rimane giuridicamente vincolato sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la stessa non vincolerà la stazione appaltante fino a che non sarà aggiudicata definitivamente la gara a seguito idonee verifiche della completezza dell'offerta e stipulato idoneo contratto nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016

La seduta di gara si è conclusa alle ore 12.40.

Viene redatto il presente Verbale, composto da n. 4 (quattro) facciate e n. 5 Allegati rappresentati da: Verbale n. 1 del 23/07/2021, Verbale n. 2 del 26/10/2021, Verbale n. 3 del 03/05/2022, Verbale n. 4 del 26/10/2022, Verbale n. 5 del 23.12.2022 della Commissione Giudicatrice, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

Dott.ssa Antonella Dai Prà

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Dott.ssa Angela Scaggiante

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

**VERBALE NR 1**

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI  
EMOSTATICI E COLLE CHIRURGICHE ID 18P042 PER IL FABBISOGNO  
DELL'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA**

**ID GARA N. – 18P042**

Il giorno 22/07/2021 alle ore 12:30 per via telematica tramite collegamento *Google Meet* si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di Fornitura di dispositivi emostatici e colle chirurgiche per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale - Università Padova, espletata ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 566 del 04/05/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 999 del 09/06/2021, è così composta:

**Presidente:** Dr . Gianfranco Da Dalt- U.O.C. Chirurgia Generale

**Componenti:** Dr . Domenico Bassi – U.O.C. Chirurgia Generale  
Dr . Samuele Nicotra – U.O.C. Chirurgia Toracica  
Dr . Matteo Micciolo – U.O.C. Cardiochirurgia  
Dr . Carlo Maturi – U.O.C. Chirurgia Vascolare

**PREMESSO CHE:**

- La procedura è composta da otto lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che entro i termini previsti hanno presentato offerta per la gara in oggetto le ditte:
  - Assut Europe,
  - Baxter S.p.a.,

- B.Braun Milano S.p.a.,
- Bio Sud Medical System Srl,
- Effebi Hospital S.r.l.,
- Fermed,
- Gem S.r.l.,
- Gi.Mi Medical Srl,
- Jotec,
- Johnson & Johnson Medical S.p.a.,
- Mascia Bruneli S.p.a.,
- Medical Instruments S.p.a.,
- Medical S.p.a.,
- Neuromede
- Svas Biosana.

## LA COMMISSIONE

- stabilisce le modalità e i tempi dei lavori della Commissione:
  - 1° step: verifica dei requisiti minimi dei dispositivi offerti sulla base della documentazione tecnica presentata. Vista la notevole mole della documentazione si decide di dividere la verifica della stessa equamente tra i componenti della Commissione. Viene stabilito che gli esiti della verifica verranno comunicati, discussi e condivisi con l'intera Commissione nella prossima seduta.
  - 2° step: richiesta di campionatura, se necessaria, da richiedere alle ditte partecipanti – si decide che la campionatura da richiedere verrà indicata al segretario verbalizzante dai componenti con particolare riguardo ai prodotti offerti non conosciuti o non attualmente già in uso.
  - 3° step: attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal capitolato. I punteggi tecnici definitivi verranno attribuiti e condivisi dalla Commissione nell'ultima seduta dei lavori.
- Considerata la quantità della documentazione tecnica da verificare e le disponibilità di tempo dei componenti viene concordato che il prossimo incontro della commissione verrà convocato non prima di settembre.

La Commissione termina i lavori alle 13:00

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dr . Gianfranco Da Dalt	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Domenico Bassi	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Samuele Nicotra	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Matteo Micciolo	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Carlo Maturi	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Segretario verbalizzante dott.ssa Angela Scaggiante

**VERBALE NR 2**

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI  
EMOSTATICI E COLLE CHIRURGICHE ID 18P042 PER IL FABBISOGNO  
DELL'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA**

**ID GARA N. – 18P042**

Il giorno 26/10/2021 alle ore 14:00 per via telematica tramite collegamento *Google Meet* si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di Fornitura di dispositivi emostatici e colle chirurgiche per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale - Università Padova, espletata ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 566 del 04/05/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 999 del 09/06/2021, è così composta:

**Presidente:** Dr . Gianfranco Da Dalt - U.O.C. Chirurgia Generale

**Componenti:** Dr . Domenico Bassi – U.O.C. Chirurgia Generale  
Dr . Samuele Nicotra – U.O.C. Chirurgia Toracica  
Dr . Matteo Micciolo – U.O.C. Cardiochirurgia  
Dr . Carlo Maturi – U.O.C. Chirurgia Vascolare

**PREMESSO CHE:**

- La procedura è composta da otto lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**

- prende atto dell'assenza del dott. Matteo Micciolo per emergenze lavorative;



- rileva che:
  - i lavori della prima seduta tenutasi in data 22 luglio 2021 hanno riguardato un primo esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale;
  - i lavori della seduta odierna completano l'esame dei requisiti minimi indicati nel Capitolato Speciale;

## LA COMMISSIONE

- sulla base della verifica della documentazione tecnica rileva che:
  - per entrambi i riferimento del Lotto 2 la ditta Medical Instruments offre campioni in confezioni diverse da quelle previste dai documenti di gara, accettate nelle risposte alle richieste di chiarimento;
  - per il Lotto 8 le ditte B Braun Milano spa e Svas Biosana presentano campioni di misura diversa da quella richiesta nel capitolato speciale, accettati nelle risposte alle richieste di chiarimento;
- evidenzia, pertanto, la necessità di richiedere la campionatura alle ditte in gara per ultimare la verifica dei requisiti minimi e per la successiva valutazione qualitativa dei prodotti presentati in offerta. Con riferimento ai lotti 2-8, la campionatura permetterà inoltre la valutazione dei diversi confezionamenti.
- dispone, pertanto, di chiedere la campionatura come da documentazione agli atti.

La campionatura viene assegnata ai reparti utilizzatori per le prove.

La Commissione termina i lavori alle 14:30

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dr . Gianfranco Da Dalt	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Domenico Bassi	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Samuele Nicotra	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Carlo Maturi	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Segretario verbalizzante dott.ssa Angela Scaggiante

**VERBALE NR 3**

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI  
EMOSTATICI E COLLE CHIRURGICHE ID 18P042 PER IL FABBISOGNO  
DELL'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA**

**ID GARA N. – 18P042**

Il giorno 03/05/2022 alle ore 14:00 presso il 6<sup>^</sup> piano Policlinico, in via Giustiniani 2, Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di Fornitura di dispositivi emostatici e colle chirurgiche per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale - Università Padova, espletata ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 566 del 04/05/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 999 del 09/06/2021, è così composta:

**Presidente:** Dr . Gianfranco Da Dalt - U.O.C. Chirurgia Generale

**Componenti:** Dr . Domenico Bassi – U.O.C. Chirurgia Generale  
Dr . Samuele Nicotra – U.O.C. Chirurgia Toracica  
Dr . Matteo Micciolo – U.O.C. Cardiochirurgia  
Dr . Carlo Maturi – U.O.C. Chirurgia Vascolare

**PREMESSO CHE:**

- La procedura è composta da otto lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**

- constatata la presenza di tutti i componenti;

- rileva che:
  - i lavori della seduta odierna completano l'esame dei requisiti minimi e, successivamente, riguardano l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale;
  - non verranno ammesse alle fasi successive della procedura le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore al minimo per uno o più criteri che lo prevedono.

## LA COMMISSIONE

- procede, sulla base della documentazione tecnica pervenuta e dalle prove della campionatura, a completare la valutazione della presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale e dai chiarimenti pubblicati sulla piattaforma Sintel;
- rileva che i prodotti offerti dalle ditte rispettano i criteri minimi previsti dal capitolato speciale.
- dispone di rimandare a successiva seduta l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale.

La Commissione termina i lavori alle 15:00

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dr . Gianfranco Da Dalt	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Domenico Bassi	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Samuele Nicotra	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Matteo Micciolo	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Carlo Maturi	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Segretario verbalizzante dott.ssa Angela Scaggiante

**VERBALE NR 4**

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI  
EMOSTATICI E COLLE CHIRURGICHE ID 18P042 PER IL FABBISOGNO  
DELL'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA**

**ID GARA N. – 18P042**

Il giorno 26/10/2022 alle ore 13:00 presso il 6<sup>^</sup> piano Policlinico, in via Giustiniani 2, Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di Fornitura di dispositivi emostatici e colle chirurgiche per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale - Università Padova, espletata ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 566 del 04/05/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 999 del 09/06/2021, è così composta:

**Presidente:** Dr . Gianfranco Da Dalt - U.O.C. Chirurgia Generale

**Componenti:** Dr . Domenico Bassi – U.O.C. Chirurgia Generale  
Dr . Samuele Nicotra – U.O.C. Chirurgia Toracica  
Dr . Matteo Micciolo – U.O.C. Cardiochirurgia  
Dr . Carlo Maturi – U.O.C. Chirurgia Vascolare

**PREMESSO CHE:**

- La procedura è composta da otto lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**

- constatata la presenza di tutti i componenti;

- rileva che:
  - a seguito della seduta del 03/05/2022 i prodotti offerti dalle ditte rispettano i criteri minimi previsti dal capitolato speciale;
  - la ditta B Braun, con nota agli atti, ha ritirato l'offerta relativamente al Lotto 8;
  - i lavori della seduta odierna riguardano l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale ed alle prove pratiche effettuate;

### **LA COMMISSIONE**

- procede, sulla base della documentazione tecnica pervenuta e dalle prove della campionatura, all'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel capitolato Speciale come da prospetto allegato.

Si allega al presente Verbale il prospetto relativo ai punteggi (Allegato 1) elaborato dalla Commissione.

La Commissione, dopo una pausa dalle 13.30 - 13.45, termina i lavori alle 14:00

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dr . Gianfranco Da Dalt	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Domenico Bassi	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Samuele Nicotra	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Matteo Micciolo	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Carlo Maturi	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Segretario verbalizzante dott.ssa Angela Scaggiante

**VERBALE NR 5**

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI  
EMOSTATICI E COLLE CHIRURGICHE ID 18P042 PER IL FABBISOGNO  
DELL'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA**

**ID GARA N. – 18P042**

Il giorno 23/12/2022 alle ore 8:45 tramite collegamento *google meet* si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di Fornitura di dispositivi emostatici e colle chirurgiche per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale - Università Padova, espletata ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 566 del 04/05/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 999 del 09/06/2021, è così composta:

**Presidente:** Dr . Gianfranco Da Dalt - U.O.C. Chirurgia Generale

**Componenti:** Dr . Domenico Bassi – U.O.C. Chirurgia Generale  
Dr . Samuele Nicotra – U.O.C. Chirurgia Toracica  
Dr . Matteo Micciolo – U.O.C. Cardiochirurgia  
Dr . Carlo Maturi – U.O.C. Chirurgia Vascolare

**PREMESSO CHE:**

Pe mero errore materiale per il lotto 8 nell'allegato 1 del Verbale n. 4 del 26.10.2022 manca l'attribuzione del punteggio su due criteri per due ditte (ditte Mascia Brunelli e SVAS Biosana), pur essendo esplicitate le motivazioni a supporto dello stesso.

**LA COMMISSIONE**

- Procede all'attribuzione dei punteggi.

Si allega al presente Verbale il prospetto relativo ai punteggi (Allegato 1) elaborato dalla Commissione.

La Commissione termina i lavori alle 9:00

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dr . Gianfranco Da Dalt	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Domenico Bassi	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Samuele Nicotra	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Matteo Micciolo	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dr . Carlo Maturi	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Segretario verbalizzante dott.ssa Angela Scaggiante

LOTTO 8			DITTE												
n.	Criteri di valutazione della qualità	Punteggio massimo	ASSUT		B-BRAUN MILANO SPA	EFFEBI HOSPITAL		GI. MI. MEDICAL		JOHNSON & JOHNSON		MASCIA BRUNELLI		SVAS BIOSANA	
1	Tempi di emostasi	20	20		OFFERTA RITIRATA PROT. 36363/2022	20		20		20		20		20	
2	Malleabilità	20	14	malleabilità ridotta		12	Malleabilità ridotta anche in ragione dello spessore.	12	Malleabilità ridotta anche in ragione dello spessore.	20	ottima malleabilità	14	Malleabilità ridotta	17	Malleabilità buona ma limitata dallo spessore
3	Capacità di mantenere la struttura originaria anche bagnata dopo manipolazione	20	13	Sufficiente capacità di mantenere la struttura originaria		10	modesta capacità di mantenere la struttura originaria	10	modesta capacità di mantenere la struttura originaria	20		13	Sufficiente capacità di mantenere la struttura originaria	12	Limitata capacità di mantenere la struttura originaria
4	Confezionamento	10	3	Difficile apertura		5	Difficile apertura	5	5	10		5	Difficile apertura	5	Difficile apertura
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>		<b>70</b>	<b>50</b>				<b>47</b>		<b>47</b>		<b>70</b>		<b>52</b>		<b>54</b>