



Regione del Veneto

## AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – [www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO**  
**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**  
Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

Padova, 3 MAG. 2020

Modulo Gare Beni di Consumo  
Tel. 049 8212814 - Fax 049 8216983

Oggetto: ID 18P058 - Procedura aperta per la fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale - Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per 24 mesi – **Risposta alla richiesta di chiarimenti**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed alla richiesta di chiarimenti pervenuta si inviano le seguenti risposte:

<b>Domanda:</b> In riferimento al lotto 5 si chiede di confermare che con il criterio di "Numerosità e tipologia degli studi clinici a supporto dei prodotti presentati" si intenda qualità, livello delle studio e numerosità degli stessi sia in merito all'interfaccia utilizzata sul paziente che al dispositivo elettromedicale che somministra la pressione negativa	<b>Risposta:</b> Si conferma. Si precisa inoltre che nella valutazione di tale criterio verrà tenuto anche conto della numerosità degli studi sia in merito all'interfaccia utilizzata sul paziente che al dispositivo elettromedicale che somministra la pressione negativa
<b>Domanda:</b> In merito al lotto 5, ed in particolare alla durata del trattamento, si chiede di confermare, come specificato dalla descrizione del lotto stesso, che un'azienda decida di partecipare con un dispositivo della durata nominale maggiore di sette giorni, nel rispetto dei principi di massima partecipazione e di par condicio espressi dalle leggi vigenti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'unico requisito che l'offerta deve garantire è quello di assicurare un trattamento della durata minima di "almeno sette giorni" senza entrare nel merito della quantità e tipologia di medicazioni necessarie ad un trattamento di durata superiore. Poiché, infatti, i vari sistemi monouso a pressione negativa	<b>Risposta:</b> Unico requisito richiesto: durata ALMENO 7 giorni

attualmente sul mercato presentano significative differenze in termini di durata, in questo modo ogni azienda potrà offrire un dispositivo (con relative medicazioni) atto a garantire un trattamento di almeno 7 giorni e, di conseguenza, le offerte saranno raffrontabili tra loro, consentendo il medesimo trattamento per i vari operatori economici senza avvantaggiare un singolo concorrente. Il mancato riscontro positivo alla presente richiesta di chiarimenti finirebbe per tradursi in un'inammissibile modifica o integrazione ex post della disciplina di gara con conseguente sostanziale disapplicazione della lex specialis di gara, che la giurisprudenza ha mostrato più volte di censurare (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, n. 431/2017)

Il Dirigente della  
UOS Acquisizione e Logistica dei Beni di Consumo  
Dott.ssa Antonella Dai Prà