



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

GARA n. ID 18P065.1 - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TITOLO DI NOLEGGIO DI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO EMODINAMICO IN CONTINUO MININVASIVO PER ADULTI PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA PER IL PERIODO DI 24 MESI + OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI

VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio alle ore 9,15 (nove/quindici) presso la sede della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, sita in Viale della Navigazione Interna n. 38 – 35129 Padova, il seggio di gara nominato con nota prot. n. 45906 del 30/07/2020 (costituito dall’Ing. Francesca Menotto dirigente della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, in qualità di Autorità di gara, dal Rag. Fabio Moro collaboratore amministrativo, in qualità di teste e verbalizzante, e dal Dott. Pierpaolo Pagnin collaboratore amministrativo, in qualità di teste), procede all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica.

Si prende atto che non risulta presente la ditta Vygon Italia S.r.l. alla seduta odierna.

Si precisa che:

- la procedura in disamina è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1322 del 30/10/2019, e prevede l’aggiudicazione utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la procedura verrà espletata utilizzando il sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale

Centrale Acquisti S.p.a. denominato SINTEL;

➤ il seggio di gara individuato con nota prot. n. 45906 del 30/07/2020 del dirigente della U.O.C.

Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica è costituito da:

- Ing. Francesca Menotto – in qualità di Autorità di gara
- Rag. Fabio Moro – in qualità di teste e verbalizzante
- Dott. Pierpaolo Pagnin – in qualità di teste

➤ come da invito inoltrato tramite la piattaforma telematica Sintel entro il termine stabilito nei documenti di gara, 20 dicembre 2019, ha risposto solamente la ditta VYGON Italia S.r.l. di Padova;

➤ la documentazione amministrativa inviata dalla ditta VYGON Italia S.r.l. è risultata completa e corretta, come da Verbali del 07/01/2020 e del 14/01/2020, agli atti presso questa Unità Operativa;

➤ l'aggiudicazione avverrà sulla base di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti;

➤ con Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 06/03/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Vygon Italia S.r.l.;

➤ la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione dell'offerta tecnica ha redatto per ogni attività svolta, sedute riservate del 08/04/2020 e del 24/06/2020, i relativi verbali che vengono custoditi presso questa Unità Operativa;

➤ dai verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta che il sistema per il monitoraggio emodinamico in continuo mininvasivo per adulti MOST CARE UP ENDLESS presentato dalla ditta Vygon Italia S.r.l. ha ottenuto un punteggio qualità di 69 punti.

In considerazione di ciò si procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica caricata dalla ditta Vygon Italia S.r.l., con il seguente esito:

Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	Totale	Importo BA
Vygon Italia	€ 277.200,00	69	30	99	€ 283.500,00



Avendo l'offerta della ditta Vygon Italia S.r.l. realizzato sia i quattro quinti dei punti relativi al prezzo che i quattro quinti dei punti relativi alla qualità, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà cura della Stazione Appaltante richiedere alla ditta sopraindicata la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto. L'aggiudicazione della fornitura rimane subordinata a quanto stabilito nei documenti di gara che regolano la presente procedura, ed a quant'altro dovesse emergere in merito alla regolarità dell'offerta e della documentazione presentata dalla ditta Vygon Italia S.r.l.

La seduta di gara si conclude alle ore 9,35.

Viene redatto il presente verbale, composto da n. 3 (tre) facciate e n. 2 Allegati rappresentati da: Verbale n. 2 del 24/06/2020 nel quale vengono riportate le motivazioni ed i relativi punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice, offerta della ditta Vygon Italia S.r.l., sottoscritto come segue, previa lettura e conferma:

AUTORITA' DI GARA

Ing. Francesca Menotto




TESTIMONE VERBALIZZANTE

Rag. Fabio Moro



TESTE

Dott. Pierpaolo Pagnin



OGGETTO: ID 18P065.1 - Fornitura a titolo di noleggio di "Sistemi per il monitoraggio emodinamico in continuo mininvasivo per adulti" per l'Azienda Ospedaliera di Padova

La scrivente Impresa Vygon Italia s.r.l., con sede legale in Padova, Viale dell'Industria, 60 - avenue P.I./C.F. n. 02173580282, nella persona del Legale Rappresentante (Procuratore Speciale) Michela Donadello, nata a Cervarese Santa Croce (PD), il 06/12/1969, in riferimento alla Procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta economica impegnativa e vincolante:

Lotto	Rif.	Descrizione prodotto	Fabbisogno per il periodo di 36 mesi	Codice prodotto	Nome commerciale - marca	Importo noleggio mensile per n. 7 sistemi per monitoraggio <u>(comprensivo di eventuale materiale consumabile e/o usurabile)</u>	Importo complessivo noleggio di n. 7 sistemi per monitoraggio per 36 mesi <u>(comprensivo di eventuale materiale consumabile e/o usurabile)</u>	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (MAX 5 decimali)
1	1	Sistemi monitoraggio emodinamico in continuo mininvasivo per adulti	2.100 trattamenti	7200MCU-NM02	CANONE NOLEGGIO MENSILE (Sistema di Monitoraggio proposto "MOSTCARE UP ENDLESS") - MARCA: Bio-Si International S.r.l. (FI), completo di carrello.	€ 7.700,00	€ 277.200,00	2,222222%
		Descrizione prodotto	Nome commerciale	Codice prodotto	CND/RDM	Prezzo unitario		
		Materiale usurabile o consumabile (eventuale)	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO			
		Materiale usurabile o consumabile (eventuale)	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO			
		Etc. Etc.	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO			
TOTALE OFFERTA ECONOMICA							€ 277.200,00	
TOTALE PERCENTUALE RIBASSO in Cifre								2,222222%
TOTALE PERCENTUALE RIBASSO in lettere								DUEVIRGOLAVEN TIDUEMILADUECE NTOVENTIDUEPE RCENTO

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

VERBALE N. 2 DEL 24 giugno 2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA A TITOLO DI NOLEGGIO DI "SISTEMI PER IL MONITORAGGIO EMODINAMICO
IN CONTINUO MININVASIVO PER ADULTI" PER L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA
ID GARA 18P065.1

L'anno duemilaventiti, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 9,30 presso la sala riunioni della U.O.C. Farmacia dell'Azienda Ospedale – Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura a titolo di noleggio di "Sistemi per il monitoraggio emodinamico in continuo mininvasivo per adulti" per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale – Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1322 del 30/10/2019.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 06/03/2020, è così composta:

Presidente: Dott. Christian Passarella – U.O.C. Anestesia e Rianimazione


Componenti: Dott. Francesco Zarbonello – U.O.C. Istituto Anestesia e Rianimazione;
Dott. Alvise Tosoni – U.O.S.D. Pediatria Terapia Intensiva.

PREMESSO

- che la fornitura di cui trattasi è costituita da un unico lotto;
- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
 - qualità punteggio massimo punti 70
 - prezzo punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constatata la presenza di tutti componenti;



- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'assegnazione dei punteggi qualità, ed eventuali motivazioni, sulla base dei criteri stabiliti nel Capitolato Speciale, e precisamente:

n.	Criteri di valutazione della qualità	Punteggio minimo pena esclusione	Punteggio massimo
Criteri qualitativi			
1	Completezza dei parametri misurati (oltre la pressione arteriosa e la portata cardiaca in continuo, indicatori di precarico e di funzionalità cardiocircolatoria oltre ad altri parametri emodinamici)	8	15
2	Presenza di algoritmi sofisticati che sfruttano le moderne tecnologie di calcolo per la misura dei dati mediante la curva di pressione	7	13
3	Monitoraggio in pazienti che presentano instabilità emodinamica, critici o sottoposti a procedure complesse	7	12
4	Evidenze scientifiche in termini di pubblicazioni accreditate nell'ambito della rilevazione dei parametri richiesti in termini di precisione, affidabilità e riproducibilità	6	10
5	Non necessari di materiale dedicato ne deve prevedere costi aggiuntivi nella pratica quotidiana	6	10
6	Con rilevazione dei parametri in tempi immediati	3	5
7	Possibilità di memorizzare, registrare e trasmettere i dati in cartella clinica	3	5
TOTALE PUNTEGGIO			70

- rileva che la ditta VYGON ITALIA S.r.l. dovrà, per essere ammessa all'apertura dell'offerta economica, totalizzare un punteggio di qualità non inferiore al punteggio minimo anche per uno solo dei criteri indicati nella tabella sopra riportata.


LA COMMISSIONE

Procede all'attribuzione dei punteggi qualità, come da prospetto allegato al presente verbale di cui ne fa parte integrante e sostanziale.


 2

I lavori terminano alle ore 10,15.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Dott. Christian Passarella	
Dott. Francesco Zarantonello	
Dott. Alvise Tosoni	

Il verbalizzante: Rag. Fabio Moro

	Criteria di qualità	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
	Completezza dei parametri misurati (Oltre la pressione arteriosa e la portata cardiaca in continuo, indicatori di precarico e di funzionalità cardiocircolatoria oltre ad altri parametri emodinamici)	8	15	15
1	Presenza di algoritmi sofisticati che sfruttano le moderne tecnologie di calcolo per la misura dei dati mediante la curva di pressione	7	13	13
2	Monitoraggio in pazienti che presentano instabilità emodinamica, critici o sottoposti a procedure complesse	7	12	12
3	Evidenze scientifiche in termini di pubblicazioni accreditate nell'ambito della rilevazione dei parametri richiesti in termini di precisione, affidabilità e riproducibilità	6	10	9 (Ottima affidabilità del sistema. Come tutti i sistemi di monitoraggio in continuo presenta dei margini di errore rispetto al confronto invasivo gold standard, che sono attualmente accettabili nella pratica clinica. Grazie al suo frequente campionamento (1000 Hz) e monitoraggio continuo consente un affidabile e preciso monitoraggio dei trend)
4	Non necessari di materiale dedicato ne deve prevedere costi aggiuntivi nella pratica quotidiana	6	10	10
5	Con rilevazione dei parametri in tempi immediati	3	5	5
6	Possibilità di memorizzare, registrare e trasmettere i dati in cartella clinica	3	5	5
7				

