



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

ID GARA N. 18P070 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER RISCALDAMENTO ED INFUSIONE LIQUIDI A BASSO FLUSSO” PER L’AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA’ PADOVA

VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 10,00 in Padova, presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, sito in Viale Navigazione Interna n. 38 - Padova, il seggio di gara nominato con nota prot 32903 del 28.05.2020 (costituito Da Dott.ssa Antonella Dai Prà, in qualità di presidente, dal Rag. Fabio Moro in qualità di teste, e dal Dott. Stefano Cesaro in qualità di teste e verbalizzante), procede all’apertura in seduta riservata della Documentazione economica, come previsto dal disciplinare di gara.

La procedura in esame è stata avviata con deliberazione di indizione del Direttore Generale n. 799 del 28.06.2019.

Si prende atto che:

- la procedura viene espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL.

Si prende atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1490 del 06.12.2019, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse alla gara durante le sedute riservate del 21.01.2020 e 09.04.2020, e ha redatto per ogni attività svolta i relativi verbali che, qui si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1).

Il presidente di seggio procede alla lettura del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice contenente la valutazione qualitativa effettuata, comprendente i relativi punteggi finali attribuiti a

ADP

ciascuna offerta.

Dall'analisi tecnica svolta dalla Commissione Giudicatrice risulta che:

- la ditta 3M Italia S.r.l. viene ammessa alla successiva fase di gara in quanto l'offerta tecnica presentata soddisfa i requisiti minimi previsti dagli atti di gara e raggiunge il punteggio di 67,00 di qualità in base ai criteri indicati nel capitolato speciale di gara;
- la ditta Smiths Medical Italia S.r.l. viene ammessa alla successiva fase di gara in quanto l'offerta tecnica presentata soddisfa i requisiti minimi previsti dagli atti di gara e raggiunge il punteggio di 64,00 di qualità in base ai criteri indicati nel capitolato speciale di gara.

L'Autorità di Gara procede quindi all'apertura delle seguenti buste telematiche delle ditte 3M Italia S.r.l., Smiths Medical Italia S.r.l, contenenti la documentazione economica, dando lettura degli importi offerti e determinando, in base alle disposizioni previste nel capitolato di gara il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte (punteggio parametro prezzo + punteggio parametri qualità):

Pertanto, le offerte che concorrono sono le seguenti:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Ditta 3M Italia S.r.l. | € 88.000.00 |
| - Ditta Smiths Medical Italia S.r.l. | € 95.000.00 |



e risultano tutte ammesse rispetto all'importo fissato a base d'asta (€ 100.000,00).

Sulla base delle offerte sopraindicate e dei punteggi di qualità assegnati dalla Commissione Giudicatrice è risultata la seguente graduatoria:

- prima ditta aggiudicataria: 3M Italia S.r.l. con punteggio totale di 97,00
- seconda ditta aggiudicataria: Smiths Medical Italia S.r.l. con punteggio totale di 88,10

Si precisa che per il calcolo della graduatoria finale è stata utilizzata la formula stabilita nei documenti di gara, come risulta dall'Allegato 2, che viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante e sostanziale, che differisce parzialmente dai valori numerici espressi dalla formula contenuta nella piattaforma telematica Sintel, dove la ditta Smiths Medical S.r.l. totalizza il punteggio di 64,00. Il risultato della graduatoria su Sintel, pur con la discrepanza numerica rilevata, risulta tuttavia confermato. Tale anomalia verrà segnalata alla piattaforma Sintel per i controlli dovuti.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura rimane subordinata a quanto stabilito nei documenti di gara che regolano la presente fornitura, a quant'altro dovesse emergere in merito alla regolarità delle offerte e della documentazione presentata dalle ditte aggiudicatrici.

Pertanto, si allegano, al presente verbale, i verbali della Commissione Giudicatrice e il prospetto di aggiudicazione, come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2), che riporta i punteggi e la graduatoria finale.

La seduta di gara si conclude alle ore 11.00.

Il presente verbale, steso in base alle risultanze di gara, è composto da n. 3 (tre) fasciate e n. 2 (due) allegati e viene sottoscritto come segue, previa lettura e conferma:

AUTORITA' DI GARA
Dott.ssa Antonella dai Prà



TESTE
Rag Fabio Moro



TESTE VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Cesaro



LOTTO 1 Rif.ti 1 e 2
 ID 18P070 - Apparecchiature e materiale di consumo
 per riscaldamento e infusione liquidi a basso flusso

Ditte	Punteggi qualità
3 M ITALIA	67
SMITHS MEDICAL ITALIA	64

ESPONENTE	0,25
-----------	------

Punteggio qualità	70
Punteggio prezzo	30

GRADUATORIA CALCOLATA SULLA BASE DELLA FORMULA PREVISTA NEGLI ATTI DI GARA

Ditte	Base Asta	Ribasso	Ribasso % calc	Ribasso % offerta	Punteggio prezzo	Totale punteggio qualità/prezzo	Esito
	€ 100.000,00						
3 M ITALIA	€ 88.000,00	€ 12.000,00	12,00%	12,00%	1,000	30,00	97,00 AGGIUDICATARIO
SMITHS MEDICAL ITALIA	€ 95.000,00	€ 5.000,00	5,00%	5,00%	0,803	24,10	88,10

Max Ribasso	12,00%
-------------	--------

AdP

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA

VERBALE N. 1 DEL 21 GENNAIO 2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
“APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER RISCALDAMENTO E INFUSIONE
LIQUIDI E SANGUE A BASSO FLUSSO”
ID GARA 18P070

L'anno duemilaventi, il giorno 21 gennaio, alle ore 11.00 presso l'U.O.C. Farmacia dell'Azienda Ospedale-Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, sulla piattaforma telematica SINTEL per l'affidamento della fornitura di “Apparecchiature e materiale di consumo per riscaldamento e infusione liquidi e sangue a basso flusso” per il fabbisogno dell'Azienda Ospedaliera, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 799 del 21.12.2018.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1490 del 06.12.2019, è così composta:

Presidente: Dott. Sergio Boccella – U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti Epatici

Componenti: Dott.ssa Manuela Funes – Istituto di Anestesia e Rianimazione
Sig. Roberto Bacchin – U.O.C. Ingegneria Clinica

PREMESSO

- che la fornitura di cui trattasi sarà effettuata per singolo Lotto;
- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
 - la presentazione della gara e la pianificazione dei lavori della Commissione;
 - l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale;
- rileva che le seguenti ditte hanno inviato l'offerta di gara entro i termini previsti:
Per il Lotto 1:
 - 3M Italia S.r.l.
 - Smiths Medical Italia S.r.l.
- dà corso alla lettura della documentazione tecnica presentata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.

LA COMMISSIONE

- con riferimento alle offerte pervenute e ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale, a seguito di puntuale analisi delle offerte pervenute, rileva che le caratteristiche tecniche dei prodotti presentati dalle ditte 3M Italia S.r.l. e Smiths Medical S.r.l. corrispondono a quanto richiesto dal Capitolato Speciale;






- ha rilevato la necessità di richiedere la campionatura alle ditte partecipanti per le verifiche dei prodotti offerti in relazione ai criteri di valutazione di qualità previsti nel Capitolato Speciale;
- dispone che i campioni siano indirizzati al Magazzino della U.O.C. Farmacia dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

La Commissione sospende i lavori e decide che la data del prossimo incontro venga concordata e comunicata a tutti i componenti per posta elettronica.

I lavori terminano alle ore 13.00.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Dott. Sergio Boccella	
Dott.ssa Manuela Funes	
Sig. Roberto Bacchin	

Il verbalizzante: Dr. Stefano Cesaro

ASP

FB 

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA

VERBALE N. 2 DEL 9 APRILE 2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
“APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER RISCALDAMENTO E INFUSIONE
LIQUIDI E SANGUE A BASSO FLUSSO”
ID GARA 18P070

L'anno duemilaventi, il giorno 9 aprile, alle ore 10,30 presso l'U.O.C. Farmacia dell'Azienda Ospedale-Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, sulla piattaforma telematica SINTEL per l'affidamento della fornitura di “Apparecchiature e materiale di consumo per riscaldamento e infusione liquidi e sangue a basso flusso” per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale-Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 799 del 21.12.2018.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1490 del 06.12.2019, è così composta:

Presidente: Dott. Sergio Boccella – U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti Epatici

Componenti: Dott.ssa Manuela Funes – Istituto di Anestesia e Rianimazione
Sig. Roberto Bacchin – U.O.C. Ingegneria Clinica

PREMESSO

- che la fornitura di cui trattasi sarà effettuata per singolo Lotto;
- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30


IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che:
 - i lavori della prima seduta tenutasi in data 21 gennaio 2020 hanno riguardato l'esame della documentazione tecnica presentata concorrenti dalle ditte tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale;
 - i lavori della seduta odierna riguardano l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione della qualità indicati nel Capitolato Speciale;

LA COMMISSIONE

Rileva che;




- le ditte 3M Italia S.r.l. e Smiths Medical italia S.r.l. hanno inviato la campionatura richiesta;
- con riferimento ai criteri di valutazione di qualità richiesti dal Capitolato Speciale, la ditta 3M Italia S.r.l. ha ottenuto i punteggi di qualità descritti nell'Allegato 1 con le relative motivazioni per ogni punteggio risultato inferiore al massimo previsto;
- con riferimento ai criteri di valutazione di qualità richiesti dal Capitolato Speciale, la ditta Smiths Medical Italia S.r.l. ha ottenuto i punteggi di qualità descritti nell'Allegato 1 con le relative motivazioni per ogni punteggio risultato inferiore al massimo previsto.



Si allega al presente Verbale il prospetto dei criteri di valutazione di qualità (Allegato 1).

I lavori terminano alle ore 12,30.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Dott. Sergio Boccella	
Dott.ssa Manuela Funes	
Sig. Roberto Bacchin	

Il verbalizzante: Dr. Stefano Cesaro

AP

LOTTO 1 Rif.ti 1, 2

Apparecchiatura e set monouso per infusione liquidi e sangue a basso flusso

CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI LOTTO	Punt Max	3M ITALIA	SMITHS MEDICAL
1	Flusso massimo raggiungibile	10	6
2	Capacità di mantenere la temperatura in normotermia nel punto di infusione a vari flussi e con liquidi/sangue a varie temperature	10	10
3	Rapidità di raggiungimento temperatura	10	10
4	Modalità e semplicità di utilizzo	10	8

Sistema Ranger 245
24200 Set monouso riscaldamento
sangue e fluidi per flusso standard - 3M
RANGER

HL-90 HOT-LINE LEVEL1
L 70 SET MONOUSO PER INFUSORI
RISCALDANTI HOTLINE LEVEL 1

Pur dichiarando un flusso massimo di 400
ml/min nelle schede risulta un flusso in
normotemperatura inferiore a quello della
ditta 3M.

La temperatura viene raggiunta
all'incirca in
2 minuti

La temperatura viene raggiunta all'incirca in
2 minuti

Necessita di controllare e rabboccare con
acqua distillata il serbatoio per il circuito
riscaldante

CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI LOTTO	Punt Max	3M ITALIA	SMITHS MEDICAL
5 Ingombro (minimo)	10	10	10
6 Volume di priming (il più basso possibile - deve essere dichiarato)	10	7	10
		Il volume di priming è di 39 ml	Il volume di priming è di 17,5 ml
7 Semplicità di lettura, impostazione e interfaccia operatore intuitiva	10	10	10
	70	67	64