



- Sarstedt S.r.l.
- Smiths Medical Italia S.r.l.,
- Ypsomed Italia S.r.l.
- dà corso alla lettura della documentazione tecnica presentata secondo quanto previsto dalle Condizioni di RDO e dal Capitolato Speciale.

### LA COMMISSIONE



- per quanto riguarda il Lotto 1 con riferimento alle offerte pervenute e ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale, a seguito di puntuale analisi delle offerte pervenute, rileva che le caratteristiche minime dei prodotti presentati in gara corrispondono a quanto richiesto dal Capitolato Speciale;
- per quanto riguarda il Lotto 2 con riferimento alle offerte pervenute e ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale, a seguito di puntuale analisi delle offerte pervenute, rileva che dalla documentazione tecnica presentata la ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. ha offerto un prodotto con misura G 28 invece che G 21 e quindi non corrisponde al requisito minimo richiesto dal Capitolato Speciale. Le altre ditte hanno presentato prodotti che corrispondono a quanto richiesto dal Capitolato Speciale;
- per quanto riguarda il Lotto 3 non è stata presentata alcuna offerta;
- per quanto riguarda il Lotto 4 con riferimento alle offerte pervenute e ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale, a seguito di puntuale analisi delle offerte pervenute, rileva che le caratteristiche minime dei prodotti presentati in gara corrispondono a quanto richiesto dal Capitolato Speciale;
- per quanto riguarda il Lotto 5 con riferimento alle offerte pervenute e ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale, a seguito di puntuale analisi delle offerte pervenute, rileva che dalla documentazione tecnica presentata la ditta Roche Diabets Care Italy S.r.l. ha offerto un dispositivo privo del requisito delle misure varie e quindi non corrisponde al requisito minimo richiesto dal Capitolato Speciale. Le altre ditte hanno presentato prodotti che corrispondono a quanto richiesto dal Capitolato Speciale;
- ritiene necessario richiedere la campionatura alle sole ditte ritenute idonee per l'esame in Commissione e successivamente per la prova dei prodotti presso i reparti utilizzatori e l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale.
- dispone che i campioni siano indirizzati al Magazzino Economale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Si allega al presente Verbale il prospetto dei requisiti minimi (Allegato 1).

La Commissione sospende i lavori e decide che la data del prossimo incontro venga concordata e comunicata a tutti i componenti per posta elettronica.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Prof.ssa Saula Vigili de Kreutzenberg	
Dott.ssa Marianella Chillon	
Dott.ssa Elisabetta Lolli	

Il verbalizzante: Dr. Stefano Cesaro

**LOTTO 1**  
 Dispositivo di sicurezza  
 pungidito per prelievo  
 capillare con lancetta  
 incorporata G28-30, sterile  
 monouso

CARATTERISTICHE	Aiesi	Ascensia	Becton Dickinson	Benefis	Chemil	Clini-Lab	Infratec	MD Healthcare	Med Trust	Roche	Sarstedt	Smiths Medical	Ypsomed
	AHS162/28 Doctor SecurLance	SINGLE-LET, Safety lancet type 430 85956795	BD Sentry™ lancette di sicurezza 369528	B-PRESS II B5062818	LITE 3 05-112818	VeriFine Safety Lancet SL-30-18 SL-28-18	HTL- STREFA 7130	Huahong XXIII SLTHTXXIII2 8G	Wellion safety lancet WELL228	ACCU-CHEK SAFE T PRO UNO 05888662150	851.015	Safe-T-Lance Plus 1025-1	7100031 (mylife™ SafetyLancets 28G) 700009361 (mylife™ SafetyLancets Comfort 30G)
Dispositivo di sicurezza pungidito per prelievo capillare con lancetta incorporata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Misura G28-30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sterile monouso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*me*  
*SK*

<b>LOTTO 2</b>	
<b>Dispositivo di sicurezza pungidito per prelievo capillare con lancetta incorporata G 21, sterile monouso</b>	

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>Aiesi</b>	<b>Becton Dickinson</b>	<b>Chemil</b>	<b>Clini-Lab</b>	<b>Sarstedt</b>	<b>Smiths Medical</b>
	AHS162/21 Doctor SecurLance	BD Sentry™ lancette di sicurezza 369528	LITE 3 05-112124	VeriFine Safety Lancet SL-21-18	851016	Safe-T-Lance Plus 1014-1
<b>Dispositivo di sicurezza pungidito per prelievo capillare con lancetta incorporata G 21</b>	X	NO G 28	X	X	X	X
<b>sterile, monouso</b>	X	X	X	X	X	X

me 

SK

<b>LOTTO 4</b>	
<b>Stili a punta normalizzata a pettine, sterile monouso</b>	
<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>ALK-ABELLO'</b>
	ALK LANCET 1046488
Stili a punta normalizzata a pettine	X
Sterile, monouso	X

me se  
A

<b>LOTTO 5</b>	
Lancette dotata di sistema di sicurezza per l'incisione del tallone del neonato per il prelievo capillare, misure varie, sterile monouso.	

CARATTERISTICHE	Becton Dickinson	Clini-Lab	Burke & Burke	Euromed	Medis	Roche	Sarstedt	Smiths Medical
	BD Microtainer® Brand Quikheel™ Lancet 368102 368103	Promised Hell Blood Lancet HB-065 HB-085 HB-0100 HB-0150	gentleheel Toddler gentleheel Newbord gentleheel Preemie gentleheel Micro-Preemie CBTGH10X50CBNGH10X 50CBPGH10X50CBMPGH 10X50	Steriheel Baby Plus VT331213 VT332213 VT333213 VT334213 VT335213	Unistik Tiny Touch Pre termine A termine AT2004- AT 2005	ACCU-CHEK SAFE T PRO PLUS 03603539150	SAFETY HEEL 85.1023 e/o 85.1022	NeoHeel Lancette 1053T 1052N 1051P 1050M
Lancette dotata di sistema di sicurezza per l'incisione del tallone del neonato per il prelievo capillare	X	X	X	X	X	X	X	X
misure varie	X	X	X	X	X	NO	X	X
sterile monouso	X	X	X	X	X	X	X	X

sk  
me

**REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

**VERBALE N. 2 DEL 9 MAGGIO 2019  
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI  
“ LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVI PER PRELIEVO CAPILLARE”  
ID GARA 18P083**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 maggio, alle ore 13,30, presso l'UOC Farmacia dell'Azienda Ospedaliera di Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, sulla piattaforma telematica MEPA per l'affidamento della fornitura di “Lancette pungidito e dispositivi per prelievo capillare” per i fabbisogni dell'Azienda Ospedaliera, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 25.01.2019.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 01.04.2019, è così composta:

**Presidente:** Prof.ssa Saula Vigili de Kreutzenberg – UOC Malattie del Metabolismo

**Componenti:** Dott.ssa Marianella Chillon – UOC di Pediatria Degenza 2<sup>a</sup> Clinica Pediatrica  
Dott.ssa Elisabetta Lolli – UOC Terapia Intensiva e Patologia Neonatale

**PREMESSO**

- che la fornitura di cui trattasi sarà effettuata per singolo Lotto;
- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che:
  - i lavori della prima seduta tenutasi in data 16 aprile 2019 hanno riguardato l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale;
  - i lavori della seduta odierna prevedono l'esame in Commissione dei prodotti presentati come campionatura dalle ditte e l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale;
  - non verranno ammesse alle fasi successive della procedura le ditte che non risulteranno possedere i requisiti minimi previsti nel Capitolato Speciale.

**LA COMMISSIONE**

Rileva che

- per quanto riguarda il Lotto 1, con riferimento alle offerte pervenute e alla campionatura presentata, vengono esaminati i prodotti delle ditte e si dispone che vengano provati dai reparti utilizzatori per la valutazione di qualità;



*me*      *Sre*      1 *[firma]*

- per quanto riguarda il Lotto 2, con riferimento alle offerte pervenute e alla campionatura presentata, vengono esaminati i prodotti delle ditte e si dispone che vengano provati dai reparti utilizzatori per la valutazione di qualità;
- per quanto riguarda il Lotto 4, con riferimento alle offerte pervenute e alla campionatura presentata, vengono esaminati i prodotti delle ditte e si dispone che vengano provati dai reparti utilizzatori per la valutazione di qualità;
- per quanto riguarda il Lotto 5, con riferimento alle offerte pervenute e alla campionatura presentata, vengono esaminati i prodotti delle ditte e si rileva che la ditta Medis di Soffiati Vittorio & C ha presentato campioni all'interno di una confezione non idonea a garantire la sterilità dei dispositivi e, pertanto il prodotto viene ritenuto non conforme. Per i campioni delle altre ditte si dispone che vengano provati dai reparti utilizzatori per la valutazione di qualità;
- non sono stati esaminati in questa sede i campioni della ditta Saerstedt S.r.l., in quanto verranno spediti successivamente da parte della ditta e, pertanto, si dispone che al momento della consegna, vengano inviati ai reparti utilizzatori per le prove.

La Commissione sospende i lavori e decide che la data del prossimo incontro venga concordata e comunicata a tutti i componenti per posta elettronica.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Prof.ssa Saula Vigili de Kreutzenberg	
Dott.ssa Marianella Chillon	
Dott.ssa Elisabetta Lolli	

Il verbalizzante: Dr. Stefano Cesaro

**REGIONE DEL VENETO**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

**VERBALE N. 3 DEL 16 LUGLIO 2019**  
**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI**  
**“ LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVI PER PRELIEVO CAPILLARE”**  
**ID GARA 18P083**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 16 luglio, alle ore 10,30, presso l'UOC Farmacia dell'Azienda Ospedaliera di Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, sulla piattaforma telematica MEPA per l'affidamento della fornitura di “Lancette pungidito e dispositivi per prelievo capillare” per i fabbisogni dell'Azienda Ospedaliera, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 25.01.2019.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 01.04.2019, è così composta:

**Presidente:** Prof.ssa Saula Vigili de Kreutzenberg – UOC Malattie del Metabolismo

**Componenti:** Dott.ssa Marianella Chillon – UOC di Pediatria Degenza 2<sup>a</sup> Clinica Pediatrica  
Dott.ssa Elisabetta Lolli – UOC Terapia Intensiva e Patologia Neonatale

**PREMESSO**

- che la fornitura di cui trattasi sarà effettuata per singolo Lotto;
- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che:
  - i lavori della prima seduta tenutasi in data 16 aprile 2019 hanno riguardato l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale;
  - i lavori della seconda seduta tenutasi in data 9 maggio 2019 hanno riguardato l'inizio dell'esame della campionatura per l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale;
  - i lavori della seduta odierna riguardano il completamento dell'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale in seguito allo svolgimento delle prove effettuate presso i reparti utilizzatori

**LA COMMISSIONE**

Rileva che

- per quanto riguarda il Lotto 1, con riferimento ai criteri di valutazione richiesti dal Capitolato Speciale, a seguito di puntuale analisi delle offerte pervenute e della campionatura presentata, le ditte Aiesi Hospital Service S.r.l., Ascensia Diabets Care Italy S.r.l., Becton Dickinson Italia S.p.A., Benefis S.r.l., Chemil S.r.l., Clini-Lab S.r.l., Infratec S.r.l., MDHealthCare S.r.l., Med

*me* *fr* <sup>1</sup> *f*

Trust Italia S.r.l., Roche Diabets Care Italy S.r.l., Sarstedt S.r.l., Smiths Medical Italia S.r.l., Ypsomed Italia S.r.l. hanno ottenuto un punteggio di qualità che viene descritto nell'Allegato 1 con le relative motivazioni per i punteggi inferiori ai massimi previsti;




- per quanto riguarda il Lotto 2, con riferimento ai criteri di valutazione richiesti dal Capitolato Speciale, le ditte Aiesi Hospital Service S.r.l., ~~Becton Dickinson Italia S.p.A.\*~~, Chemil S.r.l., Clini-Lab S.r.l., Sarstedt S.r.l., Smiths Medical Italia S.r.l. hanno ottenuto un punteggio di qualità che viene descritto nell'Allegato 1 con le relative motivazioni per i punteggi inferiori ai massimi previsti;
- per quanto riguarda il Lotto 4, con riferimento ai criteri di valutazione richiesti dal Capitolato Speciale la Commissione giudicatrice in base alle prove effettuate sulla campionatura ha ritenuto che la lancetta metallica per prick test offerta dalla ditta Alk-Abellò S.p.A. non costituisce un prodotto idoneo, in quanto la lancetta è troppo tagliente e la punta non raggiunge un'adeguata profondità. L'impugnatura della lancetta si piega durante l'uso e l'utilizzo è poco pratico per il paziente non collaborante. Pertanto, la Commissione Giudicatrice decide di non aggiudicare il Lotto 4 per i motivi sopra descritti;
- per quanto riguarda il Lotto 5, con riferimento ai criteri di valutazione richiesti dal Capitolato Speciale, a seguito di puntuale analisi delle offerte pervenute e della campionatura presentata, le ditte Becton Dickinson Italia S.p.A., Clini-Lab S.r.l., Burke & Burke S.p.A., Euromed S.r.l., Medis di Soffiati Vittorio & C., Sarstedt S.r.l., Smiths Medical Italia S.r.l. hanno ottenuto un punteggio di qualità che viene descritto nell'Allegato 1 con le relative motivazioni per i punteggi inferiori ai massimi previsti;

\* CORRETTO d'ufficio  
MS

Si allega al presente Verbale il prospetto dei criteri di valutazione (Allegato 1).

I lavori terminano alle ore 12,30.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Prof.ssa Saula Vigili de Kreutzenberg	
Dott.ssa Marianella Chillon	
Dott.ssa Elisabetta Lolli	

Il verbalizzante: Dr. Stefano Cesaro

<b>LOTTO 1 Rif. 1</b>
Dispositivo di sicurezza pungidito per prelievo capillare con lancetta incorporata G28-30, sterile monouso

CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI LOTTO	Punt Mass	Aiesi	Ascensia	Becton Dickinson	Benefis	Chemil	Ciini-Lab	Infratec	MD Healthcare	Med Trust	Roche	Sarstedt	Smiths Medical	Ypsomed
		AHS162/28 Doctor SecurLance	SINGLE-LET, Safety lancet type 430 85956795	BD Sentry™ lancette di sicurezza 369528	B-PRESS II B5062818	LITE 3 05-112818	VeriFine Safety Lancet SL-30-18 SL-28-18	HTL-STREFA 7130	Huahong XXIII SLTHTXXIII28 G	Wellion safety lancet WELL228	ACCU-CHEK SAFE T PRO UNO 05888662150	851.015	Safe-T-Lance Plus 1025-1	7100031 (mylife™ SafetyLancets 28G) 700009361 (mylife™ SafetyLancets)
1	30	20	25	20	20	25	25	20	30	30	25	20	20	30
Atraumaticità della lancetta		provoca dolore	bisogna effettuare una forte pressione	provoca dolore	provoca dolore	un pò doloroso	bisogna effettuare una forte pressione	provoca dolore			bisogna effettuare una forte pressione	provoca dolore	provoca dolore	
2	30	20	20	15	20	20	25	25	15	25	25	15	25	30
Praticità e maneggevolezza		poco maneggevole e punta poco efficace	poco maneggevole e punta poco efficace	punta non efficace e troppo traumatica	poco ergonomica per forma retta	poco maneggevole e punta poco efficace	poco pratico	poco maneggevole	lunghezza dell'ago inadeguata per i pazienti pediatrici e poco pratico			poco maneggevole ed ergonomico e punta poco efficace	poco pratico	
3	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10
Confezionamento (visibilità del numero di lotto e scadenza, facile riconoscimento del prodotto contenuto, invito aall'apertura									manca lotto e scadenza sulla confezione					
	70	50	55	45	50	55	60	55	45	65	60	45	55	70

MC  
 SR

<b>LOTTO 2 Rif. 2</b>
<b>Dispositivo di sicurezza pungidito per prelievo capillare con lancetta incorporata G 21, sterile monouso</b>

CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI LOTTO	Punt Mass	Aiesi	Chemil	Clini-Lab	Sarstedt	Smiths Medical
		AHS162/21 Doctor SecurLance	LITE 3 05-112124	VeriFine Safety Lancet SL-21-18	851016	Safe-T-Lance Plus 1014-1
1	Atraumaticità della lancetta 30	15	25	20	20	20
2	Praticità e maneggevolezza 30	provoca dolore 15	leggermente doloroso 30	un pò doloroso 15	un pò doloroso 15	un pò doloroso 15
3	Confezionamento (visibilità del numero di lotto e scadenza, facile riconoscimento del prodotto contenuto, invito all'apertura 10	poco maneggevole e scarsa efficacia punta 10		poco maneggevole e scarsa efficacia punta 10	poco maneggevole e scarsa efficacia punta 10	poco maneggevole e scarsa efficacia punta 10
	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

*ME*  
*SA*

<b>LOTTO 4 Rif. 4</b>
<b>Stili a punta normalizzata a pettine, sterile monouso</b>

CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI LOTTO	Punt Mass	Alk-Abellò
1	40	ALK LANCET 1046488
2	20	Poco pratico perchè si richiede apertura di ogni singola lancetta (questa manovra rende molto difficoltoso eseguire la prestazione nei pazienti non collaboranti)
3	10	Lancetta troppo tagliente e poco profonda
		Confezionamento (visibilità del numero di lotto e scadenza, facile riconoscimento del prodotto contenuto, invito all'apertura)
	<b>70</b>	<b>Non conforme</b>

*ME*  
*SA*

<b>LOTTO 5 Rif. 5</b>
Lancette dotata di sistema di sicurezza per l'incisione del tallone del neonato per il prelievo capillare, misure varie, sterile monouso.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI LOTTO	Punt Mass	Becton Dickinson	Clini-Lab	Burke & Burke	Euromed	Medis	Sarstedt	Smiths Medical
		BD Microtainer® Brand Quikheel™ Lancet 368102 368103	Promisemed Hell Blood Lancet HB-065 HB-085 HB-0100 HB-0150	gentleheel Toddler gentleheel Newbord gentleheel Preemie gentleheel Micro-Preemie CBTGH10X50CBNGH10X 50CBPFGH10X50CBMPFGH 10X50	Steriheel Baby Plus VT331213 VT332213 VT333213 VT334213 VT335213	Unistik Tiny Touch Pre termine - A termine AT2004 - AT2005	SAFETY HEEL 85.1023 e/o 85.1022	NeoHeel Lancette 1053T 1052N 1051P 1050M
1	30	22	28	30	20		20	20
		Traumatico per i prematuri	Qualità del taglio negli immaturi non ottimale		non particolarmente performante sulla cute anche sensibile		qualità del taglio non idonea per immaturi	non particolarmente performante sulla cute anche sensibile
2	20	0	12	20	12		0	12
		traumatico per i prematuri in quanto mancano le misure per i bimbi prematuri	rilevata maggiore sensibilità per gli immaturi		rilevata maggiore sensibilità per gli immaturi.		traumatico per i prematuri in quanto mancano le misure per i bimbi prematuri	rilevata maggiore sensibilità per gli immaturi
3	10	5	6	10	10		8	10
		non è dotato di sicura e manca riferimento di dove incidere	difficile rimozione sicura e impugnatura poco spontanea				poco ergonomico il tasto di pressione	
4	10	5	5	10	10		10	10
		Confezionamento (visibilità del numero di lotto e scadenza, facile riconoscimento del prodotto contenuto, invito all'apertura	non si apprezzano bene le misure sulla confezione		manca la possibilità di garantire la sterilità. La confezione non è idonea a garantire la sterilità dei singoli pezzi.			
	70	32	51	70	52	non conforme	38	52

*ME* *SK*