



Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALIERA - PADOVA
www.sanita.padova.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Padova, 22 FEB. 2019

Tit. VI Cl. 8 Fasc. 3 Anno 2018

DITTE VARIE

Oggetto: ID 18S031 – Procedura negoziata per il noleggio di monitor ad alta risoluzione per la refertazione di immagini diagnostiche da destinare ai Servizi di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, comprensivi di software per la gestione della qualità (quality assurance = QA) e della relativa assistenza tecnica e manutenzione, della durata di 5 anni (60 mesi). Chiarimenti 1.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste di chiarimento pervenute:

	QUESITI	RISPOSTE
1	Dalla documentazione di gara si evince che vengono richiesti requisiti minimi di partecipazione quali la classe II B per i monitor per refertazione. Si chiede se trattasi di un refuso. - Dalla documentazione di gara, Capitolato Tecnico, si evince che vengono richiesti requisiti minimi di partecipazione, oltre le altre caratteristiche principali, ovvero la classe IIb per quanto riguarda i monitor medicali; - il richiamo alla classe IIb appare del tutto generico e vago, come è noto all’amministrazione precedente; - il requisito della classe IIb risulta disciplinato dalla direttiva comunitaria 2007/CE/classe II; - L’art. 8 di detta direttiva, precisa che i dispositivi possono essere suddivisi secondo alcune classificazioni, e rinvia all’allegato IX. Nell’ambito di detto allegato vi sono alcune differenziazioni tra i dispositivi medicali con caratteristiche sostanziali totalmente differenti tra di loro per funzionalità, per caratteristiche proprie e per destinazione d’uso.	Nella tabella dei requisiti minimi alla riga Classe Medical Device si sostituisce la dicitura IIb con la dicitura I o superiore .

Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

Direttore ad interim: Dott. Roberto Toniolo

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elisabetta Penazzo

Referente della Pratica: Dr. Pierpaolo Pagnin

Tel. 049/8218753 - Fax 049/8216983– e-mail: pierpaolo.pagnin@sanita.padova.it


Indirizzo Via dei Colli, n. 4 – 35143 - Padova

2	In riferimento al capitolato speciale pagina 8, paragrafo 2 "Specifiche della fornitura" si chiede se per quanto riguarda la richiesta dei N. 13 coppie di monitor B/N LCD o LED DICOM PRESET risoluzione 3,0 Mpixel si possono offrire stessa qualità e caratteristiche di monitor ma anche a colori.	NO.
3	Con riferimento a quanto richiesto dal disciplinare di gara (Pag.4), dove viene richiesta la dimostrazione della capacità tecnica mediante la presentazione dell'elenco dei principali contratti stipulati per il servizio di NOLEGGIO DI MONITOR AD ALTA DEFINIZIONE PER RADIOLOGIA, si chiede di confermare che il requisito può essere soddisfatto anche con la presentazione di contratti con modalità di fornitura alternative al noleggio (es. vendita).	Trattandosi della stessa tipologia di prodotto si ammette anche il fatturato per la vendita

Distinti saluti

Il RUP

Dott.ssa Elisabetta Penazzo



Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

Direttore ad interim: Dott. Roberto Toniolo

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elisabetta Penazzo

Referente della Pratica: Dr. Pierpaolo Pagnin

Tel. 049/8218753 - Fax 049/8216983 - e-mail: pierpaolo.pagnin@sanita.padova.it

Indirizzo Via dei Colli, n. 4 - 35143 - Padova