



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

Padova, 06/10/2020

Oggetto: ID GARA 19A085 – Procedura di gara per la fornitura di **carrozzine e comode** per l'Azienda Ospedale-Università Padova.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE CON RELATIVE RISPOSTE

1	In allegato D si chiede di specificare le singole quantità per ciascun punto 1,2,3,4,	1. fabbisogno complessivo (124) 2. fabbisogno complessivo (35) 3. fabbisogno complessivo (13) 4. fabbisogno complessivo (2) ----- Comode: n. 65 con seduta L: 50 cm Comode: n. 3 con seduta L: 75 cm
2	Specificare soprattutto la quantità della versione bariatrica che è prodotta con struttura rinforzante e costi maggiori della versione di lunghezza cm 46	Quantità: n. 2
3	Noi come ditta dobbiamo specificare i singoli prezzi offerti per ciascuna posizione?	si
4	Dobbiamo indicare la percentuale al ribasso come predisposto nel modulo di offerta economica?	Si, per importo complessivo del lotto
5	<p>In riferimento alle caratteristiche tecniche: la ditta chiede a noi di cambiare alcune caratteristiche dell'indagine di mercato, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pedana poggiapiedi in metallo → con pedana in fibra di nylon e vetro (più resistente e meno invasiva). - Braccioli cromati → con braccioli verniciati con polveri epossidiche (+ resistenza e aderenza al metallo). - targa cucita con logo e nome del reparto → con testo serigrafato stampato sul retro dello schienale con testo scelto da noi per il riconoscimento. - sedie con larghezza della seduta di cm 46 e portata di kg 150 → sostituire con kg 130 (chi pesa >150 kg ha un volume di bacino maggiore di 46 cm). 	<ul style="list-style-type: none"> - basta che la pedana sia resistente, quelle attualmente utilizzate sono in plastica. - braccioli cromati irrilevanti ai fini della qualità del prodotto. - soddisfano requisiti sia quelli serigrafati sia quelli cuciti. - diviene indispensabile che la portata massima complessiva sia di 150 kg con un volume del bacino idoneo alle carrozzine con seduta 46 cm. Alcuni di questi hanno inoltre a presso alcuni ausili (nutrizione enterale, O2 terapia, ecc) che porterebbe il peso complessivo da trasportare a un peso superiore i 130 kg.

Aggiornato il 06/10/2020

Il Dirigente della
UOS Gare e Contratti
Ing. Francesca Menotto

