

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

INDAGINE CONOSCITIVA ID 19A097 ACQUISIZIONE CARDIOSTIMOLATORI ESTERNI PER LA UOC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA.

TERMINE PRESENTAZIONE DOCUMENTI: ore 12:00 del giorno 23/07/2019

STRUMENTO INVIO DOCUMENTI: Piattaforma SINTEL (www.arca.regione.lombardia.it)

Questa Azienda Sanitaria intende avviare un'indagine conoscitiva preliminare all'acquisto di CARDIOSTIMOLATORI ESTERNI PER LA UOC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA:

A seguito dell'indagine di mercato, questa Struttura intende suddividere la gara in:

LOTTO 1: n. 40 BICAMERALI;

LOTTO 2: n. 3 TRICAMERALI.

Caratteristiche comuni e parametri qualitativi:

Cardiostimolatori esterni digitali gestiti da microprocessore, con funzionamento in modosincrono e asincrono, dotati delle seguenti caratteristiche minime indicative:

- display per la visualizzazione dei parametri;
- comandi per il rapido avvio in sicurezza della stimolazione in caso di emergenza;
- possibilità di stimolare in alta frequenza (almeno 800 bpm) per la conversione delle aritmie atriali;
- possibilità di stimolare con frequenza quadrupla e rampa decrescente per il trattamento delle tachicardie;
- allarmi ottico/acustici in situazioni di attenzione/pericolo;
- funzioni di blocco contro usi imprevisti;
- connessione facile e sicura del cavo di estensione e/o dell'elettrocattetere.

Nella fornitura dovranno essere compresi i cavi di estensione, n. 2 per ciascun apparecchio,

- dotazione di custodie protettive;
- robustezza della struttura;
- facilità di pulizia;
- accessori/supporti per fissaggio/sospensione dispositivo;
- necessità di manutenzioni preventive (interne/esterne);
- necessità di fermo macchina periodico per manutenzione;
- Tempi di fermo macchina;
- Tipologia e durata batterie di utilizzo;
- Durata e manutenzione batterie tampone/emergenza interne;
- opzione contratto full-risk post-garanzia;

Quantitativi:

LOTTO 1: n. 10 bicamerali fornitura immediata + n. 30 per sostituzione progressiva in 3 anni;

LOTTO 2: n. 3 tricamerali fornitura immediata.

Le ditte interessate dovranno allegare:

- scheda tecnica indicante: costruttore, anno di prima commercializzazione, modello, descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature, accessori, eventuali opzioni disponibili o apparecchiature equivalenti;
- certificazione CE dell'apparecchiatura conforme Direttiva Europea 93/42/CEE;
- organizzazione del servizio di assistenza tecnica con indicazione dei tempi di risposta per chiamate di emergenza, dei tempi di intervento e di risoluzione dei guasti per le richieste di assistenza tecnica, frequenza, modalità e contenuto degli interventi di manutenzione programmata.

L'Azienda Ospedaliera di Padova utilizza il Sistema di intermediazione telematica, denominato "SINTEL". Verranno prese in considerazione solo le manifestazioni pervenute tramite tale piattaforma.

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma "SINTEL". Per poter presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, il fornitore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione "Registrazione". La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l'obbligo di presentare la manifestazione d'interesse, né alcun altro onere o impegno.

La presente indagine viene altresì pubblicata, al fine di massimizzarne la pubblicità, sul sito web dell'Azienda Ospedaliera di Padova nella sezione Bandi e Gare; tuttavia le manifestazioni di interesse dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma SINTEL.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo e-mail supporto@arcalombaria.it oppure telefonando al **numero verde 800.116.738**.

Le imprese interessate dovranno fornire:

- Scheda tecnica del prodotto;
- Proposta commerciale di massima (Prezzo di listino e percentuale di sconto indicativa)
- Riferimenti delle principali strutture sanitarie italiane e europee in cui la tecnologia in oggetto è disponibile e visionabile (max 5 riferimenti);
- Tempi di consegna medi dell'apparecchiatura, dal momento dell'aggiudicazione della fornitura.

Si precisa che tale indagine di mercato, ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori da consultare discrezionalmente.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare all'eventuale successiva procedura negoziata (nel caso di procedure in economia) anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare Nicoletta Pegoraro ai seguenti indirizzi: telefono 049/8214611, tramite posta elettronica a nicoletta.pegoraro@aopd.veneto.it.

Il Dirigente
U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Elisabetta Penazzo



Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALIERA - PADOVA
www.sanita.padova.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Il/La sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
in qualità di _____
della Ditta _____
con sede legale in: via/piazza _____ Comune _____
_____ Prov. _____
Codice fiscale _____ Partita IVA _____
Tel. n. _____ Fax n. _____
Indirizzo mail ufficio gare _____ Pec _____

Manifesta il proprio interesse a partecipare all'indagine conoscitiva preliminare per la fornitura

Cardiostimolatori esterni per la UOC Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Padova

Si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad inviare eventuali comunicazioni relative alla procedura in oggetto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____ o al seguente numero di fax _____.

Letto confermato e sottoscritto.

(Luogo e data) _____

FIRMA
(per esteso)

N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, pena l'esclusione dalla procedura.