

UOC Provveditorato ed Economato

Padova, 20 giugno 2019

ID GARA n. 19P042 - Procedura negoziata per la Fornitura di Filtro per prove di funzionalità respiratoria.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

	RICHIESTA	RISPOSTA
1	Si chiede di fornire indicazioni riguardo alla marca e modello dello spirometro. Si chiede, inoltre, di chiarire se i filtri devono essere "anatomici" o "standard".	I filtri devono essere anatomici. Per quanto riguarda l'indicazione della marca e del modello, vedasi allegato alla presente nota.
2	Si chiede quale importo indicare nella seconda pagina dell'Allegato D (Offerta Economica) alla Voce EURO_____, dopo l'indicazione delle voci di prezzo.	In quanto trattasi di refuso, si precisa che la ditta può omettere o cancellare questa voce.
3	Si informa che entrambi i CIG risultano inseriti e validi ma non attualmente disponibili per il pagamento e, pertanto, si richiede di perfezionare il Cig di gara.	Il Cig è stato perfezionato. Tuttavia non risulta che le ditte debbano pagare il contributo Anac per i due lotti, in quanto ognuno di importo inferiore a € 150.000,00.
4	Si chiede di poter allegare al punto 1 della documentazione tecnica 2 certificati di qualità in lingua originale, cioè inglese.	E' possibile allegare certificati in lingua inglese, qualora non sia disponibile la versione in italiano.

Aggiornato in data 20 giugno 2019

Il Dirigente
U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonella Dai Prà



Classe	Fabbricante	Modello
SPIROMETRO A CAMPANA	BIOMEDIN SRL	BAIRES
SPIROMETRO A CAMPANA	BIOMEDIN SRL	ESS
SPIROMETRO A CAMPANA	BIOMEDIN SRL	ESS ALPHA
SPIROMETRO A CAMPANA	BIOMEDIN SRL	INT 320
SPIROMETRO A CAMPANA	BIOMEDIN SRL	SISTEMA BAIRES
SPIROMETRO	CAREFUSION	MICRO RPM
SPIROMETRO	COSMED S.R.L.	ALTAIR 1000
SPIROMETRO	COSMED S.R.L.	K4 B2
SPIROMETRO	COSMED S.R.L.	MICROQUARK
SPIROMETRO	COSMED S.R.L.	PONY FX
SPIROMETRO	COSMED S.R.L.	PONY SPIROMETER
SPIROMETRO	FUKUDA DENSHI CO LTD	
SPIROMETRO	FUKUDA DENSHI CO LTD	
SPIROMETRO	FUKUDA DENSHI CO LTD	
SPIROMETRO	GIMA SPA	PIKO-6 FEV1/FEV6
SPIROMETRO	MARKOS S.A.S.	
SPIROMETRO	MEDISHIELD	WRIGHT RM121
SPIROMETRO	MICRO MEDICAL LTD	36-ML3500-STK
SPIROMETRO	MICRO MEDICAL LTD	MICRO LOOP
SPIROMETRO	MICRO MEDICAL LTD	MICROLAB 3500
SPIROMETRO	MICRO MEDICAL LTD	SPIRO USB
SPIROMETRO	MICRO MEDICAL LTD	SUPERSPIRO
SPIROMETRO	MINATO	AS-300
SPIROMETRO	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH	MINISPIR NEW
SPIROMETRO	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH	SPIRODOC
SPIROMETRO	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH	SPIROLAB III
SPIROMETRO	NDD MEDIZINTECHNIK AG	EASY
SPIROMETRO	OHIO	840
SPIROMETRO	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	2130
SPIROMETRO A SECCO	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	762609
SPIROMETRO	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	2400 PFL
SPIROMETRO A SECCO	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	PFT 2130
SPIROMETRO A CAMPANA	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	PULMONET III
SPIROMETRO	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	V MAX 29
SPIROMETRO	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	V MAX 29 C
SPIROMETRO	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	V MAX S 229 D
SPIROMETRO	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	V MAX S 29 C
SPIROMETRO	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	V MAX S 29 S
SPIROMETRO	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. - MIRA -	V MAX 229 C SERIE ENCORE
SPIROMETRO	TAGARNO A/S	FL
SPIROMETRO	VIASYS HEALTHCARE GMBH JAEGER	MASTERSCOPE CT
SPIROMETRO	VIASYS HEALTHCARE GMBH JAEGER	MASTERSCREEN PFT PRO
TELEMETRIA ESAMI ERGOSPIROMETRICI, TRASMITTENTE PER	VIASYS HEALTHCARE GMBH JAEGER	OXYCON MOBILE
SPIROMETRO A SECCO	VITALOGRAPH LTD.	S