

Oggetto: ID GARA 19P072 – Procedura aperta “Dispositivi per nutrizione enterale” per l’Azienda Ospedale-Università Padova.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE CON RELATIVE RISPOSTE

1	Con riferimento al documento Istanza di partecipazione (Allegato A), viene citato l'allegato A1 Elenco Lotti, che si chiede di inviare.	Si informa che l'indicazione di Allegato A1 Elenco Lotti è da considerarsi un refuso del modello Istanza di partecipazione (Allegato A) e pertanto, non deve essere preso in considerazione. L'elenco dei Lotti è descritto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.
2	Nella documentazione tecnica 1 punto 6 viene richiesto di compilare un questionario tecnico in formato excel, che però non è presente nei documenti di gara.	Trattasi di refuso non è richiesta la compilazione di un questionario tecnico.
3	L'importo della cauzione risulta essere inferiore a € 200,00, si chiede se è sufficiente produrre la fidejussione in formato digitale o serve anche l'autentica notarile?	Non è necessaria l'autentica notarile.
4	Lotto 3 In merito alla richiesta di prolunghe in PVC nel lotto 3 si chiede di accettare anche le prolunghe in Polietilene.	Si accettano offerte per prolunghe in Polietilene con documentazione a supporto per motivare l'equivalenza, sarà poi la commissione a valutare il prodotto proposto.

Aggiornato al 23/03/2021

Il Sostituto Responsabile della
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Ing. Francesca Menotto

