



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

GARA n. ID19P081 - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER COMPRESSIONE PNEUMATICA INTERMITTENTE FORNITI IN NOLEGGIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER I FABBISOGNI DELL’AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA.

VERBALE DEL 07/10/2020

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 07 (sette) del mese di Ottobre alle ore 9,00 in Padova, Viale della Navigazione Interna, 38 presso la sede della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha luogo la seduta pubblica per l’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche delle ditte partecipanti alla gara per la fornitura di Sistemi per compressione pneumatica intermittente forniti in noleggio e relativo materiale di consumo per i fabbisogni dell’Azienda Ospedale-Università Padova indetta con Deliberazione n. 567 del 04/05/2020 ed espletata tramite piattaforma telematica Sintel.

Il seggio di gara incaricato con nota prot. n. 58568 del 05/10/2020 del Dirigente dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica è costituito da:

- Dott.ssa Antonella Dai Prà – In qualità di Autorità di gara
- Rag. Fabio Moro, in qualità di teste
- Dott. Daniele Rizzo, in qualità di teste e verbalizzante

Come previsto nel Disciplinare di gara all’art. 4 “Svolgimento della procedura”, tramite SINTEL, è stata data comunicazione alle ditte dell’apertura della Busta Telematica contenente la Documentazione Economica.

Hanno presenziato all'apertura in data odierna (07/10/2020) le Ditte nella persona dei singoli rappresentanti come da Allegato n. 1 al presente verbale.

Si prende atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 910 del 03/07/2020, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse alla gara durante le sedute riservate del 23/07/2020 e del 24/09/2020, sono stati redatti per ogni attività svolta i relativi verbali che qui si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati n. 2).

Relativamente al Lotto n. 1, dall'analisi tecnica svolta dalla Commissione Giudicatrice risulta che:

- la ditta Movi S.p.a., non viene ammessa alla successiva fase di gara in quanto l'offerta tecnica presentata non soddisfa i requisiti minimi previsti dagli atti di gara;
- le ditte Arjo Italia S.p.a. e Promed S.r.l., vengono ammesse alla successiva fase di gara in quanto l'offerta tecnica presentata soddisfa i requisiti minimi previsti dagli atti di gara e raggiungono come di seguito indicato il punteggio di qualità previsto dal capitolato speciale di gara.

LOTTO N. 1	
Nome ditta	Punteggio tecnico
Promed S.r.l.	70
Arjo Italia S.p.a.	47

La ditta Movi S.p.a., nella seduta odierna (07/10/2020), è intervenuta chiedendo la sospensione in via di autotutela, poiché richiede che venga rivista l'esclusione dalla gara da parte della Commissione Giudicatrice come da richiesta allegata al presente (Allegato n. 3)

L'autorità di gara, preso atto dell'istanza della ditta Movi S.p.a., ha disposto la sospensione della seduta odierna e non ha pertanto provveduto all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche delle ditte partecipanti alla gara e ivi ammesse. Si decide, quindi, di attendere la richiesta ufficiale della ditta Movi S.p.a. che verrà trasmessa successivamente alla Commissione Giudicatrice per competenza.

Si rinvia ad una prossima seduta pubblica, a data da destinarsi, per l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche.


La seduta di gara si conclude alle ore 9,25.

Il presente verbale, steso in base alle risultanze di gara, è composto da n. 3 (tre) facciate e n. 3 (tre) allegati e viene sottoscritto come segue, previa lettura e conferma:

AUTORITA' DI GARA – Dott.ssa Antonella Dai Prà

Handwritten signature of Antonella Dai Prà in blue ink, written over a horizontal line.

TESTE - Rag. Fabio Moro





Handwritten signature of Fabio Moro in blue ink, written over a horizontal line.

TESTE VERBALIZZANTE – Dott. Daniele Rizzo

Handwritten signature of Daniele Rizzo in blue ink, written over a horizontal line.

ID GARA N. 19P081 - FORNITURA DI SISTEMI PER COMPRESSIONE PNEUMATICA INTERMITTENTE FORNITE IN NOLEGGIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER I FABBISOGNI DELL'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA.

Padova, li 07 Ottobre 2020 – ore 9:00

DENOMINAZIONE DITTA	NOMINATIVO RAPPRESENTANTE (in stampatello)	FIRMA RAPPRESENTANTE
ARTOITACIA SpA	BONOMI ALBERTO	
PROMES	NEVINI FIDIO	
MOVI SPA	LUCA WOMBANI	
MOVI SPA	FRANCESCO TREVIGAN	

AAP

**REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA**

**VERBALE N. 1 DEL 23 LUGLIO 2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI PER COMPRESSIONE
PNEUMATICA INTERMITTENTE FORNITE IN NOLEGGIO E RELATIVO MATERIALE DI
CONSUMO PER I FABBISOGNI DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA "
ID GARA 19P081**

L'anno duemilaventi, il giorno 23 luglio, alle ore 15,00 presso l'U.O.C. Farmacia dell'Azienda Ospedale-Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, sulla piattaforma telematica SINTEL per l'affidamento della fornitura di "ID 19P081 Fornitura di Sistemi per compressione pneumatica intermittente fornite in noleggio e relativo materiale di consumo" per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale-Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 567 del 04/05/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 910 del 03/07/2020, è così composta:

Presidente: Dott.ssa Maria Teresa Sartori;

Componenti: Dott.ssa Paola Andriollo;
Dott.ssa Sandra Maria Volpin.

PREMESSO

- che la fornitura di cui trattasi sarà effettuata per n. 1 Lotto;
- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:



- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
 - la presentazione della gara e la pianificazione dei lavori della Commissione;
- rileva che le seguenti ditte hanno inviato l'offerta di gara entro i termini previsti:
 1. ARJO ITALIA S.P.A.
 2. MOVI S.P.A.
 3. PROMED S.R.L.
- dà corso alla lettura del Capitolato Speciale.

LA COMMISSIONE

- per quanto riguarda il Lotto n. 1 con riferimento alle offerte pervenute e ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale, nonché in riferimento all'oggetto di gara, ritiene fondamentale






provare le apparecchiature per cui stabilisce, viste le difficoltà del periodo le ferie e le chiusure varie, di dare mandato all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica di richiedere la campionatura alle ditte partecipanti per l'esame in Commissione e, successivamente, per la prova dei prodotti presso i reparti utilizzatori e l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale;

- dispone che i campioni siano indirizzati presso i Magazzini Centrali Beni di Consumo dell'Azienda Ospedale-Università Padova e vengano assegnati ai reparti utilizzatori per le prove.

La Commissione sospende i lavori e decide che la data del prossimo incontro venga concordata e comunicata a tutti i componenti per posta elettronica.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Dott.ssa Maria Teresa Sartori	
Dott.ssa Paola Andriollo	
Dott.ssa Sandra Maria Volpin	

Il verbalizzante: Dott. Daniele Rizzo



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA

VERBALE N. 2 DEL 24 SETTEMBRE 2020

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI PER COMPRESSIONE PNEUMATICA INTERMITTENTE FORNITE IN NOLEGGIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER I FABBISOGNI DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA "
ID GARA 19P081

L'anno duemilaventi, il giorno 24 settembre, alle ore 12,00 presso l'U.O.C. Farmacia dell'Azienda Ospedale-Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, sulla piattaforma telematica SINTEL per l'affidamento della fornitura di "ID 19P081 Fornitura di Sistemi per compressione pneumatica intermittente fornite in noleggio e relativo materiale di consumo" per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale-Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 567 del 04/05/2020

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 910 del 03/07/2020, è così composta:

Presidente: Dott.ssa Maria Teresa Sartori;

Componenti: Dott.ssa Paola Andriollo;
Dott.ssa Sandra Maria Volpin.

PREMESSO

- che la fornitura di cui trattasi sarà effettuata per n. 1 Lotto;
- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30



IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che:
 - i lavori della seduta odierna riguardano l'esame delle offerte delle ditte tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime sulla base della documentazione tecnica prodotta e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti;
 - i lavori della seduta odierna riguardano l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale;
 - non verranno ammesse alle fasi successive della procedura le ditte che saranno prive dei requisiti minimi richiesti da Capitolato Speciale, nonché le ditte che non risulteranno possedere il punteggio minimo complessivo previsto nel Capitolato Speciale,



LA COMMISSIONE




Rileva che:

- per quanto riguarda il Lotto 1, con riferimento ai criteri di valutazione richiesti dal Capitolato Speciale, a seguito di puntuale analisi delle offerte pervenute e della campionatura presentata, le ditte Arjo Italia S.p.a. e Promed S.r.l. hanno ottenuto un punteggio di qualità che viene descritto nell'Allegato 1 con le relative motivazioni per i punteggi inferiori ai massimi previsti;
- per quanto riguarda la ditta Movi S.p.a., in seguito all'esame della documentazione tecnica prodotta, è stato riscontrato che la stessa dichiara che il dispositivo di compressione pneumatica intermittente funziona in modalità simultanea e non alternata come richiesto da capitolato speciale, quale requisito minimo (pag. 4 rif. 1). Preso atto di tali dichiarazioni e, quindi, dell'assenza di uno dei requisiti fondamentali richiesti da Capitolato Speciale, la Commissione ha ritenuto di non procedere a successiva valutazione.

Si allega al presente Verbale il prospetto dei criteri di valutazione (Allegato 1).

I lavori terminano alle ore 14,45.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Dott.ssa Maria Teresa Sartori	
Dott.ssa Paola Andriollo	
Dott.ssa Sandra Maria Volpin	

Il verbalizzante: Dott. Daniele Rizzo



LOTTO 1

FORNITURA DI SISTEMI PER COMPRESSIONE PNEUMATICA INTERMITTENTE FORNITE IN NOLEGGIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO

CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI LOTTO	Punt. Mass	Punt. Min	Promed Sri	Movi Spa	Arjo Italia Spa
1 Dotazione di sistema di adattamento della compressione alle condizioni del paziente (albero vascolare venoso)	40	27	40		27
2 Compressione circonferenziale esercitata in accordo con le Linee Guida Internazionali* e presenza di tre camere	10	6	10		8
					Cicli di gonfiaggio automatico prefissato che non rilevano il tempo di riempimento dell'albero venoso e non si adattano alle condizioni del paziente.
					Le tre camere sono in sequenza ma non sono separate.
3 Traspirabilità, ridotta sudorazione, comfort, indossabilità e sistema di chiusura dei gambali, gambaletti e plantari.	5	3	5		3
					Rigidità del materiale con conseguente minor confort e indossabilità. Sistema di chiusura a due alette determina indossabilità ridotta.
4 Semplicità di utilizzo del sistema (apparecchiatura e materiale di consumo)	5	3	5		3

Luigi P. Adroaldo

Luigi

											Cavo elettrico corto. In situazioni di emergenza è stato riscontrato che i gambali insufficienti non si sganciano se staccati dal raccordo.
5	Caratteristiche tecniche apparecchiatura (esempio: silenziosità, ingombro, peso, autonomia alimentazione)	5	3		5						3
											Apparecchiature ingombrante e pesante. Tutti i raccordi sono fissi con conseguenti problemi di pulizia e ingombro.
6	Gamma delle misure disponibili dei gambali, gambaletti e plantari	5	3		5						3
											Scarsa gamma di misure disponibili. Necessario misurare circonferenza per cui meno immediato il riconoscimento delle taglie.
		70	45		70						47

Luigi
Pellegrino
Archetto

SA

//

In merito alle caratteristiche tecniche richieste per i compressori e, nello specifico, la richiesta della: "Erogazione di compressione alternata", comunichiamo che, come evidenziato nello studio clinico dal titolo: "**Comparison of Simultaneous and Alternate Bilateral Pneumatic Compression in Hemodynamic Effects and Thromboprophylaxis After Total Knee Arthroplasty**pubblicato" pubblicato già nel 2014 risulta equivalente, in termini di effetti sullo stato emodinamico dei pazienti e di conseguenza in termini di efficacia preventiva della trombosi venosa profonda e dell'embolia polmonare, la modalità di compressione "alternata" degli arti rispetto a quella "simultanea".

Si rende noto altresì che la modalità di compressione "simultanea" degli arti permette di effettuare il doppio dei cicli di compressione a parità di tempo rendendo di fatto la terapia maggiormente efficace.

Per quanto sopra descritto e in base alle evidenze cliniche sottolineiamo l'equivalenza sia tecnica che clinica del sistema proposto da MOVI SPA con quanto richiesto nelle caratteristiche tecniche di gara. //

In quanto viene come riportato,
ed in relazione alle equivalenze
prodotte con studi clinici pubblicati,
si avverte che, in termini di efficacia,
il sistema offerto da MOVI SPA
è equivalente ed addirittura superiore.
Si chiede perciò quindi la
SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA della
Trattativa in oggetto e la
revocazione della voluntà non
del prodotto.

AAP

LUCA LOMBARDI

