



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

Padova, 17/06/2020

Oggetto: ID GARA 20A120 – Procedura di gara per la fornitura di “Frigoriferi e congelatori” per l’Azienda Ospedale-Università Padova.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE CON RELATIVE RISPOSTE

1	Ritenete idonei produttori non certificati OHSAS 18001:2007?	Si ritiene idoneo anche il produttore non certificato
2	Vengono accettati interni in acciaio verniciato antigraffio che è in termini di qualità, equivalente se non superiore all'acciaio INOX in quanto non soggetto, in alcun modo, a ruggine?	Interni in acciaio verniciato antigraffio sono accettati per frigoriferi +4°C ma non per frigo emoteche e congelatori, come indicato nelle tabelle delle caratteristiche tecniche

Aggiornato al 17/06/2020

Il Dirigente della
UOS Gare e Contratti
Ing. Francesca Menotto

