



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

Padova, 29/06/2020

Oggetto: ID GARA 20A120 – Procedura di gara per la fornitura di “Frigoriferi e congelatori” per l’Azienda Ospedale-Università Padova.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE CON RELATIVE RISPOSTE

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Ritenete idonei produttori non certificati OHSAS 18001:2007? | Si ritiene idoneo anche il produttore non certificato |
| 2 | Vengono accettati interni in acciaio verniciato antigraffio che è in termini di qualità, equivalente se non superiore all'acciaio INOX in quanto non soggetto, in alcun modo, a ruggine? | Interni in acciaio verniciato antigraffio sono accettati per frigoriferi +4°C ma non per frigo emoteche e congelatori, come indicato nelle tabelle delle caratteristiche tecniche |
| 3 | Per i prodotti 1/A1, 2/A2, 3/B1 viene richiesta la certificazione DIN 58345. Non vediamo la ragione di richiedere la conformità dell'apparecchiatura ad una norma tedesca che è applicabile in senso stretto solo in Germania. Riteniamo che la richiesta oltre ad essere inappropriata per il fatto che le macchine vengono installate in Italia e non in Germania, costituisce anche un illegittimo restringimento della concorrenza | Si comunica che la richiesta di certificazione DIN 58345 per i prodotti 1/A1, 2/A2, 3/B1 non deve essere presa in considerazione |
| 4 | Per i prodotti 6/D2, 5/D1 si richiedono congelatori con temperatura di esercizio -20°C con un range di temperatura -18°C/-40°C. Si chiede se per la clausola di equivalenza è possibile offrire congelatori con un range impostabile tra -10 e -30 che sono in grado di garantire una temperatura di esercizio a -30°C | Si conferma che verranno presi in considerazione anche apparecchi con un range impostabile tra -10 e -30 |
| 5 | Per i congelatori orizzontali si chiede di fornire dei cestelli. Si chiede se per la clausola di equivalenza possono essere forniti rack in acciaio inox in grado di contenere scatole cryobox | Vanno bene anche i rack per cryobox in sostituzione dei cestelli |
| 6 | Nel disciplinare di gara viene richiesto che la sottoscrizione della garanzia deve essere apposta in calce con sigla, timbro e generalità del sottoscrittore indicando la qualifica che attesti i poteri di firma. Si richiede se è possibile presentare una garanzia in formato elettronico firmata digitalmente (oramai prassi comune ed equipollente alla firma in originale su cartaceo) | E' possibile presentare i documenti firmati digitalmente |

Aggiornato al 29/06/2020

Il Dirigente della
UOS Gare e Contratti
Ing. Francesca Menotto