

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER IMMUNOEMATOLOGIA MOLECOLARE AD ALTA PRODUTTIVITA' PER LA TIPIZZAZIONE DI ANTIGENI ERITROCITARI E LEUCOPIASTRINICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER LA U.O.C. IMMUNOTRASFUSIONALE DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA – ID 20D032

ID SINTEL 136390100

CHIARIMENTI

	QUESITI	RISPOSTE
1	Con riferimento ai fabbisogni indicati a pag. 3 del Capitolato Speciale, laddove vengono richiesti i test "Tipizzazione Molecolare del sistema Rh", si chiede di confermare che non sono compresi gli antigeni RHD (WEAK AND PARTIAL)	Si conferma che <u>NON sono compresi</u> gli antigeni RHD (Weak and Partial).
2	Con riferimento a quanto previsto a pag 5 del capitolato speciale , punto g) si chiede di indicare, laddove possibile, il numero dei test che l'Azienda Aggiudicataria dovrà eseguire.	L'approfondimento diagnostico verrà richiesto per casi clinici di particolare interesse, al momento non quantificabili e comunque in numero esiguo.
3	Al fine di non rendere eccessivamente onerosa la partecipazione delle Aziende, si chiede di confermare che sia possibile presentare in lingua originale (es: inglese), le dichiarazioni di conformità rilasciate dal fabbricante, le certificazioni di qualità ISO e gli eventuali lavori biografici.	Le certificazioni CE e la documentazione tecnico-scientifica possono essere allegate in lingua veicolare (inglese) in fase di gara. Dovrà essere fornita l'autodichiarazione attestante la conformità alle direttive comunitarie
4	In riferimento alla tipologia di esame "Tipizzazione Molecolare del sistema Rh" nella tabella fabbisogni a pag. 3 del Capitolato speciale si chiede conferma che si intendesse RhCE	Si conferma lo studio RhCE.
5	Si chiede conferma che, per i profili 1,2,3 e 4 elencati nella tabella dei fabbisogni a pag. 3 capitolato speciale, si possa offrire un unico Kit.	Si conferma la possibilità di eseguire i test richiesti con un unico kit.
6	Qualora fosse possibile offrire un unico kit, si chiede conferma che, la numerosità dei test per i profili 1,2,3 e 4 espressi nella tabella fabbisogni a pag. 3 del Capitolato Speciale, si debba intendere come: 1.000 totali non per profilo.	Si intende eseguire lo studio dei sistemi gruppoematici indicati su 1000 campioni anno.
7	Si chiede conferma che ai fabbisogni annui si	Si conferma l'aggiunta dei controlli positivi e negativi

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Sostituto Responsabile Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Ing. Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: Gare Beni di consumo


Tel. 049/8216085 – E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

	debbano aggiungere i controlli positivi e negativi. A tal proposito, al fine di rendere semplificato il calcolo per le aziende, si chiede la possibilità di considerare 50 settimane lavorative.	considerando le 50 settimane lavorative.
8	Si chiede di confermare che la fatturazione sarà KIT.	La fatturazione dovrà essere effettuata considerando l'unità di misura vendibile e offerta in sede di gara.
9	Si chiede conferma di poter offrire prodotti (calibratori, micropiastre, accessori, consumabili, etc.) nel modello di offerta economica (allegato D) a prezzo 0 (zero €)	Si conferma
10	Si chiede di esplicitare le modalità di compilazione dei modelli di offerta economica (allegato C e D) essendo le apposite caselle evidenziate in colori differenti (bianchi e grigi) come se alcune dovessero essere compilate ed altre no.	Si rimanda all'allegato D pubblicato nella sezione "documentazione di gara"
11	Si chiede di confermare se il prezzo unitario omnicomprensivo, richiesto nell'allegato D va calcolato spalmando il valore del service e del rental sul numero di test offerti	Il prezzo unitario a test omnicomprensivo indicato nel primo schema dell'Allegato D è calcolato sulla base dei reagenti, materiali di consumo, strumenti. Mentre negli schemi successivi dovranno essere esplicitati gli strumenti e i materiali necessari per l'effettuazione dei test oggetto di gara, e relativi prezzi unitari.
12	Si chiede di specificare che, nel modulo di offerta allegato D, la colonna K "Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta" della sezione "Strumentazione" sia un refuso, da poter cancellare dal modulo stesso, in quanto l'offerta di gara non prevede la vendita di strumentazione né tantomeno è prevista una percentuale di sconto da applicare sulla base d'asta per la sola parte strumentazione. La fornitura, come indicato nelle colonne L ed M dello stesso modulo, è una locazione strumentale.	La colonna K per la parte delle attrezzature deve ritenersi refuso.
13	Si chiede di specificare che, nel modulo di offerta allegato D, la colonna N "Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (MAX 5 decimali)" della sezione "reagenti" sia un refuso in quanto l'offerta di gara non prevede un prezzo a base d'asta per singolo reagenti offerto.	La percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (max 5 decimali) non è riferita ai reagenti ma alla base d'asta che, come indicato negli atti di gara, è per l'importo complessivo della fornitura (oggetto di gara e periodo contrattuale 36 mesi + 12 mesi)
14	chiediamo di verificare se il quantitativo di test indicati nel Capitolato Speciale Specifiche Tecniche e Fabbisogni sia da intendersi TRIENNALE e non annuale. Questo in considerazione dell'importo della base d'asta che parrebbe troppo esiguo per la tipologia di esami richiesti.	Si confermano i quantitativi annuali

Aggiornato in data 16/4/2021

Il Dirigente della
U.O.S. Gare e Contratti
Ing. Francesca Menotto



UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Sostituto Responsabile Ing. Francesca Menotto

Responsabile del procedimento: Ing. Francesca Menotto

Istruttoria: Michela Zannini - Sezione: Gare Beni di consumo

Tel. 049/8216085 – E-mail: michela.zannini@aopd.veneto.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento