

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
<b>31/07/2024</b>	<b>10:00</b>	<b>11:00</b>
<b>OGGETTO: 8° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P005 "Medicazioni" per reparti vari dell'Azienda Ospedale-Università Padova</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti:	Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Elisa Franco – Cardiocirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

Il giorno 31.07.2024 ore 10:00 presso l'aula didattica della UOC Farmacia sita a piano rialzato del Monoblocco si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni per reparti vari dell'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 24.03.2023.

Il Direttore Generale con Delibera n. 1515 del 18.08.2023 ha nominato la Commissione Giudicatrice, successivamente rettificata con Delibera n. 253 del 13/02/2024 che risulta così composta:

Presidente: Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2

Componenti: Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica

Dr.ssa Elisa Franco – Cardiocirurgia Tipo

Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H

Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia

**PREMESSO CHE**

- la fornitura di cui trattasi è composta da 34 lotti;
- per i lotti 7 – 22 – 25 – 27 – 28 – 30 - 33 non risultano pervenute offerte, pertanto risultano aggiudicabili 27 lotti;



La Commissione termina i lavori alle ore 12:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 3 facciate e un allegato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti	Dr. Savino Cariati – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Elisa Franco – Cardiochirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
1	1	Sacche per isolamento organi in polietilene o altro idoneo materiale cm 50 x 50 circa, confezione singola sterile	NR	1.600	4.800

				MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL		
criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
<b>Sigillatura dei bordi</b>	D		35	1	35	ottima sigillatura dei bordi
<b>Tenuta del sistema di chiusura</b>	D		30	1	30	ottima tenuta del sistema di chiusura
<b>Confezionamento</b>	D		5	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
MEDLINE INTERNATIONAL	<b>70</b>	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
2	1	Assorbente igienico a rete da gr 10 di cotone idrofilo, per uso sanitario F.U., misura cm 20 x cm 6, contenuti in sacco di plastica da 100 pezzi	NR	100.000	300.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Dealfa Srl			FARMAC-ZABBAN			SA.VE.PA		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Assorbenza	D		30		0		0,6	18	Assorbenza buona, l'assorbente appare leggermente sottile per l'utilizzo nei primi giorni post partum in cui le puerpere hanno piu' lochiazioni		0	
Confort del paziente morbidezza	D		15		0		1	15	ottimo il confort del paziente		0	
Tollerabilità	D		20		0		1	20	ottima la tollerabilità		0	
Confezionamento	D		5		0		1	5	ottimo il confezionamento		0	
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>0</b>			<b>53</b>			<b>0</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
FARMAC-ZABBAN	53	70,00
Dealfa Srl	Non valutate. Requisiti di minima non soddisfatti	
SA.VE.PA		

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
3	1	Materiale da imbottitura sottogesso in feltro autoadesivo in fogli, misure 20 x 40 cm circa, spessore 5 circa	NR	400	1.200

				Lohmann & Rauscher S.r.l		
criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Conformabilità al gesso e alle prominenze ossee (verrà valutata l'adesione sulla pelle e la malleabilità nel girare la benda con prova della campionatura )	D		30	1	30	ottima la conformabilità del gesso
Morbidezza	D		20	1	20	ottima morbidezza
Consistenza del feltro	D		15	1	15	ottima consistenza del feltro
Confezionamento	D		5	1	5	otimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Lohmann & Rauscher S.r.l	70	//

LOTTO	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
4	1	Garza di cotone per medicazione, 4 strati, titolo 12/8, filato 32/40, cm 40 x 40, sterile, cucita ai bordi e senza laccio, confezione da 5 unità, in busta singola	NR	18.000	54.000
	2	Garza di cotone per medicazione, 4 strati, titolo 12/8, filato 32/40, cm 60 x 80, sterile, cucita ai bordi e senza laccio, confezione da 5 unità, in busta singola	NR	12.000	36.000
	3	Pezza di garza idrofila di cotone, per medicazione, titolo 12/12, tipo 24 (a), peso mq 45 gr +/-2, confezione singola da cm 120 xcm 200, sterile, piegata in busta singola	NR	2.000	6.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Dealfa Srl			FARMAC-ZABBAN			SA.VE.PA		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Mantenimento della regolarità della tessitura	D		30	1	30	ottimo mantenimento della regolarità della tessitura	0,6	18	buon mantenimento della regolarità della tessitura, durante l'utilizzo riscontrato leggero cedimento	0,4	12	scarso mantenimento della regolarità della tessitura tende a sfaldarsi quando viene maneggiata
assenza di dispersione di fibre di cotone	D		25	1	25	assenza di dispersione di fibre	0,6	15	riscontrata minima dispersione di fibre	0,6	15	riscontrata minima dispersione di fibre
Morbidezza	D		10	1	10	ottima morbidezza	0,2	2	riscontrata eccessiva rigidità dovuta alla tramatura molto fitta che riduce la traspirabilità nelle grandi ustioni	1	10	ottima morbidezza
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>40</b>			<b>42</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
DEALFA SRL	70	//
SA.VE.PA	42	//
FARMAC-ZABBAN	40	al di sotto della soglia di sbarramento

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
5	1	Garza laparotomica di cotone 4 strati cm 60 x cm 80, titolo 12/12, filato 32/40, con laccio lungo cm 30 circa, con filo bario inserito in trama, sterile, confezione da 5 unità, in busta doppia	NR	6.000	18.000
	2	Lunghette di garza idrofila di cotone, 4 strati, titolo 12/12, filato 32/40, cm 10 x cm 250, con filo di bario inserito in trama, sterile, confezione da 1 o 2 unità, in busta doppia	NR	300	900
	3	Lunghette sterili di garza idrofila di cotone titolo 12/8, 8 o 10 strati, cm 1,5 x 100 con filo di bario, in doppia busta da 1 pezzo	NR	100	300

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Dealfa Srl			FARMAC-ZABBAN			SA.VE.PA		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Mantenimento della regolarità della tessitura	D		20	1	20	ottimo mantenimento della regolarità	1	20	ottimo mantenimento della regolarità	0,4	8	la tessitura non risulta regolare e se sottoposta a lieve trazione meccanica perde la sua conformazione originale
assenza di dispersione di fibre di cotone valutato con la campionatura	D		15	1	15	assenza di perdita di fibre	1	15	assenza di perdita di fibre	0,2	3	durante la prova riscontrata perdita di fibre da parte della garza.
Filo di bario saldamente inserito nella tramatura della garza	D		15	1	15	ottima la saldatura del filo di bario	1	15	ottima la saldatura del filo di bario	1	15	ottima la saldatura del filo di bario
Resistenza della cucitura	D		10	1	10	ottima la resistenza della cucitura	1	10	ottima la resistenza della cucitura	0,4	4	la cucitura risulta meno stabile se il tessuto viene sollecitato si creano dei buchi.
Morbidezza	D		5	1	5	Ottima la morbidezza	0,2	1	il tessuto risulta rigido al tatto	0,2	1	il tessuto risulta rigido al tatto
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo il confezionamento	1	5	ottimo il confezionamento	1	5	ottimo il confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>66</b>			<b>36</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
DEALFA SRL	70	//
FARMAC-ZABBAN	66	//
SAVEPA	36	al di sotto della soglia di sbarramento



Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
8	1	Benda elastica bianca tipo IDEAL cm 15 x 4,5 mt circa in tensione, confezione singola, rotoli	NR	2.000	6.000
	2	Benda elastica bianca tipo IDEAL cm 20 x 4,5 mt circa in tensione, confezione singola, rotoli	NR	1.000	3.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	FARMAC-ZABBAN			Paul Hartmann		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Tenuta nel posizionamento	D		20	0,6	12	nelle manovre di posizionamento si denota lieve scivolamento sul paziente		0	
Elasticità	D		20	0,4	8	Discreta elasticità, alla trazione non garantisce una estensione del 100%		0	
Consistenza del tessuto	D		20	0,4	8	Discreta consistenza del tessuto. Il tessuto appare molto leggero e trasparente		0	
Comfort del paziente	D		5	1	5	ottimo confort del paziente		0	
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento		0	
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>38</b>			<b>0</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio
FARMAC-ZABBAN	38	al di sotto della soglia di sbarramento
PAUL HARTMANN	Non valutata. Requisiti minimi non soddisfatti.	

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
9	1	Bendaggio sterile per dita pronto all'uso, dotato di dispositivo per fissaggio al polso o altro sistema equivalente, misura grande, in confezione singola sterile	NR	2.000	6.000
	2	Bendaggio sterile per dita pronto all'uso, dotato di dispositivo per fissaggio al polso o altro sistema equivalente, misura media, in confezione singola sterile	NR	1.600	4.800
	3	Bendaggio sterile per dita pronto all'uso, dotato di dispositivo per fissaggio al polso o altro sistema equivalente, misura piccola, in confezione singola sterile	NR	500	1.500

				FRA PRODUCTION		
criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Tenuta nel posizionamento	D		35	1	35	ottima tenuta nel posizionamento
Consistenza del tessuto	D		30	1	30	ottima consistenza del tessuto
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
FRA PRODUCTION	70	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
10		Maglia di cotone tubulare elastica per sostegno, confezione da 10 metri circa, misure :			
	1	B cm 6,25 circa	NR	1	3
	2	D cm 7,5 circa	NR	5	15
	3	E cm 8,75 circa	NR	2	6
	4	F cm 10 circa	NR	20	60
	5	G cm 12 circa	NR	30	90
	6	J cm 17,5 circa	NR	1	3
	7	K cm 21,5 circa	NR	3	9
	8	L cm 32,5 circa	NR	1	3
9	M cm 36 circa	NR	3	9	

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	FARMAC-ZABBAN			FRA PRODUCTION		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Elasticità	D		20	1	20	ottima elasticità	1	20	ottima elasticità
Aderenza sulla cute	D		5	0,6	3	Buona aderenza sulla cute. Riscontrato leggero scivolamento durante il movimento	1	5	ottima aderenza sulla cute
Tenuta del sostegno	D		20	0,6	12	Buona tenuta del sostegno. Riscontrato leggero cedimento nella zona dell'articolazione	0,8	16	molto buona la tenuta del sostegno, Riscontrato lieve cedimento
Consistenza del tessuto	D		20	0,6	12	la consistenza del tessuto permette una minor tenuta del fissaggio	1	20	ottima la consistenza del tessuto
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	0,8	4	durante l'utilizzo la confezione di cartone risulta poco resistente perdendo consistenza
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>52</b>			<b>65</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
FRA PRODUCTION	65	70,00
FARMAC-ZABBAN	52	56,00

	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
11	1	Bende premifistola elastiche, sterili con tampone e adesivo finale, lunghezza cm 70 circa in confezione da due bende	CONF	28.000	84.000
	2	Bende premifistola elastiche, sterili con tampone e adesivo finale, lunghezza cm 45 circa in confezione da due bende + 2 copriago di sicurezza in materiale plastico	CONF	18.000	54.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	D.R.M. S.r.l			EMODIAL		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Capacità di tamponamento	D		25	1	25	ottima capacità di tamponamento	0,6	15	assenza del cartoncino che rende meno efficace la capacità di tamponamento e rende più difficoltoso il posizionamento
Tenuta del posizionamento	D		25	1	25	ottima tenuta del posizionamento	0,6	15	riscontrato qualche episodio di non tenuta
Grado di elasticità	D		15	1	15	ottimo grado di elasticità	1	15	ottimo grado di elasticità
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>50</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
D.R.M. S.r.l	70	//
EMODIAL	50	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
12	1	Cerotto premifistola anallergico sterile, in confezione singola	NR	12.000	36.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	D.R.M. S.r.l			EMODIAL		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Grado di adesività	D		25	1	25	ottimo grado di adesività	1	25	ottimo grado di adesività
Capacità di tamponamento	D		25	1	25	ottima capacità di tamponamento	1	25	ottima capacità di tamponamento
Assenza di irritazioni cutanee e residui collosi sulla cute dopo la rimozione (T)	T		15	1	15	assenza di residui e irritazioni	0	0	riscontrati residui di colla alla rimozione con leggera irritazione cutanea.
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>55</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
D.R.M. S.r.l	70	//
EMODIAL	55	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
13	1	Gambaletti antitrombo a compressione graduata, circa mm 18 Hg alla caviglia, con tallone anatomico in diverse taglie e misure Confezione singola. I gambaletti devono essere sterilizzabili e lavabili	PAIA	500	1.500

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	COREMEC			Essity Italy			Lohmann & Rausche			PROMED		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Tenuta del posizionamento	D		25	0,8	20	l'elastico in corrispondenza del ginocchio perde tenuta con il passare dei giorni	0,8	20	l'elastico in corrispondenza del ginocchio perde tenuta con il passare dei giorni		0		0,8	20	l'elastico in corrispondenza del ginocchio perde tenuta con il passare dei giorni
Facilità di applicazione	D		20	0,4	8	passaggio del tallone risulta molto difficoltoso	1	20	applicazione scorrevole, senza intoppi		0		1	20	applicazione scorrevole, senza intoppi
Tollerabilità	D		20	1	20	ottima tollerabilità	1	20	ottima tollerabilità		0		1	20	ottima tollerabilità
Confezionamento	D		5												
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>53</b>			<b>65</b>			<b>0</b>			<b>65</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Essity Italy	65	70,00
PROMED	65	70,00
COREMEC	53	57,08
Lohmann & Rausche	Non valutata. Requisiti di minima non soddisfatti	

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
14		Bende gessate sintetiche con resine poliuretaniche o altro idoneo materiale prive di fibre di vetro, confezioni da 3,5 metri circa, misure:			
	1	cm 7,5	NR	30	90
	2	cm 10	NR	60	180
	3	cm 12,5	NR	50	150

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Essity Italy			Lohmann & Rausche		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Facilità di modellamento	D		25	1	25	ottima facilità di modellamento	0,8	20	Modellamento non ottimale, Bende un pò rigide
Facilità di srotolamento	D		20	1	20	ottima facilità di srotolamento	0,8	16	Facilità di srotolamento non ottimale, riscontrata Lieve difficoltà a inumidirsi
Traspirabilità	D		20	1	20	ottima traspirabilità	1	20	ottima traspirabilità
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>61</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Essity Italy	70	//
Lohmann & Rausche	61	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
15	1	Stecca gessata sintetica con resine poliuretaniche o altro idoneo materiale e imbottitura in fibra di vetro (tipo "Prelude"), misura cm 20 cnf. da 2 mt circa	NR	20	60

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Essity Italy		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Facilità di modellamento	D		35	1	35	ottima facilità di modellamento
Facilità al taglio	D		10	1	10	ottima facilità di taglio
Traspirabilità	D		20	1	20	ottima traspirabilità
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Essity Italy	70	//



Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
16		Sistema di trazione cutanea adesivo per arti fratturati:			
	1	adulti	NR	30	90
	2	bambini	NR	5	15

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Essity Italy			EUROFARM		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
<b>Adesività</b>	D		35	1	35	ottima adesività	1	35	ottima adesività
<b>Tenuta del sistema</b>	D		30	1	30	ottima tenuta del sistema	1	30	ottima tenuta del sistema
<b>Confezionamento</b>	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Essity Italy	70	//
EUROFARM	70	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
17	1	Medicazioni sterili pre-tagliate per il fissaggio sondini nasogastrici, adesive, misura adulti e pediatrica, in confezione singola sterile	NR	8.000	24.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	3M ITALIA			EUROFARM			MEDICAL LUME			TSS MEDICAL SRL		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Adesività e tenuta del fissaggio	D		25		0		0,2	5	scarsa adesività e tenuta del fissaggio. alla minima trazione il dispositivo si toglieva. le alette non avvolgono il dispositivo in maniera efficace non garantendo un'efficace tenuta nel tempo	0,8	20	molto buona l'adesività e la tenuta del fissaggio. Alla minima presenza di secrezioni e umidità riscontrata comunque una garanzia di tenuta	0,6	15	buona l'adesività e la tenuta del fissaggio. Alla minima presenza di secrezioni e umidità riscontrata minore garanzia di tenuta
Comfort del paziente (medicazione di dimensioni adeguate)	D		10		0		0,4	4	fissaggio del cerotto al sondino non ha delle dimensioni adeguate per tenerlo ancorato	1	10	ottimo confort	1	10	ottimo confort
assenza di irritazioni cutanee e residui collosi sulla cute dopo la rimozione (T)	T		15		0		si	15	assenza di irritazioni e residui	si	15	assenza di irritazioni e residui	si	15	assenza di irritazioni e residui
mantenimento del corretto posizionamento del sondino senza creare decubiti	D		15				0,8	12	le alette non avvolgono il dispositivo in maniera efficace non garantendo un'efficace tenuta nel tempo	1	15	ottimo mantenimento del corretto posizionamento del sondino	1	15	ottimo mantenimento del corretto posizionamento del sondino
Confezionamento	D		5		0		1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>0</b>			<b>41</b>			<b>65</b>			<b>60</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
MEDICAL LUME	65	70,00
TSS MEDICAL SRL	60	64,62
EUROFARM	41	al di sotto della soglia di sbarramento
3M ITALIA	Non valutata. Requisiti di minima non soddisfatti	

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
18	1	Medicazioni sterili per fissaggio di cateteri epidurali in confezione singola sterile	NR	2.000	6.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	3M ITALIA			Paul Hartmann			TSS MEDICAL SRL		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
tenuta del fissaggio	D		20	0,4	8	Il fissaggio del catetere epidurale risulta discreto		0		1	20	ottimo fissaggio del catetere
deve evitare il piegamento del catetere epidurale	D		15	0,2	3	la medicazione non presenta un sistema di dedicato per evitare il piegamento del catetere		0		1	15	il dispositivo presenta un sistema dedicato per evitare il piegamento del catetere epidurale
Visibilità del punto d'inserzione del catetere	D		10	1	10	ottima visibilità		0		1	10	ottima visibilità
Posizionamento agevole	D		10	1	10	posizionamento agevole				1	10	posizionamento agevole
Assenza di irritazioni cutanee e residui collosi sulla cute dopo la rimozione	T		10	no	0	presenza di residui collosi		0		no	0	presenza di residui collosi
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento		0		1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>36</b>			<b>0</b>			<b>60</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
TSS MEDICAL SRL	60	<b>70,00</b>
3M ITALIA	36	al di sotto della soglia di sbarramento
Paul Hartmann	Non valutata. Requisiti di minima non soddisfatti	

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
20	1	Medicazione adesiva sterile trasparente in poliuretano estensibile per piaghe da decubito, ustioni e abrasioni superficiali, con adesivo ipoallergenico, permeabili ai gas, cm 6 x 7 circa, confezione singola sterile, in scatole da 100 pezzi massimo	NR	55.000	165.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Benefis Srl			Dealfa Srl			Eurofarm Spa			FARMAC-ZABBAN		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Assenza di irritazioni cutanee	T		25	si	25	assenza irritazioni cutanee	no	0	riscontrate irritazioni cutanee	no	0	riscontrate irritazioni cutanee	si	25	assenza irritazioni cutanee
Facilità di applicazione	D		10	1	10	ottima facilità	0,4	4	discreta facilità di applicazione, il dispositivo non aderisce bene alla cute	0,2	2	la rimozione della parte adesiva non facilita l'applicazione della medicazione da parte dell'operatore	0,8	8	Facilità di applicazione molto buona. La medicazione risulta un pò meno adattabile alla conformazione delle aree anatomiche.
Rimozione atraumatica	D		20	1	20	ottima rimozione	0,4	8	riscontrati alcuni traumatismi nella rimozione	0,2	4	frequenti traumatismi e arrossamenti nella rimozione	0,8	16	rari traumatismi alla rimozione
Consistenza della pellicola (i bordi non si devono arricciare)	D		10	1	10	ottima consistenza della pellicola	0,4	4	riscontrati arricciamenti nei bordi della medicazione	0,2	2	riscontrati frequenti arricciamenti nei bordi della medicazione	0,8	8	riscontrati rari casi di arricciamento dei bordi
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	0,2	1	difficoltà a reperire l'invito all'apertura della confezione	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>21</b>			<b>9</b>			<b>62</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Benefis Srl	70	//
FARMAC-ZABBAN	62	//
Dealfa Srl	21	al di sotto della soglia di sbarramento
Eurofarm Spa	9	al di sotto della soglia di sbarramento

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
21	1	Medicazioni sterili non adesive, in poliuretano non trasparente, permeabili ai gas, impermeabili ai liquidi, cm 70 x 40 circa, confezione singola sterile	NR	100	300

				SMITH & NEPHEW SRL		
criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Morbidezza	D		30	1	30	ottima morbidezza
Capacità di assorbimento degli essudati	D		35	1	35	ottima capacità di assorbimento
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
SMITH & NEPHEW SRL	70	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
24	1	Cerotti per fissaggio di medicazioni in tessuto non tessuto, traforato, con adesivo ipoallergenico e protezione in carta siliconata, cm 30 x 10 metri circa	NR	100	300

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Dealfa Srl			Eurofarm Spa			FARMAC-ZABBAN		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Adesività e tenuta del fissaggio	D		25	0,8	20	molto buona l'adesività e la tenuta del fissaggio	0,2	5	tenuta molto scarsa	1	25	ottima adesività
Assenza di irritazioni cutanee e residui collosi sulla cute dopo la rimozione	T		20	si	20	assenza di irritazioni	si	20	assenza di irritazioni	si	20	assenza di irritazioni
Facilità di rimozione della parte non adesiva	D		15	1	15	ottima la rimozione	0,2	3	difficoltà nella rimozione della parte non adesiva in quanto si accartoccia su se stessa	1	15	ottima la rimozione
Idrorepellenza	D		5	0,8	4	molto buona l'idrorepellenza, in presenza di liquidi riscontrata minima tendenza a bagnarsi	0,4	2	scarsa idrorepellenza, in presenza di liquidi il dispositivo non garantisce la totale adesività	0,8	4	molto buona l'idrorepellenza, in presenza di liquidi riscontrata minima tendenza a bagnarsi
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>64</b>			<b>35</b>			<b>69</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio
FARMAC-ZABBAN	69	<b>70,00</b>
DEALFA	64	<b>64,93</b>
Eurofarm Spa	35	al di sotto della soglia di sbarramento

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
26	1	Telino chirurgico per incisione, trasparente, in idoneo materiale, con area adesiva adeguata, cm 20x20 circa, confezione singola sterile	NR	120	360
	2	Telino chirurgico per incisione, trasparente in idoneo materiale, area adesiva adeguata, cm 45x60 circa, confezione singola sterile	NR	3.000	9.000
	3	Telino chirurgico per incisione, trasparente, in idoneo materiale, area adesiva adeguata, cm 60x90 circa, confezione singola sterile	NR	1.500	4.500

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Betatex SpA			Dealfa Srl			Eurofarm SpA			Tiaset		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
<b>Drappeggiabilità (capacità del telo di aderire alla cute senza pieghe)</b>	D		25	1	25	ottima capacità di adesione alla cute	0,8	20	nella fase di applicazione del dispositivo riscontrata minima drappeggiabilità	0,6	15	si riscontrano zone con la formazione di bolle d'aria che non garantiscono una perfetta adesione alla cute.	1	25	ottima capacità di adesione alla cute
<b>Adesività</b>	D		25	1	25	ottima adesività	0,2	5	non mantiene l'adesività durante tutto il corso della procedura chirurgica	0	0	non mantiene l'adesività durante il corso della procedura chirurgica	1	25	ottima adesività
<b>Impermeabilità (capacità del telo di proteggere la cute del paziente dai liquidi)</b>	D		15	1	15	ottima impermeabilità	1	15	ottima impermeabilità	0,4	6	impermeabilità compromessa nel momento in cui il dispositivo non è adeso alla cute	1	15	ottima impermeabilità
<b>Confezionamento</b>	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>45</b>			<b>26</b>			<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Betatex SpA	70	//
Tiaset	70	//
Dealfa Srl	45	//
Eurofarm SpA	26	al di sotto della soglia di sbarramento

<b>Lotto n.</b>	<b>Rif.</b>	<b>Descrizione lotto</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Fabbisogno annuo</b>	<b>Fabbisogno 36 mesi</b>
29	1	Collare cervicale in plastica misure varie	NR	30	90

				<b>FARMAC-ZABBAN</b>		
<b>criteri di valutazione</b>	<b>tipologia criterio</b>	<b>punti min</b>	<b>punti max</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Motivazione</b>
<b>Gamma di misure</b>	Q		15		15	tre misure
<b>Comfort del paziente</b>	D		25	1	25	ottimo confort del paziente
<b>Traspatibilità</b>	D		20	1	20	ottima traspirabilità
<b>Praticità nella chiusura</b>	D		10	1	10	ottima praticità nella chiusura
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	

<b>DITTA</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio riparametrato</b>
FARMAC-ZABBAN	70	//



Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
31	1	Adesivo tissutale sterile a base di acrilato per la sutura di ferite cutanee, confezione singola sterile da 0,5 ml circa	NR	1.000	3.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	B. Braun Milano SpA			Essity Italy			Gem Srl			ID&CO			Medival Srl		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Capacità di chiusura delle ferite	D		35	1	35	ottima capacità di chiusura	0,4	14	discreta capacità di chiusura delle ferite. durante la prova l'adesivo non garantisce la completa chiusura della ferita in quanto di consistenza apparentemente gommosa	1	35	ottima capacità di chiusura	1	35	ottima capacità di chiusura	1	35	ottima capacità di chiusura
Praticità d'uso	D		20	1	20	ottima praticità d'uso. l'erogatore è composto da un unico pezzo già assemblato pronto all'uso. Il dispositivo non necessita di stoccaggio a temperatura controllata.	0,2	4	non pratica non permette di instillare microgocce sul sito chirurgico. Provvisto di una punta a becco di flauto assorbente che non eroga l'adesivo in modalità goccia goccia. L'iniziale colorazione viola copre il sito e non permette la valutazione attenta se non solo dopo la completa polimerizzazione della colla.	0,2	4	praticità d'uso discreta. la punta va assemblata al contenitore dell'adesivo, stoccaggio delle scorte a temperatura controllata tra 2° e 8° che richiede un'organizzazione dedicata.	0,4	8	L'applicatore a becco di flauto consente una erogazione meno agevole in modalità goccia a goccia. Il dispositivo non necessita di stoccaggio a temperatura controllata. L'iniziale colorazione viola copre il sito e non permette la valutazione attenta se non solo dopo la completa polimerizzazione della colla.	0,2	4	praticità d'uso discreta. la punta va assemblata al contenitore dell'adesivo, stoccaggio delle scorte a temperatura controllata tra 2° e 8° che richiede un'organizzazione dedicata.
Rapidità di azione sulla base di documentazione tecnica e prova pratica	Q		10		10	30 SECONDI		6,66	60 secondi		3,33	90 secondi		10	meno di 30 secondi		10	30 SECONDI (10 + 20)
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	0,2	1	la confezione si è aperta in malo modo compromettendo la sterilità del campo	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>29,66</b>			<b>43,33</b>			<b>58</b>			<b>54</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
B. Braun Milano SpA	70	//
ID&CO	58	//
Medival Srl	54	//
Gem Srl	43,33	//
Essity Italy	29,66	al di sotto della soglia di sbarramento

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
32	1	Cerotti adesivi sterili per suture cutanee, anallergici, permeabili ai gas, mm 3x75 circa	strisce	32.000	96.000
	2	Cerotti adesivi sterili per suture cutanee, anallergici, permeabili ai gas, mm 25x100 circa	strisce	80.000	240.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	EUROFARM			FARMAC-ZABBAN			Paul Hartmann		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Grado di adesività, capacità di chiusura delle ferite,	D		30	1	30	ottimo grado di adesività e capacità di chiusura delle ferite						
Impermeabilità	D		10	1	10	ottima impermeabilità						
Conformabilità	D		15	1	15	ottima conformabilità						
Assenza di irritazioni cutanee e residui collosi sulla cute dopo la rimozione	T		10		10	assenza di irritazioni e residui collosi						
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento						
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>							

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
EUROFARM	70	//
FARMAC-ZABBAN	Non valutata. Requisiti di minima non soddisfatti	
Paul Hartmann	Non valutata. Requisiti di minima non soddisfatti	

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
34		Dispositivo per sbrigliamento meccanico della ferita tipo "Debrisoff", confezione singola sterile			
	1	cm 10X10/15cm circa	NR	350	1.050

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	A.G. MEDICAL			Essity Italy			Lohmann & Rauscher			MOVE & FIND SOLUTIONS		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Efficacia nello sbrigliamento	D		35	1	35	ottima efficacia nello sbrigliamento	0,6	21	Non efficace lo sbrigliamento. Nella rimozione si è riscontrato che non rimuove completamente il biofilm	1	35	ottima efficacia nello sbrigliamento	1	35	ottima efficacia nello sbrigliamento
Tollerabilità e riduzione del dolore	D		20	1	20	ottima tollerabilità e riduzione del dolore	0,2	4	Durante l'utilizzo riscontrato dolore intenso	1	20	ottima tollerabilità e riduzione del dolore	0,2	4	Durante l'utilizzo riscontrato dolore in quanto il bordo del dispositivo risulta poco tollerabile
Atraumaticità	D		10	1	10	ottima atrumaticità	0,6	6	il dispositivo risulta traumatico in quanto ruvido	1	10	ottima atrumaticità	0,2	2	il dispositivo risulta traumatico soprattutto nei bordi della ferita dove può provocare microlesioni
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>36</b>			<b>70</b>			<b>46</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
A.G. MEDICAL	70	//
Lohmann & Rauscher	70	//
MOVE & FIND SOLUTIONS	46	//
Essity Italy	36	al di sotto della soglia di sbarramento