

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

**Oggetto: ID 20P005 – Fornitura di Medicazioni per reparti vari dell’Azienda Ospedale -  
Università Padova.**

**VERBALE APERTURA ECONOMICA**

L’anno 2024 il giorno 10 del mese di settembre in Padova, presso la U.O.C. Provveditorato ed Economato sita in Viale della Navigazione Interna 38 - Padova, il seggio di gara nominato con nota prot. n. 35283 del 20/02/2023, rettificato con nota prot. 60556 del 10/09/2024 costituito dalla Dott.ssa Antonella Dai Prà, in qualità di Autorità di gara e dalla Sig.ra Michela Zulian assistente amministrativo in qualità di teste e verbalizzante, procede in seduta riservata all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica delle ditte ammesse.

Si precisa che:


- la procedura di gara in disamina è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 23.05.2023;
- la procedura verrà espletata utilizzando il sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. denominato “Sintel”;
- tramite la piattaforma telematica Sintel le seguenti ditte hanno caricato entro il termine fissato nei documenti di gara (19/05/2023) la documentazione richiesta:
  - 3M ITALIA SRL
  - A.G. MEDICAL S.R.L
  - B.BRAUN MILANO SPA
  - Benefis s.r.l
  - BETATEX S.P.A
  - COREMEC s.r.l
  - D.R.M. S.r.l
  - Dealfa Srl
  - EMODIAL SRL
  - Essity Italy S.p.A



- EUROFARM S.p.A
  - FARMAC-ZABBAN S.P.A
  - FRA PRODUCTION Spa
  - GEM SRL
  - ID&CO S.r.l
  - Lohmann & Rauscher S.r.l
  - MEDICAL LUME SL
  - Medival S.r.l
  - Medline
  - MOVE & FIND SOLUTIONS SRL
  - Paul Hartmann S.p.A
  - PROMED
  - SA.VE.PA. SRL
  - SMITH & NEPHEW SRL
  - Tiaset
  - TSS MEDICAL SRL
- a seguito seduta riservata del 26/05/2023 con la quale l'Autorità di gara ha proceduto alla verifica della correttezza e completezza della documentazione amministrativa caricata dalle ditte concorrenti, le ditte 3M Italia Srl, A.G. Medical SRL, B.Braun Milano SpA, Benefis srl, Betatex, Coremec Srl Emodial Srl, Essity Italt SpA, Fra Production SpA, Gem Srl, ID&CO Srl, Lohmann & Rauscher S.r.l, Medival S.r.l, Medline, Move & Find Solutions Srl, Paul Hartmann S.p.A, Promed, Smith & Nephnew Srl, Tiaset, Tss Medical Srl sono state ammesse, mentre le ditte D.R.M. Srl, Dealfa Srl, Eurofarm SpA, Farmac Zabban SpA, Medical Lume Srl, Sa.Ve.Pa Srl sono state ammesse con riserva;
- a seguito seduta di soccorso istruttorio del 05/06/2023 le ditte ammesse con riserva hanno provveduto a integrare la documentazione richiesta risultando pertanto ammesse;
- la gara è composta da 34 lotti, per i lotti 7 – 22 – 25 – 27 – 28 – 30 - 33 non risultano essere state presentate offerte. I lotti risultano pertanto deserti;
- sulla base di quanto stabilito nei documenti di gara l'aggiudicazione avviene sulla base di quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1515 del 18.08.2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti successivamente rettificata con Deliberazione n. 253 del 13.02.2024;
- la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche e della campionatura presentata dalle ditte ha redatto per ogni attività svolta, sedute riservate del 12/09/2023, 12/10/2023, 19/10/2023, 30/10/2023, 04/04/2024, 23/04/2024, 24/06/2024, 31/07/2024, i relativi verbali custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:
  - Lotto 2 Ditta Dealfa Srl e ditta SA.VE.PA i dispositivi offerti non risultano conformi ai requisiti minimi richiesti, la Commissione non ha proceduto alla successiva valutazione, risultando pertanto escluse;
  - Lotto 4 Ditta Farmac-Zabban la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 40 punti, al di sotto della soglia di sbarramento (42 punti) e pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica e la ditta risulta esclusa;
  - Lotto 5 Ditta SA.VE.PA la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 36 punti, al di sotto della soglia di sbarramento (42 punti) e pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica e la ditta risulta esclusa;
  - Lotto 8 Ditta Paul Hartman i dispositivi offerti non risultano conformi ai requisiti minimi richiesti, la Commissione non ha proceduto alla successiva valutazione, risultando pertanto esclusa;
  - Lotto 13 Ditta Lohmann & Rausche i dispositivi offerti non risultano conformi ai requisiti minimi richiesti, la Commissione non ha proceduto alla successiva valutazione, risultando pertanto esclusa;



- Lotto 17 Ditta Eurofarm la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 41 punti, al di sotto della soglia di sbarramento (42 punti), ditta 3M Italia i dispositivi offerti non risultano conformi ai requisiti minimi richiesti pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica e le ditte risultano escluse;
- Lotto 18 ditta 3M Italia la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 36 punti, al di sotto della soglia di sbarramento (42 punti), ditta Paul Hartman i dispositivi offerti non risultano conformi ai requisiti minimi richiesti pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica e le ditte risultano escluse;
- Lotto 20 ditta Dealfa Srl la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 21 punti, al di sotto della soglia di sbarramento (42 punti), ditta Eurofarm SpA la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 9 punti, al di sotto della soglia di sbarramento (42 punti) e pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica e le ditte risultano escluse
- Lotto 24 ditta Eurofarm SpA la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 35 punti, al di sotto della soglia di sbarramento (42 punti) e pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica e la ditta risulta esclusa;
- Lotto 26 ditta Eurofarm SpA la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 26 punti, al di sotto della soglia di sbarramento (42 punti) e pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica e la ditta risulta esclusa;
- Lotto 31 ditta Essity Italy la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 29,66 punti, al di sotto della soglia di sbarramento (42 punti) e pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica e la ditta risulta esclusa;
- Lotto 32 ditta Farmac-Zabban e ditta Paul Hartmann i dispositivi offerti non risultano conformi ai requisiti minimi richiesti pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica e le ditte risultano escluse;
- Lotto 34 ditta Essity Italy la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 36 punti, al di sotto della soglia di sbarramento (42 punti) e pertanto non si procederà

all'apertura dell'offerta economica e la ditta risulta esclusa.


- per quanto riguarda i lotti 19 e 23 vengono revocati in quanto le specifiche tecniche indicate non risultano più rispondenti al fabbisogno attuale dell'Azienda. Per gli stessi verranno ridefinite le specifiche più conformi alle esigenze cliniche;
- la Commissione Giudicatrice non ha proceduto con la verifica e la valutazione del lotto 6 in quanto la documentazione caricata dalla ditta Dealfa Srl risulta contenere la documentazione tecnica del lotto 5 risultando pertanto esclusa;
- tramite la piattaforma telematica "Sintel" è stato comunicato alle ditte che in data odierna è fissata la seduta riservata per l'apertura della busta telematica contenente le offerte economiche;
- tramite la piattaforma telematica "Sintel" è stata richiesta alle ditte conferma della validità delle offerte caricate a suo tempo ed entro il termine stabilito tutte le ditte risultano aver inviato la propria conferma, ad eccezione delle seguenti ditte: 3M Italia Srl, Betatex SpA, Eurofarm SpA, Fra Production Spa, Gem Srl, Medical Lume Srl, Move & Find Solutions Srl,

L'Autorità di gara procede al caricamento sulla piattaforma telematica "Sintel" dei punteggi qualità assegnati dalla Commissione Giudicatrice e all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica come da prospetto allegato.

Le offerte presentate dalle ditte risultano essere inferiori alla base d'asta ad eccezione dell'offerta del lotto 18 ditta TSS Medical Srl risultando pertanto esclusa.

Dal momento che l'offerta della ditta Promed per il lotto 13, della ditta B.Braun Milano SpA per il lotto 31, della ditta A.G. Medical Srl per il lotto 34 hanno realizzato sia i quattro quinti dei punti relativi al prezzo che i quattro quinti dei punti relativi alla qualità, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà cura della Stazione Appaltante richiedere alle ditte sopraindicate la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura rimane subordinata a quanto stabilito nei documenti di gara che regolano la presente procedura, ed a quant'altro dovesse emergere in merito alla



REGIONE DEL VENETO

Azienda  
Ospedale  
Università  
Padova

regolarità delle offerte e della documentazione presentata dalle ditte aggiudicatarie.

Viene redatto il presente verbale, composto da 6 (sei) pagine e dai seguenti allegati: Verbali sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 12/09/2023, 12/10/2023, 19/10/2023, 30/10/2023, 04/04/2024, 23/04/2024, 24/06/2024, 31/07/2024, Allegato prospetto aggiudicazione, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

IL SEGGIO DI GARA:

PRESIDENTE

Dott.ssa Antonella Dai Prà

---

VERBALIZZANTE

Sig.ra Michela Zulian

---

Lotto	Importo a Base d'asta	CIG	Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità (riparametrato ove previsto)	P. Prezzo	TOTALE
1	8.880,00 €	9753718EB5	1	Medline International Italy S.r.l. Unipersonale	8.688,00 €	70	30	100
2	54.000,00 €	9753719F88	1	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	44.400,00 €	70	30	100
			//	Dealfa Srl	offerta tecnica non conforme ai requisiti minimi			
			//	SA.VE.PA. SRL	offerta tecnica non conforme ai requisiti minimi			
3	3.600,00 €	9753720060	1	Lohmann & Rauscher S.r.l.	3.540,00 €	70	30	100
4	87.720,00 €	9753721133	1	Dealfa Srl	63.195,36 €	70	30	100
			2	SA.VE.PA. SRL	72.534,00 €	42	26,61	68,61
			//	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento			
5	25.560,00 €	9753722206	1	Dealfa Srl	17.799,39 €	70	30	100
			2	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	23.700,00 €	66	20,99	86,99
			//	SA.VE.PA. SRL	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento			
6	18.000,00 €	97537232D9	LOTTO DESERTO					
			//	Dealfa Srl	offerta tecnica non conforme			
7	8.700,00 €	97537243AC	LOTTO DESERTO NESSUNA OFFERTA PERVENUTA					
8	6.300,00 €	975372547F	LOTTO DESERTO					
			//	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento			
			//	Paul Hartmann	offerta tecnica non conforme			
9	6.546,00 €	9753726552	LOTTO DESERTO					
			//	Fra Production Spa	offerta economica non confermata			
10	2.440,50 €	9753727625	1	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	2.355,54 €	56	30	86
			//	Fra Production Spa	offerta economica non confermata			
11	87.480,00 €	97537286F8	1	D.R.M. S.r.l.	82.800,00 €	70	30	100
			2	EMODIAL SRL	86.856,00 €	50	18,13	68,13
12	7.200,00 €	97537297CB	1	D.R.M. S.r.l.	7.020,00 €	70	25,23	95,23
			2	EMODIAL SRL	6.840,00 €	55	30	85
13	7.500,00 €	975373089E	1	PROMED	5.850,00 €	70	30	100
			2	Essity Italy S.p.A.	6.000,00 €	70	29,29	99,29
			3	COREMEC s.r.l.	6.885,00 €	57,08	23,44	80,52
			//	Lohmann & Rauscher S.r.l.	offerta tecnica non conforme ai requisiti minimi			

Lotto	Importo a Base d'asta	CIG	Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità (riparametrato ove previsto)	P. Prezzo	TOTALE	
14	2.760,00 €	9753731971	1	Lohmann & Rauscher S.r.l.	1.836,00 €	61	30	91	
			2	Essity Italy S.p.A.	2.631,00 €	70	18,34	88,34	
15	4.800,00 €	9753732A44	1	Essity Italy S.p.A.	4.500,00 €	70	30	100	
16	930,00 €	9753733B17	1	Essity Italy S.p.A.	862,50 €	70	30	100	
			//	Eurofarm	offerta economica non confermata				
17	48.000,00 €	9753734BEA	1	TSS MEDICAL SRL	43.200,00 €	64,62	30	94,62	
			//	Eurofarm	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento				
			//	3M Italia Srl	offerta tecnica non conforme ai requisiti minimi + offerta economica non confermata				
18	15.600,00 €	9753735CBD	LOTTO DESERTO						
			//	TSS MEDICAL SRL	offerta economica uguale alla base d'asta				
			//	3M Italia Srl	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento				
			//	Paul Hartmann	offerta tecnica non conforme ai requisiti minimi				
19	1.008,00 €	9753736D90	LOTTO REVOCATO						
20	14.850,00 €	.9753737E63	1	Benefis s.r.l.	6.765,00 €	70	30	100	
			2	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	11.880,00 €	62	23,36	85,36	
			//	Dealfa Srl	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento				
			//	Eurofarm	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento				
21	15.900,00 €	9753738F36	1	SMITH & NEPHEW SRL	15.450,00 €	70		70	
22	21.243,30 €	975373900E	LOTTO DESERTO NESSUNA OFFERTA PERVENUTA						
23	21.000,00 €	.97537400E1	LOTTO REVOCATO						
24	1.350,00 €	97537411B4	1	Dealfa Srl	1.180,59 €	64,93	30	94,93	
			2	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	1.320,00 €	70	19,46	89,46	
			//	Eurofarm	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento				
25	2.820,00 €	9753742287	LOTTO DESERTO NESSUNA OFFERTA PERVENUTA						
26	38.718,00 €	975374335A	1	Tiaset di Carresi lorenzo	36.657,00 €	70	23,83	93,83	
			2	Dealfa Srl	33.540,57 €	45	30	75	
			//	Betatex SpA	offerta economica non confermata				
			//	Eurofarm	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento				
27	4.575,00 €	975374442D	LOTTO DESERTO NESSUNA OFFERTA PERVENUTA						



Lotto	Importo a Base d'asta	CIG	Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità (riparametrato ove previsto)	P. Prezzo	TOTALE		
28	750,00 €	9753745500	LOTTO DESERTO NESSUNA OFFERTA PERVENUTA							
29	450,00 €	97537465D3	1	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	436,50 €	70	30	100		
30	4.800,00 €	97537476A6	LOTTO DESERTO NESSUNA OFFERTA PERVENUTA							
31	30.000,00 €	9753748779	1	B.BRAUN MILANO SPA	21.000,00 €	70	28,8	98,8		
			2	ID&CO S.r.l.	19.410,00 €	58	30	88		
			3	Medival S.r.l.	24.000,00 €	54	26,03	80,03		
			//	Gem Srl	offerta economica non confermata					
			//	Essity Italy S.p.A.	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento					
32	32.160,00 €	975374984C	LOTTO DESERTO							
			//	Eurofarm	offerta economica non confermata					
			//	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	offerta tecnica non conforme ai requisiti minimi					
			//	Paul Hartmann	offerta tecnica non conforme ai requisiti minimi					
33	36.000,00 €	975375091F	LOTTO DESERTO NESSUNA OFFERTA PERVENUTA							
34	10.500,00 €	97537519F2	1	A.G. MEDICAL S.R.L.	4.410,00 €	70	30	100		
			2	Lohmann & Rauscher S.r.l.	6.772,50 €	70	26,54	96,54		
			3	MOVE & FIND SOLUTIONS SRL	6.037,50 €	46	27,76	73,76		
			//	Essity Italy S.p.A.	offerta tecnica al di sotto della soglia di sbarramento					

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
<b>12/09/2023</b>	<b>09:30</b>	<b>11:30</b>
<b>OGGETTO: 1° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P005 "Medicazioni" per reparti vari dell'Azienda Ospedale-Università Padova</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti:	Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiocirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

Il giorno 12.09.2023 ore 09:30 presso l'aula didattica della Chirurgia Pediatrica sita a piano terra della Divisione Ostetrica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni per reparti vari dell'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 24.03.2023.

Il Direttore Generale con Delibera n. 1515 del 18.08.2023 ha nominato la Commissione Giudicatrice, che risulta così composta:

Presidente: Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2

Componenti: Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica

Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiocirurgia Tipo

Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.

Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia

**PREMESSO CHE**

- la fornitura di cui trattasi è composta da 34 lotti;
- per i lotti 7 – 22 – 25 – 27 – 28 – 30 - 33 non risultano pervenute offerte, pertanto risultano aggiudicabili 27 lotti;

- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
  - offerta tecnica                      punteggio massimo punti 70
  - offerta economica                    punteggio massimo punti 30

In data odierna, la Commissione Giudicatrice, procede alla lettura del capitolato speciale di gara, dei requisiti minimi in esso richiesti e dei criteri di valutazione stabiliti.

Si procede inoltre alla disamina delle ditte partecipanti per singolo lotto.

Il Presidente della Commissione, insieme ai componenti, stabilisce le modalità e i tempi dei lavori della Commissione:

1° step: verifica dei requisiti minimi dei dispositivi offerti sulla base della documentazione tecnica presentata. Vista la notevole mole della documentazione si decide di dividere la verifica della stessa equamente tra i componenti della Commissione. Viene stabilito che gli esiti della verifica verranno comunicati, discussi e condivisi con l'intera Commissione nella prossima seduta.

2° step: richiesta di campionatura da richiedere alle ditte partecipanti. Si decide che la campionatura da richiedere verrà indicata al segretario verbalizzante che procederà a formale richiesta tramite la piattaforma telematica.

3° step: attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal capitolato. I punteggi tecnici definitivi verranno attribuiti e condivisi dalla Commissione nell'ultima seduta dei lavori.

Si concorda inoltre che il prossimo incontro si svolgerà in data 12.10.2023.

La Commissione termina i lavori alle ore 11:30.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 facciate.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti	Dr. Savino Cariati – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiochirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
<b>12/10/2023</b>	<b>09:30</b>	<b>11:30</b>
<b>OGGETTO: 2° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P005 "Medicazioni" per reparti vari dell'Azienda Ospedale-Università Padova</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti:	Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiocirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

Il giorno 12.10.2023 ore 09:30 presso l'aula didattica della Chirurgia Pediatrica sita a piano terra della Divisione Ostetrica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni per reparti vari dell'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 24.03.2023.

Il Direttore Generale con Delibera n. 1515 del 18.08.2023 ha nominato la Commissione Giudicatrice, che risulta così composta:

Presidente: Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2

Componenti: Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica

Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiocirurgia Tipo

Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.

Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia

**PREMESSO CHE**

- la fornitura di cui trattasi è composta da 34 lotti;
- per i lotti 7 – 22 – 25 – 27 – 28 – 30 - 33 non risultano pervenute offerte, pertanto risultano aggiudicabili 27 lotti;

- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
  - offerta tecnica punteggio massimo punti 70
  - offerta economica punteggio massimo punti 30

In data odierna, la Commissione Giudicatrice condivide la verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte sulla base delle caratteristiche tecniche previste da capitolato.

Si concorda inoltre che il prossimo incontro si svolgerà in data 19.10.2023.

La Commissione termina i lavori alle ore 11:30.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 fasciate.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti	Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiochirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
<b>19/10/2023</b>	<b>09:00</b>	<b>11:00</b>
<b>OGGETTO: 3° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P005 "Medicazioni" per reparti vari dell'Azienda Ospedale-Università Padova</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti:	Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiocirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

Il giorno 19.10.2023 ore 09:00 presso l'aula didattica della Chirurgia Pediatrica sita a piano terra della Divisione Ostetrica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni per reparti vari dell'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 24.03.2023.

Il Direttore Generale con Delibera n. 1515 del 18.08.2023 ha nominato la Commissione Giudicatrice, che risulta così composta:

Presidente: Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2

Componenti: Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica

Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiocirurgia Tipo

Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.

Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia

**PREMESSO CHE**

- la fornitura di cui trattasi è composta da 34 lotti;
- per i lotti 7 – 22 – 25 – 27 – 28 – 30 - 33 non risultano pervenute offerte, pertanto risultano aggiudicabili 27 lotti;

- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- offerta tecnica                                  punteggio massimo punti 70
- offerta economica                                punteggio massimo punti 30

In data odierna, la Commissione Giudicatrice continua l'attività istruttoria per la verifica delle caratteristiche di minima.

Si concorda inoltre che il prossimo incontro si svolgerà in data 30.10.2023.

La Commissione termina i lavori alle ore 11:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 facciate.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti	Dr. Savino Cariati – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiochirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
<b>30/10/2023</b>	<b>09:00</b>	<b>11:00</b>
<b>OGGETTO: 4° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P005 "Medicazioni" per reparti vari dell'Azienda Ospedale-Università Padova</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti:	Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiocirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

Il giorno 30.10.2023 ore 09:00 presso l'aula didattica della Chirurgia Pediatrica sita a piano terra della Divisione Ostetrica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni per reparti vari dell'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 24.03.2023.

Il Direttore Generale con Delibera n. 1515 del 18.08.2023 ha nominato la Commissione Giudicatrice, che risulta così composta:

Presidente: Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2

Componenti: Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica

Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiocirurgia Tipo

Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.

Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia

**PREMESSO CHE**

- la fornitura di cui trattasi è composta da 34 lotti;
- per i lotti 7 – 22 – 25 – 27 – 28 – 30 - 33 non risultano pervenute offerte, pertanto risultano aggiudicabili 27 lotti;



- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- offerta tecnica punteggio massimo punti 70
- offerta economica punteggio massimo punti 30

In data odierna, la Commissione Giudicatrice continua l'attività istruttoria verificando la documentazione presentata e decidendo la campionatura da richiedere.

Viene incaricato il segretario verbalizzante a inoltrare la richiesta tramite la piattaforma elettronica SINTEL.

La Commissione termina i lavori alle ore 11:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 facciate.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti	Dr. Savino Cariati – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Veronica Busetto – Cardiochirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
<b>04/04/2024</b>	<b>10:30</b>	<b>13:00</b>
<b>OGGETTO: 5° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P005 "Medicazioni" per reparti vari dell'Azienda Ospedale-Università Padova</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti:	Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Elisa Franco – Cardiocirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

Il giorno 04.04.2024 ore 10:30 presso l'aula didattica della Chirurgia Pediatrica sita a piano terra della Divisione Ostetrica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni per reparti vari dell'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 24.03.2023.

Il Direttore Generale con Delibera n. 1515 del 18.08.2023 ha nominato la Commissione Giudicatrice, successivamente rettificata con Delibera n. 253 del 13/02/2024 che risulta così composta:

Presidente: Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2

Componenti: Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica

Dr.ssa Elisa Franco – Cardiocirurgia Tipo

Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.

Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia

**PREMESSO CHE**

- la fornitura di cui trattasi è composta da 34 lotti;

- per i lotti 7 – 22 – 25 – 27 – 28 – 30 - 33 non risultano pervenute offerte, pertanto risultano aggiudicabili 27 lotti;
- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
  - offerta tecnica    punteggio massimo punti 70
  - offerta economica    punteggio massimo punti 30

Il presidente insieme ai componenti prendono atto della sostituzione del componente Dott.ssa Veronica Busetto con la Dott.ssa Elisa Franco che prende atto del lavoro fin qui svolto dalla Commissione.

In data odierna, la Commissione continua l'attività istruttoria di valutazione.

La Commissione termina i lavori alle ore 13:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 facciate.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti	Dr. Savino Cariati – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatria	
	Dr.ssa Elisa Franco – Cardiochirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
<b>23/04/2024</b>	<b>10:00</b>	<b>12:00</b>
<b>OGGETTO: 6° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P005 "Medicazioni" per reparti vari dell'Azienda Ospedale-Università Padova</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti:	Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Elisa Franco – Cardiocirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

Il giorno 23.04.2024 ore 10:00 presso l'aula didattica della UOC Farmacia sita a piano rialzato del Monoblocco si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni per reparti vari dell'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 24.03.2023.

Il Direttore Generale con Delibera n. 1515 del 18.08.2023 ha nominato la Commissione Giudicatrice, successivamente rettificata con Delibera n. 253 del 13/02/2024 che risulta così composta:

Presidente: Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2

Componenti: Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica

Dr.ssa Elisa Franco – Cardiocirurgia Tipo

Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H

Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia

**PREMESSO CHE**

- la fornitura di cui trattasi è composta da 34 lotti;
- per i lotti 7 – 22 – 25 – 27 – 28 – 30 - 33 non risultano pervenute offerte, pertanto risultano aggiudicabili 27 lotti;

- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
  - offerta tecnica    punteggio massimo punti 70
  - offerta economica    punteggio massimo punti 30

In data odierna, la Commissione continua l'attività istruttoria di valutazione.

La Commissione termina i lavori alle ore 12:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 facciate.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti	Dr. Savino Cariati – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Elisa Franco – Cardiocirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
<b>31/07/2024</b>	<b>10:00</b>	<b>11:00</b>
<b>OGGETTO: 8° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P005 "Medicazioni" per reparti vari dell'Azienda Ospedale-Università Padova</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti:	Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Elisa Franco – Cardiocirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

Il giorno 31.07.2024 ore 10:00 presso l'aula didattica della UOC Farmacia sita a piano rialzato del Monoblocco si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni per reparti vari dell'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 24.03.2023.

Il Direttore Generale con Delibera n. 1515 del 18.08.2023 ha nominato la Commissione Giudicatrice, successivamente rettificata con Delibera n. 253 del 13/02/2024 che risulta così composta:

Presidente: Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2

Componenti: Dr. Savino Cariatì – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica

Dr.ssa Elisa Franco – Cardiocirurgia Tipo

Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H

Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia

**PREMESSO CHE**

- la fornitura di cui trattasi è composta da 34 lotti;
- per i lotti 7 – 22 – 25 – 27 – 28 – 30 - 33 non risultano pervenute offerte, pertanto risultano aggiudicabili 27 lotti;

- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
  - offerta tecnica                                  punteggio massimo punti 70
  - offerta economica                                 punteggio massimo punti 30

La Commissione Giudicatrice a seguito degli incontri fin qui effettuati, della valutazione pervenuta dai reparti procede alla conclusione della valutazione.

A seguito della verifica dei requisiti di minima si evidenzia che le seguenti ditte non soddisfano le caratteristiche tecniche richieste da capitolato pertanto la Commissione non procederà alla successiva valutazione.

#### LOTTO 2

- Ditta Dealfa Srl il dispositivo offerto risulta avere l'ovatta avvolta in una garza e non nella rete.
- Ditta Sa.Ve.Pa il dispositivo offerto risulta avere l'ovatta avvolta in una garza e non nella rete.

#### LOTTO 6

- Ditta Dealfa Srl risulta aver caricato la documentazione del lotto 5

#### LOTTO 8

- Ditta Paul Hartman il dispositivo offerto non risulta essere lavabile.

#### LOTTO 13

- Ditta Lohmann & Rauche dalla documentazione tecnica presentata non si evince la possibilità di sterilizzazione dei dispositivi offerti

#### LOTTO 17

- Ditta 3M Italia i dispositivi offerti non risultano sterili.

#### LOTTO 18

- Ditta Paul Hartman dalla documentazione tecnica e dalla campionatura presentata non si evince l'indicazione di utilizzo per cateteri epidurali

#### LOTTO 32

- Ditta Farmac Zabban l'etichetta della campionatura ricevuta non è conforme alla normativa; in particolare risulta apposta una etichetta adesiva con fabbricante Farmac Zabban sopra al fabbricante originale Pharmaplast sas Egitto.
- Ditta Paul Hartman dalla documentazione tecnica presentata i dispositivi offerti non risultano permeabili ai gas

Successivamente procede all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nei documenti di gara come specificati nello schema allegato.

La Commissione termina i lavori alle ore 12:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 3 facciate e un allegato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Giuseppe Scaparrotta – UOC Nefrologia 2	
Componenti	Dr. Savino Cariati – Coordinatore P.O. 1G Ch. Pediatrica	
	Dr.ssa Elisa Franco – Cardiochirurgia Tipo	
	Dr.ssa Rosanna Forzan – Grandi Ustionati Ric. Ord. D.H.	
	Dr.ssa Alessia Lazzaro – UOC Farmacia	

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian



Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
1	1	Sacche per isolamento organi in polietilene o altro idoneo materiale cm 50 x 50 circa, confezione singola sterile	NR	1.600	4.800

				MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL		
criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
<b>Sigillatura dei bordi</b>	D		35	1	35	ottima sigillatura dei bordi
<b>Tenuta del sistema di chiusura</b>	D		30	1	30	ottima tenuta del sistema di chiusura
<b>Confezionamento</b>	D		5	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
MEDLINE INTERNATIONAL	<b>70</b>	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
2	1	Assorbente igienico a rete da gr 10 di cotone idrofilo, per uso sanitario F.U., misura cm 20 x cm 6, contenuti in sacco di plastica da 100 pezzi	NR	100.000	300.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Dealfa Srl			FARMAC-ZABBAN			SA.VE.PA		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Assorbenza	D		30		0		0,6	18	Assorbenza buona, l'assorbente appare leggermente sottile per l'utilizzo nei primi giorni post partum in cui le puerpere hanno piu' lochiazioni		0	
Confort del paziente morbidezza	D		15		0		1	15	ottimo il confort del paziente		0	
Tollerabilità	D		20		0		1	20	ottima la tollerabilità		0	
Confezionamento	D		5		0		1	5	ottimo il confezionamento		0	
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>0</b>			<b>53</b>			<b>0</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
FARMAC-ZABBAN	53	<b>70,00</b>
Dealfa Srl	Non valutate. Requisiti di minima non soddisfatti	
SA.VE.PA		

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
3	1	Materiale da imbottitura sottogesso in feltro autoadesivo in fogli, misure 20 x 40 cm circa, spessore 5 circa	NR	400	1.200

				Lohmann & Rauscher S.r.l		
criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Conformabilità al gesso e alle prominenze ossee (verrà valutata l'adesione sulla pelle e la malleabilità nel girare la benda con prova della campionatura )	D		30	1	30	ottima la conformabilità del gesso
Morbidezza	D		20	1	20	ottima morbidezza
Consistenza del feltro	D		15	1	15	ottima consistenza del feltro
Confezionamento	D		5	1	5	otimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Lohmann & Rauscher S.r.l	70	//

LOTTO	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
4	1	Garza di cotone per medicazione, 4 strati, titolo 12/8, filato 32/40, cm 40 x 40, sterile, cucita ai bordi e senza laccio, confezione da 5 unità, in busta singola	NR	18.000	54.000
	2	Garza di cotone per medicazione, 4 strati, titolo 12/8, filato 32/40, cm 60 x 80, sterile, cucita ai bordi e senza laccio, confezione da 5 unità, in busta singola	NR	12.000	36.000
	3	Pezza di garza idrofila di cotone, per medicazione, titolo 12/12, tipo 24 (a), peso mq 45 gr +/-2, confezione singola da cm 120 xcm 200, sterile, piegata in busta singola	NR	2.000	6.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Dealfa Srl			FARMAC-ZABBAN			SA.VE.PA		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Mantenimento della regolarità della tessitura	D		30	1	30	ottimo mantenimento della regolarità della tessitura	0,6	18	buon mantenimento della regolarità della tessitura, durante l'utilizzo riscontrato leggero cedimento	0,4	12	scarso mantenimento della regolarità della tessitura tende a sfaldarsi quando viene maneggiata
assenza di dispersione di fibre di cotone	D		25	1	25	assenza di dispersione di fibre	0,6	15	riscontrata minima dispersione di fibre	0,6	15	riscontrata minima dispersione di fibre
Morbidezza	D		10	1	10	ottima morbidezza	0,2	2	riscontrata eccessiva rigidità dovuta alla tramatura molto fitta che riduce la traspirabilità nelle grandi ustioni	1	10	ottima morbidezza
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>40</b>			<b>42</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
DEALFA SRL	70	//
SA.VE.PA	42	//
FARMAC-ZABBAN	40	al di sotto della soglia di sbarramento

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
5	1	Garza laparotomica di cotone 4 strati cm 60 x cm 80, titolo 12/12, filato 32/40, con laccio lungo cm 30 circa, con filo bario inserito in trama, sterile, confezione da 5 unità, in busta doppia	NR	6.000	18.000
	2	Lunghette di garza idrofila di cotone, 4 strati, titolo 12/12, filato 32/40, cm 10 x cm 250, con filo di bario inserito in trama, sterile, confezione da 1 o 2 unità, in busta doppia	NR	300	900
	3	Lunghette sterili di garza idrofila di cotone titolo 12/8, 8 o 10 strati, cm 1,5 x 100 con filo di bario, in doppia busta da 1 pezzo	NR	100	300

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Dealfa Srl			FARMAC-ZABBAN			SA.VE.PA		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Mantenimento della regolarità della tessitura	D		20	1	20	ottimo mantenimento della regolarità	1	20	ottimo mantenimento della regolarità	0,4	8	la tessitura non risulta regolare e se sottoposta a lieve trazione meccanica perde la sua conformazione originale
assenza di dispersione di fibre di cotone valutato con la campionatura	D		15	1	15	assenza di perdita di fibre	1	15	assenza di perdita di fibre	0,2	3	durante la prova riscontrata perdita di fibre da parte della garza.
Filo di bario saldamente inserito nella tramatura della garza	D		15	1	15	ottima la saldatura del filo di bario	1	15	ottima la saldatura del filo di bario	1	15	ottima la saldatura del filo di bario
Resistenza della cucitura	D		10	1	10	ottima la resistenza della cucitura	1	10	ottima la resistenza della cucitura	0,4	4	la cucitura risulta meno stabile se il tessuto viene sollecitato si creano dei buchi.
Morbidezza	D		5	1	5	Ottima la morbidezza	0,2	1	il tessuto risulta rigido al tatto	0,2	1	il tessuto risulta rigido al tatto
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo il confezionamento	1	5	ottimo il confezionamento	1	5	ottimo il confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>66</b>			<b>36</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
DEALFA SRL	70	//
FARMAC-ZABBAN	66	//
SAVEPA	36	al di sotto della soglia di sbarramento

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
8	1	Benda elastica bianca tipo IDEAL cm 15 x 4,5 mt circa in tensione, confezione singola, rotoli	NR	2.000	6.000
	2	Benda elastica bianca tipo IDEAL cm 20 x 4,5 mt circa in tensione, confezione singola, rotoli	NR	1.000	3.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	FARMAC-ZABBAN			Paul Hartmann		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Tenuta nel posizionamento	D		20	0,6	12	nelle manovre di posizionamento si denota lieve scivolamento sul paziente		0	
Elasticità	D		20	0,4	8	Discreta elasticità, alla trazione non garantisce una estensione del 100%		0	
Consistenza del tessuto	D		20	0,4	8	Discreta consistenza del tessuto. Il tessuto appare molto leggero e trasparente		0	
Comfort del paziente	D		5	1	5	ottimo confort del paziente		0	
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento		0	
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>38</b>			<b>0</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio
FARMAC-ZABBAN	38	al di sotto della soglia di sbarramento
PAUL HARTMANN	Non valutata. Requisiti minimi non soddisfatti.	

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
9	1	Bendaggio sterile per dita pronto all'uso, dotato di dispositivo per fissaggio al polso o altro sistema equivalente, misura grande, in confezione singola sterile	NR	2.000	6.000
	2	Bendaggio sterile per dita pronto all'uso, dotato di dispositivo per fissaggio al polso o altro sistema equivalente, misura media, in confezione singola sterile	NR	1.600	4.800
	3	Bendaggio sterile per dita pronto all'uso, dotato di dispositivo per fissaggio al polso o altro sistema equivalente, misura piccola, in confezione singola sterile	NR	500	1.500

				FRA PRODUCTION		
criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Tenuta nel posizionamento	D		35	1	35	ottima tenuta nel posizionamento
Consistenza del tessuto	D		30	1	30	ottima consistenza del tessuto
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
FRA PRODUCTION	70	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
10		Maglia di cotone tubulare elastica per sostegno, confezione da 10 metri circa, misure :			
	1	B cm 6,25 circa	NR	1	3
	2	D cm 7,5 circa	NR	5	15
	3	E cm 8,75 circa	NR	2	6
	4	F cm 10 circa	NR	20	60
	5	G cm 12 circa	NR	30	90
	6	J cm 17,5 circa	NR	1	3
	7	K cm 21,5 circa	NR	3	9
	8	L cm 32,5 circa	NR	1	3
9	M cm 36 circa	NR	3	9	

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	FARMAC-ZABBAN			FRA PRODUCTION		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Elasticità	D		20	1	20	ottima elasticità	1	20	ottima elasticità
Aderenza sulla cute	D		5	0,6	3	Buona aderenza sulla cute. Riscontrato leggero scivolamento durante il movimento	1	5	ottima aderenza sulla cute
Tenuta del sostegno	D		20	0,6	12	Buona tenuta del sostegno. Riscontrato leggero cedimento nella zona dell'articolazione	0,8	16	molto buona la tenuta del sostegno, Riscontrato lieve cedimento
Consistenza del tessuto	D		20	0,6	12	la consistenza del tessuto permette una minor tenuta del fissaggio	1	20	ottima la consistenza del tessuto
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	0,8	4	durante l'utilizzo la confezione di cartone risulta poco resistente perdendo consistenza
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>52</b>			<b>65</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
FRA PRODUCTION	65	70,00
FARMAC-ZABBAN	52	56,00



	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
11	1	Bende premifistola elastiche, sterili con tampone e adesivo finale, lunghezza cm 70 circa in confezione da due bende	CONF	28.000	84.000
	2	Bende premifistola elastiche, sterili con tampone e adesivo finale, lunghezza cm 45 circa in confezione da due bende + 2 copriago di sicurezza in materiale plastico	CONF	18.000	54.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	D.R.M. S.r.l			EMODIAL		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Capacità di tamponamento	D		25	1	25	ottima capacità di tamponamento	0,6	15	assenza del cartoncino che rende meno efficace la capacità di tamponamento e rende più difficoltoso il posizionamento
Tenuta del posizionamento	D		25	1	25	ottima tenuta del posizionamento	0,6	15	riscontrato qualche episodio di non tenuta
Grado di elasticità	D		15	1	15	ottimo grado di elasticità	1	15	ottimo grado di elasticità
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>50</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
D.R.M. S.r.l	70	//
EMODIAL	50	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
12	1	Cerotto premifistola anallergico sterile, in confezione singola	NR	12.000	36.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	D.R.M. S.r.l			EMODIAL		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Grado di adesività	D		25	1	25	ottimo grado di adesività	1	25	ottimo grado di adesività
Capacità di tamponamento	D		25	1	25	ottima capacità di tamponamento	1	25	ottima capacità di tamponamento
Assenza di irritazioni cutanee e residui collosi sulla cute dopo la rimozione (T)	T		15	1	15	assenza di residui e irritazioni	0	0	ricontrati residui di colla alla rimozione con leggera irritazione cutanea.
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>55</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
D.R.M. S.r.l	70	//
EMODIAL	55	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
13	1	Gambaletti antitrombo a compressione graduata, circa mm 18 Hg alla caviglia, con tallone anatomico in diverse taglie e misure Confezione singola. I gambaletti devono essere sterilizzabili e lavabili	PAIA	500	1.500

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	COREMEC			Essity Italy			Lohmann & Rausche			PROMED		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Tenuta del posizionamento	D		25	0,8	20	l'elastico in corrispondenza del ginocchio perde tenuta con il passare dei giorni	0,8	20	l'elastico in corrispondenza del ginocchio perde tenuta con il passare dei giorni		0		0,8	20	l'elastico in corrispondenza del ginocchio perde tenuta con il passare dei giorni
Facilità di applicazione	D		20	0,4	8	passaggio del tallone risulta molto difficoltoso	1	20	applicazione scorrevole, senza intoppi		0		1	20	applicazione scorrevole, senza intoppi
Tollerabilità	D		20	1	20	ottima tollerabilità	1	20	ottima tollerabilità		0		1	20	ottima tollerabilità
Confezionamento	D		5												
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>53</b>			<b>65</b>			<b>0</b>			<b>65</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Essity Italy	65	70,00
PROMED	65	70,00
COREMEC	53	57,08
Lohmann & Rausche	Non valutata. Requisiti di minima non soddisfatti	

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
14		Bende gessate sintetiche con resine poliuretaniche o altro idoneo materiale prive di fibre di vetro, confezioni da 3,5 metri circa, misure:			
	1	cm 7,5	NR	30	90
	2	cm 10	NR	60	180
	3	cm 12,5	NR	50	150

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Essity Italy			Lohmann & Rausche		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Facilità di modellamento	D		25	1	25	ottima facilità di modellamento	0,8	20	Modellamento non ottimale, Bende un pò rigide
Facilità di srotolamento	D		20	1	20	ottima facilità di srotolamento	0,8	16	Facilità di srotolamento non ottimale, riscontrata Lieve difficoltà a inumidirsi
Traspirabilità	D		20	1	20	ottima traspirabilità	1	20	ottima traspirabilità
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>61</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Essity Italy	70	//
Lohmann & Rausche	61	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
15	1	Stecca gessata sintetica con resine poliuretaniche o altro idoneo materiale e imbottitura in fibra di vetro (tipo "Prelude"), misura cm 20 cnf. da 2 mt circa	NR	20	60

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Essity Italy		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Facilità di modellamento	D		35	1	35	ottima facilità di modellamento
Facilità al taglio	D		10	1	10	ottima facilità di taglio
Traspirabilità	D		20	1	20	ottima traspirabilità
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Essity Italy	70	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
16		Sistema di trazione cutanea adesivo per arti fratturati:			
	1	adulti	NR	30	90
	2	bambini	NR	5	15

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Essity Italy			EUROFARM		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
<b>Adesività</b>	D		35	1	35	ottima adesività	1	35	ottima adesività
<b>Tenuta del sistema</b>	D		30	1	30	ottima tenuta del sistema	1	30	ottima tenuta del sistema
<b>Confezionamento</b>	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Essity Italy	70	//
EUROFARM	70	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
17	1	Medicazioni sterili pre-tagliate per il fissaggio sondini nasogastrici, adesive, misura adulti e pediatrica, in confezione singola sterile	NR	8.000	24.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	3M ITALIA			EUROFARM			MEDICAL LUME			TSS MEDICAL SRL		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Adesività e tenuta del fissaggio	D		25		0		0,2	5	scarsa adesività e tenuta del fissaggio. alla minima trazione il dispositivo si toglieva. le alette non avvolgono il dispositivo in maniera efficace non garantendo un'efficace tenuta nel tempo	0,8	20	molto buona l'adesività e la tenuta del fissaggio. Alla minima presenza di secrezioni e umidità riscontrata comunque una garanzia di tenuta	0,6	15	buona l'adesività e la tenuta del fissaggio. Alla minima presenza di secrezioni e umidità riscontrata minore garanzia di tenuta
Comfort del paziente (medicazione di dimensioni adeguate)	D		10		0		0,4	4	fissaggio del cerotto al sondino non ha delle dimensioni adeguate per tenerlo ancorato	1	10	ottimo confort	1	10	ottimo confort
assenza di irritazioni cutanee e residui collosi sulla cute dopo la rimozione (T)	T		15		0		si	15	assenza di irritazioni e residui	si	15	assenza di irritazioni e residui	si	15	assenza di irritazioni e residui
mantenimento del corretto posizionamento del sondino senza creare decubiti	D		15				0,8	12	le alette non avvolgono il dispositivo in maniera efficace non garantendo un'efficace tenuta nel tempo	1	15	ottimo mantenimento del corretto posizionamento del sondino	1	15	ottimo mantenimento del corretto posizionamento del sondino
Confezionamento	D		5		0		1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>0</b>			<b>41</b>			<b>65</b>			<b>60</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
MEDICAL LUME	65	70,00
TSS MEDICAL SRL	60	64,62
EUROFARM	41	al di sotto della soglia di sbarramento
3M ITALIA	Non valutata. Requisiti di minima non soddisfatti	

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
18	1	Medicazioni sterili per fissaggio di cateteri epidurali in confezione singola sterile	NR	2.000	6.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	3M ITALIA			Paul Hartmann			TSS MEDICAL SRL		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
tenuta del fissaggio	D		20	0,4	8	Il fissaggio del catetere epidurale risulta discreto		0		1	20	ottimo fissaggio del catetere
deve evitare il piegamento del catetere epidurale	D		15	0,2	3	la medicazione non presenta un sistema di dedicato per evitare il piegamento del catetere		0		1	15	il dispositivo presenta un sistema dedicato per evitare il piegamento del catetere epidurale
Visibilità del punto d'inserzione del catetere	D		10	1	10	ottima visibilità		0		1	10	ottima visibilità
Posizionamento agevole	D		10	1	10	posizionamento agevole				1	10	posizionamento agevole
Assenza di irritazioni cutanee e residui collosi sulla cute dopo la rimozione	T		10	no	0	presenza di residui collosi		0		no	0	presenza di residui collosi
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento		0		1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>36</b>			<b>0</b>			<b>60</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
TSS MEDICAL SRL	60	<b>70,00</b>
3M ITALIA	36	al di sotto della soglia di sbarramento
Paul Hartmann	Non valutata. Requisiti di minima non soddisfatti	



Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
20	1	Medicazione adesiva sterile trasparente in poliuretano estensibile per piaghe da decubito, ustioni e abrasioni superficiali, con adesivo ipoallergenico, permeabili ai gas, cm 6 x 7 circa, confezione singola sterile, in scatole da 100 pezzi massimo	NR	55.000	165.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Benefis Srl			Dealfa Srl			Eurofarm Spa			FARMAC-ZABBAN		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Assenza di irritazioni cutanee	T		25	si	25	assenza irritazioni cutanee	no	0	riscontrate irritazioni cutanee	no	0	riscontrate irritazioni cutanee	si	25	assenza irritazioni cutanee
Facilità di applicazione	D		10	1	10	ottima facilità	0,4	4	discreta facilità di applicazione, il dispositivo non aderisce bene alla cute	0,2	2	la rimozione della parte adesiva non facilita l'applicazione della medicazione da parte dell'operatore	0,8	8	Facilità di applicazione molto buona. La medicazione risulta un pò meno adattabile alla conformazione delle aree anatomiche.
Rimozione atraumatica	D		20	1	20	ottima rimozione	0,4	8	riscontrati alcuni traumatismi nella rimozione	0,2	4	frequenti traumatismi e arrossamenti nella rimozione	0,8	16	rari traumatismi alla rimozione
Consistenza della pellicola (i bordi non si devono arricciare)	D		10	1	10	ottima consistenza della pellicola	0,4	4	riscontrati arricciamenti nei bordi della medicazione	0,2	2	riscontrati frequenti arricciamenti nei bordi della medicazione	0,8	8	riscontrati rari casi di arricciamento dei bordi
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	0,2	1	difficoltà a reperire l'invito all'apertura della confezione	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>21</b>			<b>9</b>			<b>62</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Benefis Srl	70	//
FARMAC-ZABBAN	62	//
Dealfa Srl	21	al di sotto della soglia di sbarramento
Eurofarm Spa	9	al di sotto della soglia di sbarramento

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
21	1	Medicazioni sterili non adesive, in poliuretano non trasparente, permeabili ai gas, impermeabili ai liquidi, cm 70 x 40 circa, confezione singola sterile	NR	100	300

				SMITH & NEPHEW SRL		
criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Morbidezza	D		30	1	30	ottima morbidezza
Capacità di assorbimento degli essudati	D		35	1	35	ottima capacità di assorbimento
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
SMITH & NEPHEW SRL	70	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
24	1	Cerotti per fissaggio di medicazioni in tessuto non tessuto, traforato, con adesivo ipoallergenico e protezione in carta siliconata, cm 30 x 10 metri circa	NR	100	300

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Dealfa Srl			Eurofarm Spa			FARMAC-ZABBAN		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Adesività e tenuta del fissaggio	D		25	0,8	20	molto buona l'adesività e la tenuta del fissaggio	0,2	5	tenuta molto scarsa	1	25	ottima adesività
Assenza di irritazioni cutanee e residui collosi sulla cute dopo la rimozione	T		20	si	20	assenza di irritazioni	si	20	assenza di irritazioni	si	20	assenza di irritazioni
Facilità di rimozione della parte non adesiva	D		15	1	15	ottima la rimozione	0,2	3	difficoltà nella rimozione della parte non adesiva in quanto si accartoccia su se stessa	1	15	ottima la rimozione
Idrorepellenza	D		5	0,8	4	molto buona l'idrorepellenza, in presenza di liquidi riscontrata minima tendenza a bagnarsi	0,4	2	scarsa idrorepellenza, in presenza di liquidi il dispositivo non garantisce la totale adesività	0,8	4	molto buona l'idrorepellenza, in presenza di liquidi riscontrata minima tendenza a bagnarsi
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>64</b>			<b>35</b>			<b>69</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio
FARMAC-ZABBAN	69	<b>70,00</b>
DEALFA	64	<b>64,93</b>
Eurofarm Spa	35	al di sotto della soglia di sbarramento

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
26	1	Telino chirurgico per incisione, trasparente, in idoneo materiale, con area adesiva adeguata, cm 20x20 circa, confezione singola sterile	NR	120	360
	2	Telino chirurgico per incisione, trasparente in idoneo materiale, area adesiva adeguata, cm 45x60 circa, confezione singola sterile	NR	3.000	9.000
	3	Telino chirurgico per incisione, trasparente, in idoneo materiale, area adesiva adeguata, cm 60x90 circa, confezione singola sterile	NR	1.500	4.500

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	Betatex SpA			Dealfa Srl			Eurofarm SpA			Tiaset		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
<b>Drappeggiabilità (capacità del telo di aderire alla cute senza pieghe)</b>	D		25	1	25	ottima capacità di adesione alla cute	0,8	20	nella fase di applicazione del dispositivo riscontrata minima drappeggiabilità	0,6	15	si riscontrano zone con la formazione di bolle d'aria che non garantiscono una perfetta adesione alla cute.	1	25	ottima capacità di adesione alla cute
<b>Adesività</b>	D		25	1	25	ottima adesività	0,2	5	non mantiene l'adesività durante tutto il corso della procedura chirurgica	0	0	non mantiene l'adesività durante il corso della procedura chirurgica	1	25	ottima adesività
<b>Impermeabilità (capacità del telo di proteggere la cute del paziente dai liquidi)</b>	D		15	1	15	ottima impermeabilità	1	15	ottima impermeabilità	0,4	6	impermeabilità compromessa nel momento in cui il dispositivo non è adeso alla cute	1	15	ottima impermeabilità
<b>Confezionamento</b>	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>45</b>			<b>26</b>			<b>70</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
Betatex SpA	70	//
Tiaset	70	//
Dealfa Srl	45	//
Eurofarm SpA	26	al di sotto della soglia di sbarramento

<b>Lotto n.</b>	<b>Rif.</b>	<b>Descrizione lotto</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Fabbisogno annuo</b>	<b>Fabbisogno 36 mesi</b>
29	1	Collare cervicale in plastica misure varie	NR	30	90

				<b>FARMAC-ZABBAN</b>		
<b>criteri di valutazione</b>	<b>tipologia criterio</b>	<b>punti min</b>	<b>punti max</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Motivazione</b>
<b>Gamma di misure</b>	Q		15		15	tre misure
<b>Comfort del paziente</b>	D		25	1	25	ottimo confort del paziente
<b>Traspatibilità</b>	D		20	1	20	ottima traspirabilità
<b>Praticità nella chiusura</b>	D		10	1	10	ottima praticità nella chiusura
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	

<b>DITTA</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio riparametrato</b>
FARMAC-ZABBAN	70	//

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
31	1	Adesivo tissutale sterile a base di acrilato per la sutura di ferite cutanee, confezione singola sterile da 0,5 ml circa	NR	1.000	3.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	B. Braun Milano SpA			Essity Italy			Gem Srl			ID&CO			Medival Srl		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Capacità di chiusura delle ferite	D		35	1	35	ottima capacità di chiusura	0,4	14	discreta capacità di chiusura delle ferite. durante la prova l'adesivo non garantisce la completa chiusura della ferita in quanto di consistenza apparentemente gommosa	1	35	ottima capacità di chiusura	1	35	ottima capacità di chiusura	1	35	ottima capacità di chiusura
Praticità d'uso	D		20	1	20	ottima praticità d'uso. l'erogatore è composto da un unico pezzo già assemblato pronto all'uso. Il dispositivo non necessita di stoccaggio a temperatura controllata.	0,2	4	non pratica non permette di instillare microgocce sul sito chirurgico. Provvisto di una punta a becco di flauto assorbente che non eroga l'adesivo in modalità goccia goccia. L'iniziale colorazione viola copre il sito e non permette la valutazione attenta se non solo dopo la completa polimerizzazione della colla.	0,2	4	praticità d'uso discreta. la punta va assemblata al contenitore dell'adesivo, stoccaggio delle scorte a temperatura controllata tra 2° e 8° che richiede un'organizzazione dedicata.	0,4	8	L'applicatore a becco di flauto consente una erogazione meno agevole in modalità goccia a goccia. Il dispositivo non necessita di stoccaggio a temperatura controllata. L'iniziale colorazione viola copre il sito e non permette la valutazione attenta se non solo dopo la completa polimerizzazione della colla.	0,2	4	praticità d'uso discreta. la punta va assemblata al contenitore dell'adesivo, stoccaggio delle scorte a temperatura controllata tra 2° e 8° che richiede un'organizzazione dedicata.
Rapidità di azione sulla base di documentazione tecnica e prova pratica	Q		10		10	30 SECONDI		6,66	60 secondi		3,33	90 secondi		10	meno di 30 secondi		10	30 SECONDI (10 + 20)
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	0,2	1	la confezione si è aperta in malo modo compromettendo la sterilità del campo	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>29,66</b>			<b>43,33</b>			<b>58</b>				<b>54</b>

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
B. Braun Milano SpA	70	//
ID&CO	58	//
Medival Srl	54	//
Gem Srl	43,33	//
Essity Italy	29,66	al di sotto della soglia di sbarramento

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
32	1	Cerotti adesivi sterili per suture cutanee, anallergici, permeabili ai gas, mm 3x75 circa	strisce	32.000	96.000
	2	Cerotti adesivi sterili per suture cutanee, anallergici, permeabili ai gas, mm 25x100 circa	strisce	80.000	240.000

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	EUROFARM			FARMAC-ZABBAN			Paul Hartmann		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Grado di adesività, capacità di chiusura delle ferite,	D		30	1	30	ottimo grado di adesività e capacità di chiusura delle ferite						
Impermeabilità	D		10	1	10	ottima impermeabilità						
Conformabilità	D		15	1	15	ottima conformabilità						
Assenza di irritazioni cutanee e residui collosi sulla cute dopo la rimozione	T		10		10	assenza di irritazioni e residui collosi						
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento						
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>							

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
EUROFARM	70	//
FARMAC-ZABBAN	Non valutata. Requisiti di minima non soddisfatti	
Paul Hartmann	Non valutata. Requisiti di minima non soddisfatti	

Lotto n.	Rif.	Descrizione lotto	Unità di misura	Fabbisogno annuo	Fabbisogno 36 mesi
34		Dispositivo per sbrigliamento meccanico della ferita tipo "Debrisoff", confezione singola sterile			
	1	cm 10X10/15cm circa	NR	350	1.050

criteri di valutazione	tipologia criterio	punti min	punti max	A.G. MEDICAL			Essity Italy			Lohmann & Rauscher			MOVE & FIND SOLUTIONS		
				Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
Efficacia nello sbrigliamento	D		35	1	35	ottima efficacia nello sbrigliamento	0,6	21	Non efficace lo sbrigliamento. Nella rimozione si è riscontrato che non rimuove completamente il biofilm	1	35	ottima efficacia nello sbrigliamento	1	35	ottima efficacia nello sbrigliamento
Tollerabilità e riduzione del dolore	D		20	1	20	ottima tollerabilità e riduzione del dolore	0,2	4	Durante l'utilizzo riscontrato dolore intenso	1	20	ottima tollerabilità e riduzione del dolore	0,2	4	Durante l'utilizzo riscontrato dolore in quanto il bordo del dispositivo risulta poco tollerabile
Atraumaticità	D		10	1	10	ottima atrumaticità	0,6	6	il dispositivo risulta traumatico in quanto ruvido	1	10	ottima atrumaticità	0,2	2	il dispositivo risulta traumatico soprattutto nei bordi della ferita dove può provocare microlesioni
Confezionamento	D		5	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento	1	5	ottimo confezionamento
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>36</b>			<b>70</b>			<b>46</b>	

DITTA	Punteggio	Punteggio riparametrato
A.G. MEDICAL	70	//
Lohmann & Rauscher	70	//
MOVE & FIND SOLUTIONS	46	//
Essity Italy	36	al di sotto della soglia di sbarramento