

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO**

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

**ID20P140**

**INDAGINE CONOSCITIVA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER  
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA PER I FABBISOGNI DELL'AZIENDA  
OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA. – ID20P140**

**TERMINE PRESENTAZIONE DOCUMENTI: ore 11:00 del giorno 04/03/2021**

Questa Azienda Sanitaria intende avviare un'indagine conoscitiva per acquisire informazioni dal mercato, preliminari all'avvio di una procedura di acquisto per la fornitura di **"DISPOSITIVI PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA"** e precisamente:

<b>Breve Descrizione Tecnica:</b>	
1	<b>Aghi da prelievo ovocitario</b> destinazione d'uso specifica per uso umano, monovia, lunghezza 30-35 cm, calibro 16-17 G in acciaio inox, impugnatura con indicazione orientamento punta, set di raccordo lunghezza 60-90 cm con tappo in silicone collegato a sua volta al sistema di aspirazione, confezione singola. I materiali di raccordo devono avere una consistenza tale da mantenere la loro struttura nel corso dell'utilizzo, senza quindi subire alcuna modificazione permanente. Q.tà annua presunta 400/pz
2	<b>Catetere per inseminazione intrauterina (I.U.I.)</b> destinazione d'uso specifica per uso umano: cannula lunghezza 16-18 cm, punta arrotondata, aperture laterali, graduata, confezione <u>singola</u> sterile monouso, priva di lattice. Q.tà presunta annua 200/pz
3	<b>Cateteri per embryo-transfer</b> destinazione d'uso specifica per uso umano: confezione, sterile, monouso, contenente: un catetere guida della lunghezza di circa 22 cm, con parte prossimale più larga (1,5 cm circa), dotata di stop e parte distale più sottile. Apertura frontale . mandrino della lunghezza di 24 cm circa, dotato di buona flessibilità e "memoria". catetere di trasferimento della lunghezza di 26 cm circa, della larghezza di 1 mm circa, morbido con apertura frontale. Q.tà presunta annua 400/pz
4	<b>Aghi da prelievo ovocitario a doppia via.</b> Q.tà presunta annua 100/pz

**Nel caso di prodotti equivalenti l'operatore economico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 68, comma 8, ultimo periodo del D. Lgs 50/2016 e smi, dovrà dare dimostrazione, con qualunque mezzo appropriato, che i prodotti proposti ottemperino in misura equivalente alle prestazioni e ai requisiti funzionali stabiliti dalla stazione appaltante.**

L'Azienda Ospedale- Università Padova utilizzerà per l'eventuale gara il sistema di intermediazione telematica denominato SINTEL.

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma "SINTEL". Per poter presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, il fornitore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), nell'apposita sezione "Registrazione". La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l'obbligo di presentare la manifestazione d'interesse, né alcun altro onere o impegno.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo e-mail [supporto@arcalombaria.it](mailto:supporto@arcalombaria.it) oppure telefonando al **numero verde 800.116.738**.

La presente indagine viene altresì pubblicata, al fine di massimizzarne la pubblicità, sulla piattaforma telematica SINTEL in uso presso l'Azienda Ospedaliera di Padova;

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per posta elettronica a **[protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)**, a firma del rappresentante legale o di un procuratore, entro il giorno indicato quanto elencato:

- Elenco dei prodotti che è in grado di fornire e relativa descrizione sintetica
- Schede tecniche dei prodotti, corredate dal numero di repertorio, se disponibile;
- Proposta commerciale di massima (Prezzo di listino e percentuale di sconto indicativa, per ogni riferimento sopradescritto) con opzione acquisto e noleggio per un periodo indicativo di 5 anni;
- Dichiarazione, esplicita e dettagliata, attestante l'equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche di natura funzionale del prodotto proposto ottemperino in maniera equivalente quelle dei dispositivi indicati nella presente consultazione preliminare.
- riferimenti delle principali strutture sanitarie italiane e europee in cui la tecnologia in oggetto è disponibile e visionabile (max 5 riferimenti);

**Si precisa che tale indagine di mercato, ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori da consultare discrezionalmente anche ai fini di una eventuale fornitura ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016.**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare all'eventuale successiva procedura negoziata (nel caso di procedure in economia) anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse.

**Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare la Sig.ra Bernardin Tiziana ai seguenti indirizzi: telefono 049/8214618 tramite posta elettronica a [tiziana.bernardin@aopd.veneto.it](mailto:tiziana.bernardin@aopd.veneto.it).**

Il Dirigente della  
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Dott.ssa Antonella Dai Prà