

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. /Anno 2022

Padova, 29/08/2022

Oggetto: ID GARA 22A099 – Verifica di infungibilità per la fornitura di ottiche per l'ORL dell'Azienda Ospedale – Università Padova. Richiesta chiarimenti 1

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 1

1	È importante per noi sapere se gli endoscopi vengono utilizzati con le guaine per sinuscopia che hanno un blocco o solo dirette?	Le ottiche vengono utilizzate senza guaine per sinuscopia.
2	Vi chiediamo di specificare anche il codice degli endoscopi Olympus al fine di poter valutare la possibilità di offrire materiale alternativo, se compatibile	Si riporta il modello delle colonne endoscopiche alle quali andrà collegata la fornitura: WM-NP2 S.N. 21847374 WM-NP2 S.N. 21847374

Il Direttore della
UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Elena Serafin

