



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. 282/Anno 2024

Padova, 21/06/2024

Oggetto: ID GARA 22P044.1 - Procedura aperta per la fornitura di sistemi per le procedure di crioablazione renale per l'Azienda Ospedale Università Padova. **Risposta chiarimenti n. 1**

1	In riferimento all'offerta economica si chiede di considerare l'importo a base d'asta non superabile solo sulla totalità del lotto e non sul singolo riferimento. L'allegato E così formulato riconduce a un unico operatore presente sul mercato, che utilizza più aghi nella singola procedura. Il nostro sistema invece permette di utilizzare un solo ago a procedura, fino a un massimo di 3 volte. In funzione di questo, il prezzo posto a base d'asta per singolo ago non ci permetterebbe di partecipare	Si confermano le basi d'asta poste per singolo riferimento come da disposizione Regionale.
2	La dichiarazione richiesta al punto 16, busta tecnica 2 del disciplinare di gara è specifica per dispositivi che hanno già ottenuto la marcatura secondo il Regolamento. Il regime transitorio posto dal Regolamento 2023/607 permette di vendere ancora dispositivi medici secondo Direttiva senza penalizzare questo aspetto. Si chiede pertanto di chiarire che la dichiarazione richiesta non sia obbligatoria e pertanto a pena di esclusione	Tale dichiarazione non è necessaria nel caso in cui i prodotti offerti siano certificati secondo la Direttiva.

Per il Direttore della
UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Antonella Dai Prà
Originale firmato agli atti

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Direttore: Dott.ssa Maria Elena Serafin
UOS Gare e Contratti
Sezione: Gare e Beni di consumo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Dai Prà
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Scaggiante
T. +39 049 821 4616

Aopd.veneto.it