



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. /Anno 2024

Padova, 08/07/2024**Oggetto:** ID 23A009 Procedura aperta per la fornitura di attrezzature di telemedicina e un software dedicato per erogare un servizio di teleriabilitazione. **Richiesta chiarimenti n1.**

1	<p>Spett.le PA, la presente per chiedere chiarimenti:</p> <p>QUESITO 1 - elenco completo dei parametri che si vuole misurare - se disponibile, si richiede elenco dei dispositivi da implementare con la piattaforma</p> <p>QUESITO 2 - se disponibile, si richiede la previsione delle tempistiche minime di stipula</p>	<p>PARAMETRI: i parametri richiesti dipendono dalla tipologia di riabilitazione e task eseguito.</p> <p>- Riabilitazione cognitiva e neuropsicologica: parametri che caratterizzano lo stato cognitivo/neuropsicologico e/o la performance dell'utilizzatore durante esercizi specifici (come, ma non limitati a, tempo di risposta/esecuzione, capacità di comprensione, numero di task eseguiti correttamente, ecc.)- Riabilitazione motoria: parametri che caratterizzano la performance dell'utilizzatore durante esercizi specifici di arto superiore, inferiore, testa e tronco (come, ma non limitati a, ampiezza del movimento, tempo di risposta/esecuzione, simmetria tra gli arti, velocità di esecuzione, precisione della traiettoria di movimento, numero di ripetizioni, ecc.)- Riabilitazione respiratoria: parametri che caratterizzano la capacità cardio-polmonare dell'utilizzatore durante esercizi specifici (come, ma non limitati a, frequenza cardiaca, respiratoria, HRV, saturimetria, ecc.)</p> <p>DISPOSITIVI: dispositivi necessari a fornire informazioni relative allo svolgimento dello specifico compito riabilitativo o possano essere usati per fornire feedback al paziente durante l'esercizio. Ad esempio, potranno includere saturimetro, concardiofrequenzimetro e spirometro, sensori inerziali, sensori</p> <p>Il contratto verrà stipulato entro i tempi previsti dall'art. 18 del Codice.</p>
2	<p>In riferimento al Documento di Gara "All_G_Schema_Offerta_Tecnica.docx", si chiede gentilmente conferma che la</p>	<p>Si conferma che la numerazione dei capitoli da utilizzare è quella riportata nell'indice.</p>

Azienda Ospedale-Università Padova:
via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA**
Direttore: Dott.ssa Maria Elena Serafin
UOS Gare e Contratti
Sezione: Gare e Beni di consumo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Dai Prà
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Scaggiante
T. +39 049 821 4616

Aopd.veneto.it

<p>Numerazione dei Capitoli sia quella dell'Idice di Pag. 3, con numerazione da 1 a 13 e non quella delle varie parti del Documento, dove dopo il Cap.3 ricomincia dal Cap.1.</p> <p>In riferimento alla complessiva Documentazione di Gara, stante che l'Oggetto dell'appalto che recita: - "Fornitura di attrezzature di telemedicina e software dedicato per erogare un servizio di teleriabilitazione", onde poter esprimere un'Offerta Economica, si chiede di specificare:</p> <p>1. Quali e quanti device di Telemedicina siano da ricomprendere nell'Affidamento, almeno per i primi 12 mesi.</p> <p>2. Quanto utenti sono previsti, per tipologia, con accesso al Sistema di Teleriabilitazione offerto</p> <p>3. Se gli oneri di connettività, tra Aziende e tra Aggiudicatario e pazienti, sono ricompresi nella base d'asta e quindi in carico all'Aggiudicataria.</p>	<p>1. Per i primi 12 mesi, devono essere compresi almeno 25 dispositivi (con relativa sensoristica) per la teleriabilitazione al domicilio del paziente e strumentazione necessaria al personale sanitario presso il centro coordinatore ed almeno 3 centri periferici per interfacciarsi col paziente (postazioni per teleriabilitazione).</p> <p>2. Tutti i dispositivi verranno messi in uso immediatamente, per un massimo di 25 pazienti con accesso simultaneo al sistema di teleriabilitazione (considerato un numero disponibile di 25 dispositivi da usare al domicilio del paziente, tra centro coordinatore e centri periferici). Ogni dispositivo deve essere in grado di fornire riabilitazione cognitiva, logopedica, motoria, respiratoria e neuropsicologica.</p> <p>3. Gli oneri di connettività non sono all'interno della base d'asta</p>
---	--

Per il Direttore della
 UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
 Dott.ssa Antonella Dai Prà
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI