



U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID 24A063 manifestazione di interesse per la fornitura di n. 1 cappa a flusso d'aria orizzontale per la U.O.C. Farmacia.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste di chiarimento pervenute:

Nr. Prog. Quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	Si richiedono: - le misure e il modello dello strumento da inserire nella cappa: ingombro esterno (larghezza, lunghezza , altezza) e peso - parlate di flusso orizzontale, è possibile conoscere l'applicazione per proporre un eventuale proposta con il flusso verticale? - chiediamo inoltre una proroga dell'indagine di mercato di almeno una settimana.	misure e il modello dello strumento da inserire nella cappa: riempitrice per allestimento NP Siframix ingombro: (LXHXP) 180x70x50 cm circa + spazio di lavoro tipo di flusso laminare: orizzontale spazio disponibile locale L 230 max
2	all'interno del documento di indagine di mercato viene fatto specifico riferimento ad un allegato 1 contenente ulteriori specifiche tecniche della cabina richiesta. Gentilmente, si richiede di condividere il documento in quanto non visibile a portale	Trattasi di un refuso
3		

4		
5		
6		
7		

Stante la scadenza prorogata al **10.06.2024**, non sono ammesse altre richieste di chiarimenti.

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Dai Prà
(firmato digitalmente)
