

U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA

Direttore: Ing. Francesca Menotto

INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Servizio di riparazione, revisione, calibratura e taratura di pipettatori marca Eppendorf in uso presso l'Azienda Ospedale-Università Padova, per il periodo di 12 mesi.

Termine presentazione documenti: 04 Novembre 2024 ore 10:00

Strumento invio documenti: Piattaforma SINTEL ID Sintel 191183728

FINALITÀ DELL'INDAGINE

La presente indagine è finalizzata alla ricerca di operatori economici in grado di fornire il servizio in oggetto, con contestuale richiesta di preventivo, al fine di un eventuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

L'Azienda si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli Operatori Economici che aderiranno alla richiesta di preventivo, l'Operatore per l'eventuale affidamento diretto, che sarà formalizzato su Piattaforma Sintel, previa verifica di conformità alle specifiche tecniche di minima richieste e rispondenza alle necessità aziendali.

SPECIFICHE E FABBISOGNO:

Il fabbisogno annuo stimato è di seguito riportato:

Tarature di 1° livello:

- Pipette monocanale pz.100
- Pipette pluricanale pz.5

Tarature di 2° livello:

- Pipette monocanale pz.790
- Pipette pluricanale pz.45

Le specifiche del servizio richiesto sono di seguito riportate:

- 1) Lavaggio e decontaminazione con rimozione di eventuali adesivi;
- 2) Registrazione nel sistema di gestione;
- 3) Verifica tecnica e sostituzione organi di tenuta;
- 4) Sostituzione di parti danneggiate/usurate, utilizzando ricambi originali del costruttore;

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

UOSD Ingegneria Clinica

Direttore : Ing. Francesca Menotto
Responsabile del Procedimento: *Ing. Francesca Menotto*
Referente dell'istruttoria: Dr. Fabio Franceschi
T. +39 049 821 3236 – 3867
e-mail ing.clinica@aopd.veneto.it

Aopd.veneto.it

- 5) Lubrificazione del pistone (se previsto dal costruttore);
- 6) Prova di tenuta a pressione;
- 7) Taratura con test gravimetrico su 2 punti nel range di funzionamento con 4 prelievi per punto;
- 8) Gli interventi tecnici devono essere effettuati in conformità ISO8655, ad opera di personale tecnico specializzato con l'impiego di ricambi originali e strumenti certificati ACCREDIA;
- 9) Applicazione di etichetta indicante l'avvenuta taratura;
- 10) Il certificato di taratura dovrà riportare:
 - numero di certificato
 - informazioni relative alla pipetta ed al luogo d'uso
 - dati metrologici
 - informazioni ambientali e relative alla bilancia utilizzata
 - eventuali parti di ricambio utilizzate
- 11) Per le pipette multicanali il servizio ed il report dovrà essere emesso su ogni canale;
- 12) Ritiro e consegna presso l'Azienda Ospedale-Università Padova con tempi intervento 7/10 lavorativi dal ritiro del materiale.

L'importo presunto annuo per il servizio in argomento è stimato in € 39.000,00 (Iva esclusa)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti:

- iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- per i quali vi sia l'assenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Non è comunque ammesso l'operatore economico che abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001.

Non è previsto alcun requisito minimo di tipo economico finanziario o tecnico organizzativo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Verranno prese in considerazione solo le manifestazioni pervenute tramite la piattaforma "SINTEL".

Le imprese interessate dovranno inserire nella "busta unica d'offerta" in Sintel quanto segue:

1. Descrizione delle modalità di effettuazione del servizio proposto;
2. Preventivo economico, con dettaglio dei prezzi unitari per ciascuna delle 4 tipologie di taratura (1° e 2° liv, mono e pluricanale) come da fabbisogno sopra indicato;
3. Elenco delle referenze per servizi analoghi svolti presso committenti pubblici/privati, con

riferimenti telefonici ed email degli stessi;

4. Ogni altro elemento informativo o criticità che l'operatore economico ritenga necessario o opportuno segnalare.

Per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma Sintel, si invita a far riferimento alle guide ed ai manuali presenti sulla piattaforma "SINTEL", oppure contattare il servizio di Contact Center di ARCA all'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it o al numero verde 800.116.738.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati dalla Stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità sopra indicata.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

F.to Dr.Fabio Franceschi
UOSD Ingegneria Clinica