

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Maria Elena Serafin

DITTE VARIE

Oggetto: ID 23A011- ECOGRAFO PORTATILE: lettera chiarimenti 1.

In riferimento alla indagine di mercato in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste di chiarimento pervenute:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	Viste le caratteristiche richieste chiediamo la specifica di quanti e quali trasduttori siano richiesti a corredo del sistema ecografico	Si richiedono due trasduttori rispettivamente convex per torace-addome (2-5MHz ovvero 2-7MHz ovvero altro range) e superficiale lineare (7-12MHz ovvero altro range).

Distinti saluti

Il RUP

Dott.ssa Maria Elena Serafin

