

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DITTE VARIE

Oggetto: ID 22A016.9.1 INDAGINE AUTOCLAVE PER LA PGT- Lotti deserti lettera chiarimenti 1.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste di chiarimento pervenute:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	<p>1. Nel documento "22A016.9.1 Richiesta di preventivo" a pag. 1, sono riportate le caratteristiche dell'apparecchiatura. Si chiede di comunicare se le caratteristiche di minima siano richieste "a pena di esclusione" dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice".</p> <p>2. Nelle caratteristiche dell'apparecchiatura si riporta: "Si precisa che l'ingombro massimo in larghezza deve essere di cm. 65" Si chiede di confermare che potranno essere proposte anche apparecchiature con una larghezza leggermente superiore (+10%) rispetto all'ingombro massimo richiesto.</p> <p>3. Nelle caratteristiche dell'apparecchiatura, al punto 3) si richiede: "Coperchio con dispositivo di sicurezza in chiusura per evitare lo schiacciamento" Si chiede se possano essere proposte anche apparecchiature con apertura/chiusura porta di tipo manuale, che pertanto non necessitano di dispositivo di sicurezza anti-schiacciamento.</p> <p>4. Nelle caratteristiche dell'apparecchiatura, al punto 7) si richiede: "Capacità di carico: 50 lt." Si chiede di confermare che se potranno essere proposte anche apparecchiature con capacità superiore fino a 85 litri, che consentiranno di trattare maggiori quantità di materiali per ciclo con notevole risparmio nei costi e nei consumi energetici.</p> <p>5. Si chiede di indicare la tipologia di dispositivi</p>	<p>1. Sì, si confermano a pena di esclusione.</p> <p>2. L'ingombro massimo accettato sarà di 70 cm.</p> <p>3. Qualora venisse offerta l'apertura manuale dovrà esserci un dispositivo di sicurezza antischiacciamento.</p> <p>4. Sì, possono essere proposte anche con maggiore litraggio ma dovranno rientrare nell'ingombro massimo.</p> <p>5. Contenitori di vetro con liquidi,</p>

	che dovranno essere sterilizzati nell'autoclave.	materiali plastici autoclavabili (provette, piastre, etc.), strumenti in acciaio.
--	--	---

Chiarimenti aggiornati al 28/02/2023.
Distinti saluti

Il Direttore della
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Elena Serafin

