



U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DITTE VARIE

Oggetto: ID GARA 23A144 INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 2 CRIOCONTENITORI PER SALA CRIOGENICA PER LA UOC ANDROLOGIA E MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA - **lettera chiarimenti 1.**

In riferimento alla gara in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	<p><i>In relazione alle seguenti specifiche tecniche richieste, ossia "Conservazione in vapori di azoto con volume di circa 300 Litri con relativi canister in acciaio + Presenza di una centralina elettronica in grado di interfacciarsi con il sistema di supervisione Sintesy + Predisposizione per il riempimento automatico e valvola di antitracimazione + Marcatura CE (dispositivo medico)", si chiede di valutare se un modello, a bocca larga, per lo stoccaggio sia in azoto liquido che in vapori d'azoto, sia idoneo alle Vs. aspettative e se, i relativi canister da offrire, possano essere offerti, come abitualmente accade per le PMA, in plastica e non in acciaio.</i></p> <p><i>Si chiede, infine, conferma che la sala criogenica ospitante di PMA sia già dotata delle utenze idonee (prese elettriche 220 + utenze azoto liquido) per il corretto utilizzo dei n°2 criocontenitori richiesti.</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Si conferma che è possibile presentare un modello a bocca larga per stoccaggio in azoto liquido e vapori d'azoto- Si conferma la preferenza dei canister in acciaio, saranno comunque valutati quelli in plastica- Si conferma che la sala criogenica è dotata delle utenze idonee

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Dai Prà
Originale firmato agli atti