

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Padova, 11 DIC. 2015

Modulo Gare Beni di Consumo/CG-fm
Tel. 049 8212814 - Fax 049 8216983

Oggetto: ID 15Q100 - Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per diagnostica ed interventistica coronarica e periferica e relativi accessori per l'Azienda Ospedaliera di Padova, con facoltà di estensione delle condizioni contrattuali all'Azienda Ulss 16 di Padova e all'IRCCS IOV per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per 24 mesi – **PRECISAZIONI sui lotti 13, 14 e 15 del Capitolato Tecnico**

Con riferimento al Capitolato Tecnico della procedura di gara in oggetto con la presente si comunicano le seguenti variazioni sui lotti 13, 14 e 15:

Lotto 13: Descrizione pubblicata	Lotto 13: Descrizione corretta
Catetere a palloncino semicompiante a scambio rapido per PTCA, con profilo di ingresso $\leq 0.016''$ e profilo di massimo ingombro $\leq 0.032''$ nel diametro di 3 mm., diametro del palloncino da 1.5 a 4.0 mm., lunghezza del palloncino da 8 a 30 mm. Confezione singola sterile	Catetere a palloncino semicompiante a scambio rapido per PTCA, con profilo di ingresso $\leq 0.017''$ e profilo di massimo ingombro $\leq 0.032''$ nel diametro di 3 mm., diametro del palloncino da 1.5 a 4.0 mm., lunghezza del palloncino da 8 a 30 mm. Confezione singola sterile
Lotto 14: Descrizione pubblicata	Lotto 14: Descrizione corretta
Catetere a palloncino semicompiante "over the wire", per PTCA con profilo di ingresso $\leq 0.016''$ e profilo di massimo ingombro $\leq 0.032''$ nel diametro di 3 mm., diametro del palloncino da 1.5 a 4.0 mm., lunghezza del palloncino da 8 a 30 mm. Confezione singola sterile	Catetere a palloncino semicompiante "over the wire", per PTCA con profilo di ingresso $\leq 0.017''$ e profilo di massimo ingombro $\leq 0.032''$ nel diametro di 3 mm., diametro del palloncino da 1.5 a 4.0 mm., lunghezza del palloncino da 8 a 30 mm. Confezione singola sterile
Lotto 15: Descrizione pubblicata	Lotto 15: Descrizione corretta
Catetere a palloncino non compliante (pressioni RBP \geq 18atm), per PTCA a scambio rapido, con profilo di ingresso $\leq 0.016''$ nella misura 3.0 mm., diametro del palloncino da 2.0 a 4.0 mm., lunghezza del palloncino da 8 a 25 mm. Confezione singola sterile.	Catetere a palloncino non compliante (pressioni RBP \geq 18atm), per PTCA a scambio rapido con profilo di ingresso $\leq 0.017''$ nella misura 3.0 mm., diametro del palloncino da 2.0 a 4.0 mm., lunghezza del palloncino da 8 a 25 mm. Confezione singola sterile.

Il Direttore
UOC Provveditorato ed Economato
Ing. Emanuele Mognon

