

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO**  
**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**  
Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

Padova, 14.04.2020

ID GARA n. 19P095 - Procedura negoziata per la Fornitura di “Dispositivi e Circuiti monouso respiratori per umidificazione da utilizzare con Umidificatori Fisher & Paykel ed equivalenti” per i fabbisogni dell’Azienda Ospedale-Università Padova.

**RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE:**

	<b>RICHIESTA</b>	<b>RISPOSTA</b>
<b>1</b>	<p>Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:</p> <p>Lotto 1 rif 1 Viene indicato come circuito Pediatrico il codice RT 266 che in realtà è un circuito neonatale come da specifiche del produttore e riportato sull’etichetta del prodotto stesso : Flow range tra 0.3 - 4 L/min. Quindi il circuito pediatrico corretto corrisponde al codice RT265 : Flow range &gt; 4 L/min</p> <p>Lotto 2 rif 1 Viene riportata il codice RT265 come circuito neonatale che in realtà ha specifica di Flow Range &gt; 4 L/min. Il codice corretto dovrebbe essere RT266 con Flow range Flow range tra 0.3 - 4 L/min.</p>	<p><b>Erroneamente è stato indicato:</b></p> <p><b>nel lotto 1 (adulto/pediatrico) come rif. 1 il circuito con Codice RT 266: Flow range tra 0.3 – 4 L/min,</b></p> <p><b>invece nel lotto 2 (neonatale) come rif. 1 è stato indicato il circuito con codice RT 265: Flow range &gt; 4 L/min.</b></p> <p><b>Inoltre viene eliminato sempre nel lotto 1 Adulto/Pediatrico:</b></p> <p><b>il RIF. 3 in quanto materiale non pertinente con l’oggetto di gara.</b></p> <p>Nella sezione “documentazione di gara” è</p>

**UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli**

Responsabile del procedimento: Ing. Francesca Menotto

Istruttoria: Dott.ssa Maria Caratozzolo – U.O.S. Gare e Contratti

Tel. 049/8211697- E-mail: [maria.caratozzolo@aopd.veneto.it](mailto:maria.caratozzolo@aopd.veneto.it)

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

Quindi si richiede modifica della descrizione del Lotto 1 rif1 in circuito pediatrico equivalente al RT265 e Lotto 2 rif 1 in circuito neonatale equivalente al RT266

stata pubblicata tutta la documentazione di gara con le modifiche sopra citate.

**Aggiornato in data 14.04.2020**

Il Dirigente della  
U.O.S. Gare e Contratti  
Ing. Francesca Menotto



**UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli**

Responsabile del procedimento: Ing. Francesca Menotto

Istruttoria: Dott.ssa Maria Caratozzolo – U.O.S. Gare e Contratti

Tel. 049/8211697- E-mail: [maria.caratozzolo@aopd.veneto.it](mailto:maria.caratozzolo@aopd.veneto.it)

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento