

**UOC Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica**

Padova, 13.11.2019

ID GARA n. 19P039 - Procedura aperta per la Fornitura di "Rotolo lenzuolo a due veli".

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

	RICHIESTA	RISPOSTA
1	<p>Si chiede:</p> <p>in merito alle specifiche tecniche del rotolo lenzuolino si chiede di specificare meglio i range delle misure accettate o meno per singola voce:</p> <p>- [altezza del rotolo: circa 60 cm (comunque non superiore ai 65 cm per compatibilità con gli attuali portarotoli applicati ai lettini ambulatoriali)] D. Quale è la misura minima dell'altezza del rotolo? (considerando un 5% di tolleranza dai 60 cm indicati sarebbe 57 cm ma nel mercato sono presenti anche rotoli da 54 cm o 52 cm o 50 cm)</p> <p>- lunghezza del rotolo: circa 100 mt D. normalmente le mercato vengono utilizzati lenzuolini da 70 o 80 mt (si possono offrire queste lunghezze rapportando poi il prezzo ai 100 mt richiesti?)</p> <p>- lunghezza dello strappo: tra i 40 cm D. normalmente nel mercato la lunghezza dello strappo varia da 35 a 40 cm (è un dato discriminante per la partecipazione alla gara?)</p>	<p>Si precisa:</p> <p>- Altezza del rotolo: 60 cm</p> <p>- La misura minima è 60 cm, in quanto un'altezza inferiore lascerebbe scoperta una parte della superficie del lettino.</p> <p>- Lunghezza del rotolo: 100 mt , ma anche 80 mt.</p> <p>- Lunghezza dello strappo: dai 37 cm</p>

<p>2</p>	<p>Sulle caratteristiche tecniche viene indicata, lunghezza del rotolo circa mt. 100 e lunghezza dello strappo tra i cm. 40. Si chiede se tali caratteristiche siano approssimative e si possa quindi offrire un prodotto con una lunghezza di mt. 80 e uno strappo di cm. 37.</p> <p>-Viene poi fatta la comparazione del prezzo a metro?</p> <p>- Inoltre, per quanto riguarda la stesura dell'offerta, sulla colonna pezzi offerti nr. cosa si deve indicare? Il numero totale dei rotoli offerti?</p> <p>- Per quanto riguarda l'eventuale richiesta di campionatura si prega di specificare che cosa si intende la consegna a titolo gratuito di dispositivi da provare e se necessario la relativa apparecchiatura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Può essere offerto anche un rotolo da 80 e uno strappo di cm. 37 - Si - Nella sezione "documentazione di gara" e sul profilo del committente vengono indicati i nuovi quantitativi per la formulazione dell'offerta al metro. - Visto la riformulazione si chiede di indicare i metri offerti. - Nella sezione "documentazione di gara" e sul profilo del committente vengono pubblicati gli allegati C e D modificati - Per consegna a titolo gratuito si intende che l'amministrazione può richiedere a titolo gratuito un numero di dispositivi per la prova, invece per quanto riguarda la voce "se necessario la relativa apparecchiatura" si tratta di un refuso.
----------	---	--

Aggiornato in data 13.11.2019

Il Dirigente
U.O.C. Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica
Dott.ssa Antonella Dai Prà