



Regione del Veneto

## AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – [www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)

---

Padova, 02.07.2020

**Oggetto: ID GARA 20P066** – Procedura di gara per la fornitura di “Dissettoire/Aspiratore e osteotomo ad ultrasuoni con relativo materiale di consumo” per l’Azienda Ospedale-Università Padova.

### **RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE CON RELATIVE RISPOSTE**

1	Con riferimento alla base d'asta relativa al lotto 1, si richiede di valutare la possibilità di incrementare l'importo a base d'asta, portandolo a complessivi euro 826.000.00, in quanto l'importo calcolato e fissato di euro 543.113,00 non consente la presentazione di un'offerta economicamente remunerativa e congrua rispetto alla tecnologia proposta.	La base d'asta dei tre Lotti indicata nei documenti di gara non può essere modificata. La gara è stata sottoposta ad approvazione regionale.
2	In riferimento al lotto 1 si chiede la possibilità di avere l'indicazione del n. di interventi in endoscopia suddivisi tra per via trans-sfenoidale, sia con neuro-endoscopio.	Il numero di interventi può essere stimato in 30 per la chirurgia endoscopica transfeoidale e 20 per quella neuroendoscopica.
3	Relativamente al lotto 3 si chiede che le caratteristiche tecniche indicate non siano considerate come caratteristiche e pena esclusione	Nel Capitolato Speciale sono indicate le caratteristiche tecniche che il sistema deve prevedere. Tuttavia la ditta può presentare un sistema in cui le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche previste, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs 50/2016.
4	Relativamente al lotto 2 si chiede la possibilità di offrire un aspiratore ad ultrasuoni a frequenze minori (22-25 KHZ).	Nel Capitolato Speciale sono indicate le caratteristiche tecniche che il sistema deve prevedere. E', comunque, ammessa l'equivalenza tecnica funzionale, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs 50/2016.

**Aggiornato al 02.07.2020**

Il Dirigente della  
UOS Gare e Contratti  
Ing. Francesca Menotto