

UOC Provveditorato ed Economato

Padova, 28 novembre 2018

ID GARA n. 18E004 - Procedura negoziata per la fornitura di Biberon e tettarelle monouso e biberon in vetro e tettarelle poliuro.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

	RICHIESTA	RISPOSTA
1	Nei Requisiti minimi di conformità dei prodotti" è richiesto che i prodotti non siano sterilizzati all'ossido di etilene, questo viene ribadito nelle "caratteristiche di minima" per i biberon e non per le tettarelle. Si richiede se il divieto è confermato anche per le tettarelle.	Si conferma la richiesta sia di biberon che di tettarelle non sterilizzati all'ossido di etilene.
2	Si chiede che vengano accettati e valutati anche biberon sterilizzati ad ossido di etilene in quanto l'ossido ad etilene garantisce un livello di sicurezza della sterilità pari a 10 alla - 6.	Si conferma che in questa procedura non sono richiesti prodotti sterilizzati all'ossido di etilene.
3	Si richiede se l'eventuale presenza di un copritettarelle con scala graduata venga considerato requisito preferenziale	La presenza di un copritettarelle con scala graduata verrà eventualmente valutato dalla Commissione Giudicatrice nell'ambito dei parametri qualitativi previsti dalla gara in cui si attribuisce un punteggio per ogni parametro.
4	Si richiede cosa si intenda per "indicazione della classe CE" e se trattasi della classificazione dei Dispositivi Medici secondo la Direttiva 93/42/CEE e si chiede se in questa procedura sia previsto che i dispositivi siano marcati CE.	Se una ditta intendesse eventualmente offrire dei prodotti con marchio CE, potrà farlo a condizione che presenti la documentazione richiesta in gara relativamente ai Dispositivi Medici ove prevista.

Aggiornato in data 28 novembre 2018

Il RUP
U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonella Dai Prà
