

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Padova, 21 GEN. 2016

Modulo Gare Beni di Consumo/CG-fm
Tel. 049 8212814 - Fax 049 8216983

Oggetto: ID 15Q100 - Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per diagnostica ed interventistica coronarica e periferica e relativi accessori per l'Azienda Ospedaliera di Padova, con facoltà di estensione delle condizioni contrattuali all'Azienda Ulss 16 di Padova e all'IRCCS IOV per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per 24 mesi – **Risposte alle richieste di chiarimenti**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed alle richieste di chiarimenti pervenute si inviano le seguenti risposte:

Domanda: In riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere un chiarimento relativo al lotto 122 – rif.to 123 – Kit angiografico per l'iniezione automatica del MDC e monitoraggio pressione con apparecchiatura in comodato d'uso gratuito. DOMANDA: Potete specificare per cortesia quante sono le apparecchiature in comodato d'uso gratuito per il lotto 122	Risposta: Due apparecchiature in comodato d'uso gratuito
Domanda: LOTTO 33 – Si chiede se è considerato requisito essenziale il fatto che la micro-guida sia premontata o vengono prese in considerazione anche offerte in cui la micro-guida non è premontata.	Risposta: Verranno prese in considerazione solamente offerte che prevedono la micro-guida premontata
Domanda: LOTTO 113: Si richiede se con "rivestimento di materiale ad azione antitrombotica" si intende stent ad evoluzione di farmaco tipo paclitaxel	Risposta: Non si intendono stent periferici a rilascio di farmaci immunosoppressori/antiproliferativi
Domanda: LOTTO 36: Si richiede conferma sulla correttezza dei diametri del palloncino richiesti	Risposta: Il dispositivo deve avere destinazione d'uso angioplastica delle arterie periferiche meglio se

<p>al lotto 36 in funzione della compatibilità della guida (a partire da .014"). Si richiede se il suddetto prodotto deve avere indicazione d'uso per angioplastica delle arterie degli assi sopra-aortici</p>	<p>anche dei vasi sovra aortici, ma non esclusivamente</p>
<p>Domanda:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>Relativamente ai lotti 72-73-101 si domanda di voler chiarire se i componenti (aghi ed introduttori) "disponibili anche separatamente" possano essere forniti in sconto merce oppure se debbano essere necessariamente quotati</p>	<p>Come da Disciplinare di gara - pagina 8: "Inoltre, nel caso in cui sia richiesto il prezzo di un sistema/Kit, che sarà utilizzato ai fini dell'aggiudicazione, si chiede di indicare anche i prezzi unitari dei singoli componenti, se gli stessi costituiscono unità minime di vendita, es. lotto 73, 74, 101 – o se specificatamente richiesto, ad esempio per il lotto 120. I prezzi devono essere specificati in calce all'offerta. In ogni caso la ditta dovrà presentare un unico prezzo per lotto.</p>
<p>Domanda:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>Vs. riferimento LOTTO n. 30 Rif.to 30 richiesta Capitolato Speciale: "Catetere per angiografia selettiva, idrofilico, configurazione J I, JII, JIII, Cobra C3 alta pressione, elevata radiopacità, elevato controllo di torsione, buona memoria di forma, 4 – 5 Fr, su guida 0.038, raccordo luer-lock, lunghezze varie da 60 a 100 cm circa." Prezzo a base d'asta annuale € 18.900,00 – unitario 63,00 € Considerazione: La scrivente ritiene che il prezzo a base d'asta sia significativamente inferiore rispetto alle attuali condizioni di mercato e tale da non consentire la presentazione di offerta per il prodotto (omissis) distribuito dalla società (omissis) e attualmente fornito alla Vostra Amministrazione. Richiesta: Si chiede adeguamento del prezzo a base d'asta di gara.</p>	<p>Si conferma il prezzo a base d'asta indicato nell'Allegato 1 del Capitolato Speciale</p>
<p>Domanda:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>Vs. riferimento LOTTO n. 40 Rif.to 40, richiesta Capitolato Speciale: "Cateteri a palloncino tecnica "monorail e over the wire", PTA, a basso profilo, diametro del palloncino da 4 a 10 mm circa, lunghezze del palloncino varie, compatibile con guida 0.014" – 0.018", compatibilità con introduttore uguale o inferiore a 6 Fr. Prezzo a base d'asta annuale € 15.200,00 – unitario 190,00 € Considerazione: Sono richiesti cateteri a palloncino con tecnica "monorail" e "over the wire", queste due tecniche di posizionamento del catetere prevedono l'utilizzo di due devices diversi. Richiesta: Si chiede di poter offrire, esprimendo unico prezzo, due prodotti distinti, non alternativi ma complementari, che soddisfino le caratteristiche tecniche richieste da Vs. Capitolato Speciale</p>	<p>Come da Disciplinare di gara – pagina 9: "Qualora per un medesimo lotto fosse presentata offerta per una gamma di prodotti, questi saranno accettati a condizione che siano tutti riconducibili ad un medesimo prezzo e alle medesime caratteristiche minime richieste dal Capitolato". La ditta dovrà presentare un unico prezzo per lotto.</p>

<p>Domanda:</p> <p>Vs. riferimento LOTTO n. 88 Rif.to 89, richiesta Capitolato Speciale: "Guida angiografica idrofilica tipo Standard, lunghezza 180 e 260 cm, calibro 0.018" varie conformazioni di punta".</p> <p>Prezzo a base d'asta annuale € 18.000,00 – unitario 60,00 €</p> <p>Considerazione: Sono richieste guide angiografiche idrofili che di due lunghezze diverse, rispettivamente da 180cm per procedure standard e 260cm per procedure con cambio catetere. I quantitativi di questi due formati così diversi non sono differenziati e si presume si debba esprimere un unico prezzo (medio)</p> <p>Richiesta: Si chiede che i formati (150)/180 e 260 cm vengano divisi in due sub lotti o sub-riferimenti con relative quantità, per consentire di esprimere prezzi di offerta distinti e adeguati rispetto alle condizioni di mercato ed in linea con i prezzi medi di riferimento dell'Osservatorio Regionale. Nell'eventualità di dover esprimere un prezzo unico (medio), il prezzo del formato standard 150/180cm risulterebbe anomalo in eccesso e il prezzo del formato da cambio 260cm risulterebbe anomalo in difetto</p>	<p>Risposta:</p> <p>Come da Disciplinare di gara – pagina 8: "Laddove sia richiesto un range di misure nell'ambito dello stesso lotto, dovrà essere indicata per tutta la gamma di misure lo stesso prezzo unitario. La ditta pertanto dovrà presentare un unico prezzo per lotto"</p>
<p>Domanda:</p> <p>Vs. riferimento LOTTO n. 89 – Rif. n. 90 richiesta Capitolato Speciale: "Guida angiografica idrofilica tipo standard, lunghezza 150/180 e 260 cm, calibro da 0.035, varie conformazioni di punta"</p> <p>Prezzo a base d'asta annuale € 96.000,00 – unitario 60,00 €</p> <p>Considerazione: Sono richieste guide angiografiche idrofiliche di due lunghezze diverse, rispettivamente da 150/180cm per procedure standard e 260cm per procedure di cambio catetere. I quantitativi di questi due formati così diversi non sono differenziati e si presume si debba esprimere un unico prezzo (medio).</p> <p>Richiesta: Si chiede che i formati 150/180 e 260 cm vengano <u>divisi in due sub lotti o sub-riferimenti con le relative quantità</u>, per consentire di esprimere prezzi di offerta distinti e adeguati rispetto alle condizioni di mercato ed in linea con i prezzi medi di riferimento dell'Osservatorio Regionale. Nell'eventualità di dover esprimere un prezzo unico (medio), il prezzo del formato standard 150/180cm risulterebbe anomalo in eccesso e il prezzo del formato da cambio 260cm risulterebbe anomalo in difetto</p>	<p>Risposta:</p> <p>Come da Disciplinare di gara – pagina 8: "Laddove sia richiesto un range di misure nell'ambito dello stesso lotto, dovrà essere indicata per tutta la gamma di misure lo stesso prezzo unitario. La ditta pertanto dovrà presentare un unico prezzo per lotto"</p>
<p>Domanda:</p>	<p>Risposta:</p>

<p>Vs. riferimento LOTTO n. 90 – Rif. n. 91 richiesta Capitolato Speciale: “Guida angiografica idrofilica Stiff, lunghezza 150/180 e 260 cm, calibro da 0.035” e 0.038”, varie conformazioni di punta” Prezzo a base d’asta annuale € 8.000,00 – unitario 100,00 € Considerazione: Sono richieste guide angiografiche idrofiliche Stiff (rigide) di due lunghezze diverse, rispettivamente da 150/180cm per procedure standard e 260cm per procedure da cambio catetere. I quantitativi di questi due formati così diversi non sono differenziati e si presume si debba esprimere un unico prezzo (medio). Richiesta: Si chiede che i formati 150/180 e 260 cm vengano <u>divisi in due sub lotti o sub-riferimenti con le relative quantità</u>, per consentire di esprimere prezzi di offerta distinti e adeguati rispetto alle condizioni di mercato ed in linea con i prezzi medi di riferimento dell’Osservatorio Regionale. Nell’eventualità di dover esprimere un prezzo unico (medio), il prezzo del formato standard 150/180cm risulterebbe anomalo in eccesso e il prezzo del formato da cambio 260cm risulterebbe anomalo in difetto</p>	<p>Come da Disciplinare di gara – pagina 8: “Laddove sia richiesto un range di misure nell’ambito dello stesso lotto, dovrà essere indicata per tutta la gamma di misure lo stesso prezzo unitario. La ditta pertanto dovrà presentare un unico prezzo per lotto”</p>
<p>Domanda:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>Stante quanto riportato a pag. 8 del disciplinare di gara “Nel caso in cui lo stesso dispositivo sia offerto in lotti diversi il prezzo offerto dovrà essere il medesimo”, è possibile offrire uno stesso prodotto in 2 lotti diversi a 2 prezzi diversi considerando che, in caso di aggiudicazione di entrambi i lotti, il prezzo offerto verrà adeguato al prezzo più basso?</p>	<p>Si conferma quanto riportato a pag. 8 del Disciplinare di gara: “Nel caso in cui lo stesso dispositivo sia offerto in lotti diversi il prezzo offerto dovrà essere il medesimo”.</p>

Il Direttore
 UOC Provveditorato ed Economato
 Ing. Emanuele Mognon

